

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 29.01.2024r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa aparatu do laseroterapii. Nr sprawy 7/TP/24.

Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii wyposażony w aplikator skanujący R+IR 80mW + 400mW (łącznie moc 480mW) ze statywem oraz sterownikiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii bez możliwości podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,7”?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii bez funkcji wybierania jednostek chorobowych po nazwie lub dziedzinie?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii bez encyklopedii z opisem metodyki zabiegu?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 1. Aparat do laseroterapii – 1szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat do laseroterapii o częstotliwości trybu impulsowego: 5-5000Hz?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza

Poniżej zdjęcia poglądowe aparatu do laseroterapii, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

1. Czy Zamawiający dopuści APARAT DO LASEROTERAPII – szt. 1, fabrycznie nowy z 2024r?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2024 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2024 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.03.2024r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....