



Katowice, dnia 16.10.2023r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 27 (IGŁY, STRZYKAWKI, RURKI) Nr sprawy: ZP-23-153UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 - igła do zmieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z atraumatycznym, ergonomicznym uchwytem posiadającym przyzamt zmieniający kolor przy wyptywie płynu mózgowo - rdzeniowego. Długość 3 ½ cala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z atraumatycznym, ergonomicznym uchwytem posiadającym przyzamt zmieniający kolor przy wyptywie płynu mózgowo – rdzeniowego o długości 3 ½ cala**