



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi**

ul. Północna 42
91-425 Łódź

(42) 63 41 100 – Centrala
(42) 63 41 270 – dział
zamówień Publicznych

www.szpital.lodz.pl
zamowienia@zozmswloz.pl

Łódź, 17 marca 2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę igieł do biopsji oraz akcesoriów do strzykawkki CT - numer sprawy: 8/D/22.

Zamawiający, **SP ZOZ MSWiA w Łodzi**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 Aparatu do automatycznej biopsji gruboigłowej wielorazowego użytku. Parametry: dwa łatwo zwalniane spusty, z dwóch stron działa, umożliwiające operowanie jedną ręką; zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem spustu; łatwość odzyskania próbki, bez konieczności wyjmowania igły z działa; skok igły z regulacją na 16 mm lub 22 mm, naciąganie mechanizmu jedną ręką za pomocą dźwigni z boku aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2, 3, 4 i 5 igieł kompatybilnych z zaferowanym w poz. nr 1 pistoletem, o skoku 16 lub 22 mm, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Pakiet 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie igieł o długości 1600 mm.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza zaferowanie igieł o długości 1600mm.

Pytanie nr 4 Pakiet 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuszcza zaferowanie igieł o długości ostrza 6mm.

Pytanie nr 5 Pakiet 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaferowanie igieł pakowanych po 10 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 1 i 2 zaferowanie igieł pakowanych po 10 sztuk.



Pytanie nr 6 Pakiet 4

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie chwytaków o rozpiętości ramion minimum 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 3 dopuszcza zaferowanie chwytaków o rozpiętości ramion minimum 20mm.

Pytanie nr 7 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści pkt 3. Poz 1 Aparat do biopsji automatycznej aparat wielokrotnego użytku przeznaczony do biopsji gruboigłowej

- dwa spusty zwalniające – przód podłużny, tył punktowy umożliwiające operowanie jedną ręką
- aparat przystosowany dla operatorów praworęcznych i leworęcznych
- urządzenie wyposażone w wizualny i mechaniczny system bezpieczeństwa
- płynna regulacja głębokości wystrzału w zakresie od 15 do 22mm (w zależności od wielkości -zmiany lub jej położenia)
- długość wycinka do 19 mm (w zależności od ustawienia wielkości wystrzału)
- naciąganie sprężyn poprzez ergonomiczną dźwignię w wewnętrznej części urządzenia (brak wystających elementów, które mogą utrudnić przeprowadzenie zabiegu, możliwość naciągnięcia jedną ręką)
- wygodne, precyzyjne i jednoznaczne mocowanie igieł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści Igła do biopsji gruboigłowej współpracująca z pistoletem z pozycji nr 1 ostra i odporna na wygięcia konstrukcja igły , echogeniczna końcówka 2 cm widoczna pod kontrolą USG, centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka do 19 mm. Rozmiar 16Gx20 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści Igła do biopsji gruboigłowej współpracująca z pistoletem z pozycji nr 1 ostra i odporna na wygięcia konstrukcja igły , echogeniczna końcówka 2 cm widoczna pod kontrolą USG, centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka do 19 mm. Rozmiar 18Gx25 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści Igła do biopsji gruboigłowej współpracująca z pistoletem z pozycji nr 1 ostra i odporna na wygięcia konstrukcja igły , echogeniczna końcówka 2 cm widoczna pod kontrolą USG, centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka do 19 mm. Rozmiar 18Gx28 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści Igła do biopsji gruboigłowej współpracująca z pistoletem z pozycji nr 1 ostra i odporna na wygięcia konstrukcja igły , echogeniczna końcówka 2 cm widoczna pod kontrolą USG, centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka do 19 mm. Rozmiar 14Gx15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

- 1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.
- 4) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi
dr n. med. Robert Starzec, MBA