



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 17.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

Nr postępowania: ZP/6/22

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 tj. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 17.7 i wzór umowy, § 4 pkt. 7 oraz § 6 pkt. 4, pakiety nr 6a i 10a:**
Proszę o wyjaśnienie, czy przez materiały eksploatacyjne tj. zużyte akumulatory – baterie, w odniesieniu do kardiomonitorów (pak. 6a) i defibrylatorów (pak. 10a), Zamawiający rozumie **baterię** podtrzymującą pamięć płyty głównej aparatu czy **akumulator**, który zapewnia pracę całego urządzenia po odłączeniu go od sieci elektrycznej?

Jeżeli Zamawiający ma na myśli akumulator, to czy odstąpi od wymogu wymiany zużytych **akumulatorów** (pozwalających na pracę kardiomonitorów i defibrylatorów po odłączeniu od zasilania sieciowego) w cenie przeglądu technicznego, a pozwoli na potraktowanie tych elementów jako części zamiennych, które będą wymieniane w momencie wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z Zamawiającym (zgodnie z zapisami we wzorze umowy, § 6 pkt. 4)?

Jednocześnie informujemy, że producent nie określa częstotliwości wymiany tych elementów, jedynie zaleca ich wymianę w momencie faktycznego ich zużycia/uszkodzenia.
Takie rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie, ponieważ cena **akumulatora** (a nawet dwóch w ciągu trwania umowy) znacznie podwyższa koszt przeglądu technicznego.
Zamawiający poprzez zapis w SWZ "materiały eksploatacyjne tj. zużyte akumulatory – baterie" rozumie akumulatory podtrzymujące pracę urządzenia po odłączeniu od sieci elektrycznej. Pozostałe zapisy dotyczące wymiany zużytych akumulatorów zgodnie z zapisami SWZ.
- 2. Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 5, pakiet 6a i 10a:**
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby osoby posiadające skierowane do realizacji zamówienia posiadały kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, a nie dozorem nad eksploatacją urządzeń?
Zgodnie z SWZ.
- 3. Dotyczy Pakietu nr 20d -** Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?
Zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.4.
- 4. Dotyczy Pakietu nr 20d -** Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?
Zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.4.

5. **Dotyczy Pakietu nr 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?
Zamawiający wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji.
6. **Dotyczy zapisów SWZ** - Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Newport co 12 miesięcy lub co 5000 godzin należy wymienić w nich zestaw Preventive Maintenance Kit, co 24 m-ce czujnik tlenu i akumulator. Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?
Zgodnie z zapisami SWZ pkt: 4.4.17.11 i 4.4.17.7
7. **Dotyczy zapisów SWZ** - Zgodnie z zaleceniami producenta ogrzewaczy WarmTouch co 2000 przepracowanych godzin należy wymienić filtr HEPA. Czy Zamawiający wymaga aby ceny filtrów zostały uwzględnione w wycenie?
Zamawiający wymaga aby ceny filtrów zostały uwzględnione w wycenie.
8. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie go ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
9. **Dotyczy pakietu nr 5B** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o weryfikację, oraz podanie numerów seryjnych urządzeń znajdujących się w pakiecie 5B.
Zamawiający weryfikuje, oraz podaje numer seryjnych urządzenia znajdującego się w pakiecie 5B – nr 2843.
10. **Dotyczy zapisów projektu umowy w kwestiach BHP** - W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:
„Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:
a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,
*c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?
Zgodnie z zapisami projektu umowy.*
11. **Dotyczy Instrukcji i zaleceń producenta** - Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?
Zgodnie z zapisami SWZ – pkt 4.4.4.
12. **Pytania dotyczące Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:**
1) Prosimy o dodanie do §5 ust. 1 zdania: "Zgodę stanowi lista zaakceptowanych podwykonawców Przetwarzania (Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy). Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator może nie wyrazić zgody" oraz o możliwość dodania tego załącznika.
Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 poprzez dodanie następującego zapisu:
„Lista zaakceptowanych podwykonawców Przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Lista może ulec zmianie, na co Administrator każdorazowo musi wyrazić zgodę”.

- 2) Prosimy o dodanie do § 5 ust. 2 zdania: "Za pisemne polecenie uznaje się zadania zlecone Podmiotowi przetwarzającemu umową [główną] z dnia ... nr ..."

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3) Prosimy o zmianę "Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" na "Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych" w §6 ust. 2.

Zamawiający wyraża zgodę, § 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.”

- 4) Prosimy o dodanie do §7 ust. 2 zdania: Wypowiedzenie niniejszej Umowy skutkuje brakiem możliwości kontynuowania świadczenia usług z tytułu umowy [głównej] z dnia ... nr ..."

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu i dodaje do § 7 nowe ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

„3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy skutkuje brakiem możliwości kontynuowania świadczenia usług z tytułu umowy [głównej] z dnia ... nr ...

4. W przypadku o którym mowa w ustępie powyżej umowa [główna] ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

13. Dotyczy: Pakietu 5b - Aparaty USG

- 1) Dotyczy SWZ rozdz. 4 punkt 20, rozdz. 6 punkt 2.4d, rozdz. 8 punkt 2.1e: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę niebędącego autoryzowanym przedstawicielem producenta, którego inżynierowie posiadają szkolenia serwisowe na ten model aparat potwierdzone certyfikatami producenta. Aparat VIVID 7 od kilku już lat nie jest produkowany i wymaganie serwisu autoryzowanego do obsługi serwisowej nie wydaje się konieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że zgoda Zamawiającego nie naruszy art. 90 ustawy o wyrobach medycznych a jednocześnie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców nie będących autoryzowanymi przedstawicielami producenta.

Zgodnie z zapisami SWZ.

- 2) Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ umowa § 3 ust. 10 - Czy Zamawiający dopuści używanie przy naprawach części rekondycjonowanych o jakości technicznej i parametrach porównywalnych jak zamontowane oryginalnie. Części rekondycjonowane stanowią alternatywę cenową do części nowych, zwykle ich cena jest znacznie niższa od części nowych a okres eksploatacji może okazać się nie krótszy.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.4.18.

- 3) Dotyczy SWZ rozdział 20 punkt 2.2, załącznik nr 1 formularz oferty punkt 1 - Czy koszt roboczogodziny ma również zawierać koszt dojazdu?

Koszt roboczogodziny ma zawierać koszt dojazdu.

14. Dotyczy SWZ - rozdz. 4 pkt. 17 - Pakiet 20F - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zestawy, które mają zostać skalkulowane w cenie oferty zgodnie z SWZ rozdz. 4 pkt 17 ust. 11, mają odpowiadać pod względem ilościowym i jakościowym zestawom przewidzianym przez producentów do wymiany podczas corocznych przeglądów technicznych?

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.17.11

15. Dotyczy SWZ - rozdz. 4 pkt. 17 - Pakiet 20F - Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie możliwości kasacji urządzenia na wniosek Wykonawcy w przypadku zakończenia przez producenta udzielania wsparcia technicznego i produkcji części zamiennych dla urządzenia starszego niż 10 lat w trakcie

trwania umowy. Brak wsparcia technicznego i części zamiennych uniemożliwi przeprowadzenie skutecznej naprawy.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ pkt 4.18

16. Dotyczy Wzoru umowy – zał. nr 8 do SWZ - Pakiet 20F - §3 ust. 5 - Z uwagi iż urządzenie w pakiecie nr 20F jest starsze niż 10 lat, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu po upływie którego Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego do 14 dni dla napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i modyfikację niniejszego zapisu umowy zgodnie z poniższym wzorem:

Jeżeli wykonanie usług serwisowych/przebiegów i napraw przekroczy 7 dni roboczych w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia części zamiennych lub 14 dni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze.

Zgodnie z projektem umowy §3 pkt 5.

17. Dotyczy Wzoru umowy – zał. nr 8 do SWZ - Pakiet 20F - §3 ust. 7

Z uwagi, iż urządzenie w pakiecie nr 20F jest starsze niż 10 lat, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu po upływie którego Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego do 14 dni dla napraw w siedzibie Wykonawcy, wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Prosimy o modyfikację niniejszego zapisu umowy zgodnie z poniższym wzorem:

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej/przebiegów i napraw w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze w terminie 7 dni roboczych, a koszt transportu danego urządzenia należy wliczyć w cenę usługi. Jeśli obowiązek przeprowadzenia napraw w siedzibie Wykonawcy wynika z konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin zapewnienia urządzenia zastępczego przez wykonawcę ulegnie wydłużeniu do 14 dni roboczych. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu.

Zgodnie z zapisami projektu umowy §3 ust. 7.

18. Dotyczy Pakietów nr: 1, 3b, 3c, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 9a, 10a, 10b, 10c, 10e, 10f, 10g, 17b, 20d, 20e, 20f, 26b - Zamawiający wymaga od Wykonawcy w Pakietach nr: 1, 3b, 3c, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 9a, 10a, 10b, 10c, 10e, 10f, 10g, 17b, 20d, 20e, 20f, 26b, oświadczenia, że jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy przedmiotowego urządzenia.

Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zaakceptuje oferenta posiadającego certyfikat wydany przez niezależne centrum szkoleniowe, potwierdzające odbycie zaawansowanego szkolenia z napraw urządzeń na które oferent składa ofertę.

Zgodnie z SWZ pkt: 4.4.5 i 4.4.20.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania