

Toruń, dnia 05-12-2023 r.

W.Sz.Z: TZ-280-124/23

dotyczy: postępowania na **dostawę materiałów zużywalnych do chromatografów: GC-2010, GC 2014/HS, GCMS 2030, do spektrofotometru UV 6000 Shimadzu, do chromatografu HP 6890 Agilent, odczynników i wzorców do analiz metodą chromatografii gazowej oraz płytek do chromatografii cienkowarstwowej.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający w części 1. pozycji 12 mógłby podać wymiary kolumny 5MS?

Odpowiedź:

Kolumna chromatograficzna do chromatografu GCMS: SH-Rxi-5ms, L 30m, ID 0,25, DF 0,25 temp. 330/350 st. C.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający zgodziłby się na wydzielenie do osobnego wspólnego pakietu następujących pozycji:

Część 1.:

Pozycja 3, 4, 9, 10, 11, 12

Część 2.:

Pozycja 1, 3

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Z poważaniem