

Wrocław, 25.11.2020r.

EZP/2074/20

Wg rozdzielnika

### UCHYLENIE WYBORU W PAKIECIE NR 34

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 202 pakiety; postępowanie znak: ZP/PN/40/20/LNP/JG.**

Zamawiający uchyła wybór oferty firmy **SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Równinna 25; 87-100 Toruń** jako oferty najkorzystniejszej w zakresie **Pakietu nr 34**, o czym poinformował Wykonawców pismem nr EZP/979/20 z dnia 09 listopada 2020r.

Z otrzymanych przez Zamawiającego informacji, wynika, iż w poz. 5 - „Elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem Philips (posiadany przez Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii DCO). Kształt owalny o powierzchni styku min. 200 cm<sup>2</sup> para, ze zintegrowanymi odprowadzeniami o min. długości 115 cm” Wykonawca zaoferował elektrody firmy FIAB, o numerze katalogowym, podanym w Arkuszu asortymentowo-cenowym, F7950, które nie spełniają wymagań opisanych przez Zamawiającego w SIWZ.

Zamawiający wymagał elektrod o powierzchni styku min. 200 cm<sup>2</sup> para, podczas, gdy zaoferowane przez Państwa elektrody o powierzchni styku 95 cm<sup>2</sup> dla jednej elektrody.

W związku z powyższym, Zamawiający uchyła wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 34, a następnie dokona ponownego badania ofert złożonych w tym pakiecie.

ZASTĘPCA WYKONAWCY  
ds. L7  
  
dr n. med. Ireneusz Pawlak

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:  
Joanna Głombowicz