

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


Września, dn.24.08.2022r.

Nr sprawy: SA-381-10/22

Dotyczy postępowania prowadzonego w Podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na: " Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów"

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<u>Dotyczy: pakiet nr 5</u> Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 6 dopuści test o czułości 86% i swoistości 94 % w stosunku do IFA i hodowli komórkowej, umożliwiając oznaczenie w wymazach lub aspiratach z nosogardzieli?	Zamawiający wyraża zgodę
2	<u>Dotyczy: pakiet nr 5</u> Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 7 dopuści test o czułości 99% dla genotypu I i II i swoistość >99% dla genotypu I i II?	Zamawiający dopuszcza
3	SWZ 9.2.b) 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) – załącznik nr 5 (o ile dotyczy to oferowanego asortymentu)? Uzasadnienie: Aktualnie obowiązująca jest ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) oraz niecały oferowany przedmiot zamówienia podlega ww. ustawie – nie dotyczy to np. materiałów zużywalnych.	Zamawiający wyraża zgodę
4	SWZ 9.2.b) 3 i 4 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentów określonych w tych punktach SWZ na wezwanie Zamawiającego, tylko od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona?	Tak. Zamawiający potwierdza
5	Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o korektę omyłki pisarskiej, w ostatniej kolumnie z ilościami badań immunochemicznych „ilość opakowań na 2 lata ”, oraz zapisu pod tabelą „W ilości zamawianych oznaczeń na 2 lata zostały wliczone oznaczenia na kontrole i kalibracje.	Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Dokona korekty zapisów.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


6	Pakiet 2 i 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie po wygranym przetargu kart charakterystyki substancji niebezpiecznej tylko w wersji elektronicznej?	Zamawiający wyraża zgodę
7	Pakiet 2 i 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie po wygranym przetargu kart charakterystyki substancji niebezpiecznej razem z umową?	Zamawiający wyraża zgodę
8	Pakiet 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatora biochemicznego do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów.	Zamawiający wyraża zgodę
9	Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.	Zamawiający wyraża zgodę
10	Pakiet 2 Prosimy o potwierdzenie czy zapis „wymagane odczynniki konfekcjonowane max 50 testów” oznacza, że opakowanie umieszczane w analizatorze zawiera odczynniki na maksymalnie 50 oznaczeń?	Tak. Zamawiający potwierdza
11	Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch odczynników w opakowaniach umieszczanych na pokładzie analizatora konfekcjonowanych po 100 testów?	Zamawiający wyraża zgodę
12	Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden spośród oferowanych kalibratorów nie był płynny, gotowy do użycia, a wymagał rozpuszczenia liofilizatu w wodzie destylowanej?	Zamawiający wyraża zgodę
13	Pakiet 3 Prosimy o potwierdzenie czy w ilości wymienionych oznaczeń na okres 24 m zostały wliczone oznaczenia na kalibracje i kontrole?	Zamawiający potwierdza



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

14	Pakiet 3 Prosimy o wyrażenie, aby tylko jeden z oferowanych odczynników pochodził od zewnętrznego producenta?	Zamawiający wyraża zgodę
15	Pakiet 3 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny, oraz elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.	Zamawiający potwierdza
16	Pakiet 3 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.	Zamawiający wyraża zgodę
18	Pakiet 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika?	Zamawiający wyraża zgodę
19	Pytania do umowy pakiet 2 i 3 §3 ust. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie od złożenia zamówienia przez Zamawiającego faxem bądź drogą mailową. Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację ze względu na fakt, iż nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego	Zamawiający wyraża zgodę
20	Pytania do umowy pakiet 2 i 3 §3 ust. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację	Zamawiający wyraża zgodę



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>postanowienia umownego na: „Dostawy realizowane będą po uzgodnieniu ze wskazaną osobą. Do każdej partii dostarczonego towaru przesłana będzie faktura”. Uzasadnienie: wykonawca nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu, a faktura wysyłana jest pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailem.</p>	
21	<p>Pytania do umowy pakiet 2 i 3</p> <p>§4 ust. 2. Prosimy o korektę zapisu, ze względu, na to, że przedmiotem dzierżawy jest analizator a nie pompa.</p>	<p>Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Dokona korekty zapisu.</p>
22	<p>Pytania do umowy pakiet 2 i 3</p> <p>§12 ust. 1 pkt. 1.a – Wnosimy o naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanego zamówienia a nie od kwoty brutto całkowitej wartości umowy.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Marian Janiak