

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 04.04.2023 r.

L.dz.SZP/ZP/38/2023

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego (postępowanie nr 4/2023)

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców poniższe pytania:

Pyt. 1

W związku z wymogiem zaoferowania nieodpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości prosimy Zamawiającego o wskazanie jakich programów kontroli międzynarodowej firmy Randox oczekuje.

Odp. REF RQ9112 Biochemia 17 – parametrowa General Clinical Chemistry, REF RQ9129 HbA1c Programme.

Pyt. 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, tabela nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania numeru deklaracji/certyfikatu zgodności? (deklaracje zgodności zazwyczaj nie posiadają numeracji)

Odp. Tak.

Pyt. 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, tabela nr 1

Czy Zamawiający odstąpi wymogu podawania daty ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności? (deklaracje zgodności zostaną dołączone do oferty).

Odp. Tak.

Pyt. 4

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt. 7 parametrów analizatora biochemicznego:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg odczynniki "gotowe do użycia", Zamawiający wymaga takich reagentów które przed wstawieniem na pokład analizatora nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych: rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników?

Odp. Tak, wymaga.

Pyt. 5

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt. 8 parametrów analizatora biochemicznego:

Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem "elektrody bezobsługowe" Zamawiający wymaga aby elektrody wymieniane niezależnie od siebie nie wymagały czynności

obsługowych takich jak: uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)?

Odp. Tak, wymaga.

Pyt. 6

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt. 20 parametrów analizatora biochemicznego:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odp. Tak, wymaga.

Pyt. 7

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie chłodziarki laboratoryjnej o wymiarach 601/618/1840 w mm (SxGxW) ?

Odp. Tak.

Pyt. 8

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie chłodziarki laboratoryjnej o pojemności 386/332 l?

Odp. Tak.

Pyt. 9

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie chłodziarki laboratoryjnej z zakresem temperatury od +3 st.C do +16 st.C?

Odp. Tak.

Pyt. 10

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki do 45 kg?

Odp. Tak.

Pyt. 11

PYTANIA DO UMOWY:

Zał. nr 5 par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zostały dokumenty w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

Odp. Par. 4 ust. 1 nie dotyczy dokumentów .

Pyt. 12

PYTANIA DO UMOWY:

par. 6 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Tak.

Pyt. 13

PYTANIA DO UMOWY:

par. 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odp. Nie.

Pyt. 14

PYTANIA DO UMOWY:

par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie.

Pyt. 15

PYTANIA DO UMOWY:

Par. 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Zastrzeżenie prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy powoduje znaczną niepewność co do długości trwania kontraktu, a Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

Odp. Nie. Minimalna wielkość świadczenia została określona w § 2.

Pyt. 16

PYTANIA DO UMOWY:

par. 10 ust. 5 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp. Nie.

Pyt. 17

PYTANIA DO UMOWY:

par. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie:

Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odp. Nie. Ww. zmiany mogą zostać dokonane na podstawie § 11 ust. 2 lit e) umowy.

Pyt. 18

PYTANIA DO UMOWY:

par. 12

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca nie załączył do pytania wzoru umowy.