



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 9**

dotyczy: Zadanie 2 - Artroskop z oprzyrządowaniem:

**1. Dotyczy punkt 6:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery bez podania parametrów migawki automatycznej? Producent sprzętu nie podaje tego parametru w swojej specyfikacji.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**2. Dotyczy punkt 9:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery z systemem skalującym 59,94Hz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**3. Dotyczy punkt 13, 15:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery wyposażonej w poniższe wyjścia: 2x DVI, 4x 3G-SDI, 2x DisplayPort?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**4. Dotyczy punkt 5:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery sterowanej z kolorowego ekranu tabletu dotykowego umożliwiającego dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**5. Dotyczy punkt 17:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery wyposażonej w zoom cyfrowy 1,5x?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**6. Dotyczy punkt 19:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery bez możliwości podpięcia głowicy Inline? Głowica Inline jest wykorzystywana jedynie w rzadkich zabiegach laparoskopowych.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**7. Dotyczy punkt 29:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora 4K UHD znacznie przewyższającego parametry wymagane o kontraście 1000:1?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy punkt 30:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego bez podania częstotliwości zegara pikselowego? Producent nie podaje tego parametru w specyfikacji technicznej

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**9. Dotyczy punkt 37:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego bez podania parametru synchronizacji? Producent nie podaje takiego parametru w specyfikacji

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**10. Dotyczy punkt 40:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego bez funkcji zatrzymania obrazu? Funkcja ta nie jest wykorzystywana w artroskopii.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**11. Dotyczy punkt 42:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego bez funkcji POP i zatrzymanie obrazu?

---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**12. Dotyczy punkt 43:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego o poniższych wejściach: 1x DisplayPort, 1x DVI –D, 1x3G\_SDI, 1xHDMI?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**13. Dotyczy punkt 40:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego o zużyciu energii max 120W?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**14. Dotyczy punkt 47:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie źródła światła o żywotności powyżej 30000 godzin pracy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**15. Dotyczy punkt 51:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie źródła światła bez funkcji przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu? Taka funkcja wymaga użycia specjalnych dużo droższych światłowodów. Oferowany sprzęt posiada funkcje przejścia w stan czuwania realizowaną m.in. poprzez przycisk na głowicy kamery.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**16. Dotyczy punkt 55:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie światłowodu o długości 274cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**17. Dotyczy punkt 58, 78:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora sterowanego z 10 calowego kolorowego i uchylnego tabletu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**18. Dotyczy punkt 59:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora bez funkcji PBP?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**19. Dotyczy punkt 65:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora bez listy bezpieczeństwa?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**20. Dotyczy punkt 67, 80:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora bez możliwości sterowania głosowe?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**21. Dotyczy punkt 71, 77:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora z formami zapisu: : JPG, BMP, RAW PDF, MPEG4?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**22. Dotyczy punkt 71:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora z wejściami video: 1xDVI? Archiwizator jest wbudowany w konsolę kamery więc nie potrzebuje dodatkowych wejść video.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**23. Dotyczy punkt 72:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora wyposażonego w wyjścia video: 2x DVI, 4x3G-SDI, 2x DisplayPort?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**24. Dotyczy punkt 75:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora z możliwością zapisu obrazów i sekwencji video : wbudowany dysk twardy(zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**25. Dotyczy punkt 79:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego rejestratora bez pilota zdalnego sterowania urządzeniami?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**26. Dotyczy punkt 89:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki artroskopowej o długości roboczej 152,5mm?

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl





**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**27. Dotyczy punkt 95:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli waporызatora z elektrodami średnicy 3,5mm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**28. Dotyczy punkt 99:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli waporызatora, do której nie są jeszcze dostępne elektrody do małych stawów?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**29. Dotyczy punkt 100:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod bez możliwości wyginania?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**30. Dotyczy punkt 90:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli waporызatora i shavera jako dwie niezależne konsole?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**31. Dotyczy punkt 107:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli shavera i waporызatora bez programowania profili użytkowników?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**32. Dotyczy punkt 113:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie shavera o zakresie obrotów do 8000 obr/min?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**33. Dotyczy punkt 116:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie shavera bez programowalnych przycisków?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**34. Dotyczy punkt 11:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie shavera bez obrotowego króćca? Shaver jest wyposażony w prosty okrągły króćciec, a więc nie ma potrzeby go obracania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**35. Dotyczy punkt 127, 128:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej z drenami oznaczonymi w sposób jednoznaczny i prosty w odróżnieniu, w postaci drenów z systemem szybkiego podpięcia do pompy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**36. Dotyczy punkt 95:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej z możliwością jednoczesnego podpięcia kaniuli oraz shavera lub elektrody do waporызacji jednocześnie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**37. Dotyczy punkt 130:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej wyposażonej w ekran kolorowy dotykowy o przekątnej 5,5 cala?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**38. Dotyczy punkt 132:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej bez konfigurowania profili użytkowników?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**39. Dotyczy punkt 136:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej o zakresie ciśnień 0-120mmHg?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**40. Dotyczy punkt 141:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy artroskopowej bez dwóch dodatkowych gniazd zasilania? Funkcja ta ma na celu połączenie z waporызatorem i shaverem w celu współpracy tych urządzeń. W oferowanym sprzęcie realizujemy tę funkcję za pomocą gniazd cyfrowych.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**41. Dotyczy punkt 145:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzi artroskopowych z ciągnem prowadzonym wewnątrz narzędzia? Taka technologia zapobiega możliwości wciągania tkanek między ciągnem a szafem narzędzia a nie wpływa na płynność pracy narzędzia?

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

**42. Dotyczy punkt 149:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nożyczek prostych ząbkowanych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

**43. Dotyczy punkt 152, 153:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie haczyków artroskopowych jednoczęściowych o wysokościach odpowiednio 3,4mm i 5,4mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**44. Dotyczy punkt 157:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka z półkami o szerokości 50 cm, dostosowanej do szerokości oferowanego sprzętu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy § 4 wzoru umowy (dotyczy zadania nr 2):

**45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do ww. paragrafu poniższego zapisu:**

„W przypadku konieczności dokonania naprawy aparatu w międzynarodowym centrum serwisowym Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu naprawy, pod warunkiem udostępnienia urzędnika zastępczego o komplementarnych parametrach w ciągu 5 dni roboczych?”

Odp.: Zgodnie z SIWZ

dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 3.), 4), 5) wzoru umowy (dotyczy zadania nr 2):

**46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w ww. paragrafie. Naszym zdaniem, wysokość przedstawionych kar umownych jest rażąco wygórowana.**

Wnosimy zatem o obniżenie wysokości przedstawionych kar umownych zgodnie z poniższą propozycją:

**3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu w § 1 ust. 3, jednak nie więcej niż 1% wartości umowy.**

**4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wydłużenie czasu naprawy, określonego w § 4 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia, jednak nie więcej niż 2%.**

**5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie czynności przeglądów gwarancyjnych wskazanych w § 4 ust. 6 w wysokości 500 zł za każdy niewykonany przegląd.**

Taka kwota kar, w pełni odpowiada funkcji kompensacyjno – odszkodowawczej stymulującej wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania i nie odbiega swą wysokością od kwot ogólnie przyjętych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego na podobny asortyment. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

KOMENDANT

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82