



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 06.09.2023 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-55/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 145-462363 z dnia 31.07.2023 r.**

Znak sprawy – PN-55/2023 – dostawę pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy Ad. Zadanie 1, poz. 12, ppkt. 8: Prosimy o podanie jednostki miary średnicy zewnętrznej opisanego światłowodu. Czy chodzi o mm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o mm.

Pytanie 2

Dotyczy Ad. Zadanie 1, poz. 13, ppkt. 4: Prosimy o doprecyzowanie parametru głębi ostrości, który podawany jest zawsze w zakresie od ... do Czy Zamawiający oczekuje głębi ostrości w zakresie 2-50mm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje głębi ostrości w zakresie 2-50mm.

Pytanie 3

Dotyczy Ad. Zadanie 1, poz. 28, ppkt. 5: Prosimy o dopuszczenie sondy do litotrypsji do PCNL o rozmiarze 3,76mm (w zaokrągleniu 11,3Fr, a nie opisane 11,28fr), długość 396mm oraz pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Ad. Zadanie 1, poz. 29, ppkt. 5: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w podpunkcie 5? Czy Zamawiający oczekuje diatermię firmy EMED, a nie EMD (taka firma nie jest producentem diatermii)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje diatermii od firmy EMED.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.09.2023 r., godziny pozostają bez zmian.