



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 24.07.2020 r.

DZP.2344.18.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kontrastującym kolorze innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z przewężeniem na tłoku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby na strzykawce znajdowała się nazwa producenta strzykawki, w celu łatwiejszej sprawniejszej identyfikacji produktu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka z cylindra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

N

Wydruk

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet nr 42 poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 42 poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu potwierdzania badaniami biokompatybilność materiału?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 42 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga koreczka jednofunkcyjnego z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do pobierania leku z filtrem powietrza 0,2um z odpowietrznikiem objętość wypełnienia 0,085ml długość ok 6,0cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Dotyczy zapisów umowy:

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia otrzymania reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) opóźnienia w dostarczaniu depozytu w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwych towarów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia (dot. umowy użyczenia), której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....

.....

reprezentowanym przez:

1.
zwanym w dalszej części umowy Klientem
a

.....
reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania
(zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością
Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem
albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym
żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i
dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek
części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu.
Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem
.....niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania
przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu
przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o
których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące
nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim
przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez
Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru
podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego
wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania
niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą
pocztową – listem poleconym.

M

u

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres oddo r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 35

Załącznik nr 1 do SIWZ. Użyczenie sprzętu do próżniowej biopsji piersi

Czy Zamawiający dopuści sprzęt biopsyjny bez rękojeści RTG?

Wyjaśniamy, że w szpitalu wykonywane są biopsję pod zobrazowaniem USG, aby wykonać biopsje próżniową pod zobrazowaniem RTG, potrzebny jest mammograf z przystawką stereotaktyczną do której przymocowuje się rękojeść RTG. Procedurę wykonuje przeszkolony lekarz radiolog oraz technik. Na dzień dzisiejszy szpital nie ma technicznej możliwości aby wykonać tego typu procedurę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 35 – wzór umowy

Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu nr 35 nie jest wymagane utworzenie depozytu a dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień. Czy w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączając do oferty parafowaną umowę depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pakiet nr 10

W związku z zakończeniem produkcji, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Pakietu 10 poz. nr 2, 3, 4 oraz 15 w celu umożliwienia złożenia oferty. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o naniesienie zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy z poz. 2,3,4,15 - Pakiet nr 56.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 1 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (wytrzymałość na rozerwanie 0,78 kg/cm²), wielkość otworu około 6,2 cm. Długość robocza 35-37 cm. Pojemność 275 ml. Pragnę zaznaczyć, że jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Czy Zamawiający wymaga, aby worki do pobierania próbek wskazane w Pakiecie 11 poz. 1 miały możliwość kilkukrotnego wysuwania i wsuwania ich w trzon przy utrzymaniu właściwości worka (jest to istotne, jeżeli po włożeniu worka do pacjenta, okazuje się, że jeszcze trzeba wykonać część zabiegu, lub też w przypadku, gdy okaże się niemożliwe wyciągnięcie próbki przez jeden trokar, w którym obecnie jest worek, a możliwe i bezpieczne dla pacjenta jest wyciągnięcie próbki przez inny). Pragnę zaznaczyć, że produkty z taką funkcjonalnością były używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 2 oczekuje dostarczenia dwóch rodzajów trokarów (o dwóch długościach kaniuli), do wyboru przez zamawiającego:

jeden trokar 5mm (spełniający wszystkie wymagania SIWZ) z kaniulą krótką – 7 cm – służący do zabiegów laparoskopowych przedotrzewnowych np. do zabiegu laparoskopowego leczenia przepuklin metodą TEP,

drugi trokar 5mm (spełniający wszystkie wymagania SIWZ) z kaniulą standardową – 10 cm – do standardowych zabiegów laparoskopowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 3 miał na myśli trokar o średnicy 12mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ (w dalszej części wymaganych parametrów wskazane jest, że trokar ma mieścić narzędzia od 5 do 12mm, stąd nasze pytanie o doprecyzowanie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 pozycja 2 dopuści klipsownicę zawierającą 16 klipsów (zamiast 18), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 pozycja 3 dopuści trokar bezprzostkowy posiadający jedną redukcję mieszczącą narzędzia w zakresie 5-15 mm (zamiast dwie: 10-15 - 5-12)? Jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 27

Czy zamawiający dopuści :

Poz. 1 Długość narzędzia 200cm. Długość noska :0,2, 5mm i cięciwy 20mm, 25mm, 30mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2 Długość narzędzia

200cm. Długość noska :0,2, 5mm i cięciwy 20mm, 25mm, 30mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 30

Czy zamawiający dopuści :

Poz. 1 Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania

M

M d

przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 230cm , długość włosia 20mm , średnica 6mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie do 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.2 Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia gniazd endoskopów z wyciorami dostosowanymi do kanału 2,0-6,0mm. Pakowane pojedynczo .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 32

Czy zamawiający dopuści:

Poz. 1

Długość, robocza 180 i 230 cm, średnica szczęk 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 2

Długość robocza 230 mm, średnica szczęk 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 3

Jednorazowe szczypce bipsyjne. Długość robocza 180 i 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 42

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 poz. 1,3,5,7,9 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 poz. 11 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 wymaga zaoferowania produktów jednego producenta, w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 odstąpi od wymogu przedstawienia badań potwierdzających biokompatybilność poliuretanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 44

Czy Zamawiający w Pakiecie 44 dopuści wycenę kaniul dożylnych z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 pozycja 1

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1 dopuści zgłębnik do żywienia dożoładkowego lub dojelitowego w rozmiarach CH 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110cm? Wyspecyfikowany zgłębnik nie występuje w rozmiarze CH 14/110cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 pozycja 2

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2 oczekuje zestawu do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu Pompy Flocare 800 pasującego tylko do butelek? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

M
4/06

Pakiet 3 pozycja 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 3 oczekuje zestawu do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu Pompy Flocare 800 pasującego tylko do opakowań miękkich typu pack? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 3 pozycja 7

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 7 oczekuje Strzykawki 3częściowej, enteralnej ENFit, 60 ml ENFIT z końcówką niecentryczną ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 8

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 8 oczekuje Konektora do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock , pakowany 6x5 szt.po przeliczeniu 27 opakowań zbiorczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie trokarów z zaworem działającym w dwóch położeniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie trokarów o średnicy 12 mm, z zaworem działającym w dwóch położeniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie trokarów o średnicy 12,5 mm, długość 110 mm, z zaworem działającym w dwóch położeniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie koszy o wymiarach 2 x 4 cm i 3 x 6 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł długości 2300 – 2400 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł długości 1600 – 1800 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł długości 230 – 240 cm, blokowanych w dwóch pozycjach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o długości minimum 155 cm i 230 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów z drenem dołączanym do głowicy, zamontowanych na poliamidowej nici.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy końcówki dystalnej 5 Fr.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu współpracującego z przewodnikiem 450 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

N
u d

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm, długość włosa 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia ramion minimum 21 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 32

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160 i 230 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 230 cm, pokrytych powłoką redukującą tarcie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160 i 230 cm, pokrytych powłoką redukującą tarcie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 46

Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia klipsa 12 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu multifilamentowego o średnicy 0,33 mm, długość robocza 240 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania do umowy

Prosimy o doprecyzowania załącznika nr 3a do SIWZ poprzez dodanie do par. 4 nowego ust. 10 o treści:

„Zamawiający będzie pobierał z depozytu towary począwszy od sprzętu o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca depozytu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie do par. 4 ust. 4 zdania o następującej treści: „Zwrotowi może podlegać nieuszkodzony towar znajdujący się w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy, nienoszący śladów otwarcia i używania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 1

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23, poz. 1 pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10,15,20,25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu 0,40 mm, 0,47 mm, oraz 0,48mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 2

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23, poz. 2 pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny oraz półksiężycowaty; średnica pętli 10, 15,20, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm, 0,40 mm, 0,47 mm oraz 0,48mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, maksymalna

WJ dr D

średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm oraz 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm oraz 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 3

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23, poz. 3 pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, oraz 15mm do wyboru zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23, poz. 4 jednorazowa siatka do usuwania ciał obcych; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym; folia bez perforacji oraz z perforacją do wyboru zamawiającego; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 25mm oraz 35mm do wyboru zamawiającego; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów.

Opakowanie zawiera 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 25 poz.4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25, poz. 4 dopuści pętle zaciskowe do zakładania na szypuły polipów średnicy 30mm. Jednorazowe, zmontowane, sterylne i gotowe do użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 32 poz.1

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów dopuści w Pakiecie nr 32, poz. 1 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą oraz bez; łyżeczki o powiększonej objętości, owalne oraz szczęki aligatora do wyboru Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 32 poz. 2

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 32, poz. 2 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne oraz typu szczęki aligatora z igłą oraz bez mocującą do wyboru zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 32 poz. 3

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 32, poz. 3 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne oraz typu szczęki aligatora z igłą oraz bez mocującą do wyboru zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość

N

narzędzia 1550mm oraz 2300mm do wyboru zamawiającego, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 46 poz. 3

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 46, poz. 3 pętlę elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, oraz 15mm do wyboru zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 23

Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obrotowych pętli do polipektomii jednorazowego użytku. Długość narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2,4mm. Wyposażone w mechanizm obrotowy umożliwiający obrót pętli o 360st w wybranym kierunku, oraz w system typu Star Catheter Technology pozwalający na swobodne otwieranie i zamykanie pętli bez względu na stopień jej zagięcia. Wykonane z plecionego średnio giętkiego drutu. Średnica pętli 13mm, 20mm, kształt owalny. Pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno (bez użycia prądu), zawartej w instrukcji narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 4 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie narzędzia do usuwania obciętych polipów oraz ciał obcych. Średnica osłonki 2.5 mm; długość robocza 230 cm; średnica otwarcia 3 cm x 5.5 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm , pakowanych po 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 26

Poz. 1 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły do ostrzykiwań o długości 240 cm współpracujące z kanałem min kanału 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zaferowanie igły do ostrzykiwań o długości 200 cm współpracujące z kanałem min kanału 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 30

Poz. 1 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość włosia szczoteczki 13 mm , średnica włosia szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd endoskopów umieszczonych na jednym cewniku , współpracująca z kanałem 2,0 -4,2 mm ?

Handwritten signature and initials in blue ink.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 46

Poz. 1 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku ,dwuramienny klips załadowany do zestawu; możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, z możliwością rotacji klipsa; długość narzędzia 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm; szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych, jednorazowego użytku, o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, podwójny system cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, długość robocza 240cm, średnica osłonki 2,4mm. Średnica otwartej pętli: 10 mm, 15 mm, 25mm, - kształt okrągły, wykonane z usztywnionego plecionego drutu lub Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników z gumką do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 60 F. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie po 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 48

Ze względu na fakt ,że zestaw pakowany jest po 2 sztuki w opakowania niepodzielne Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 sztuk lub zwiększenie do 26 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje 4 i 5 do oddzielnego zadania, dopuszczając jednocześnie w pozycji 1 sondy o długości 90 cm lub 125 cm do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 48

Czy Zamawiający w pakiecie 48 dopuści zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym

M

11.1.2

podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo.

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: przewodnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę trzyczęściowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 42 poz. 11,12

Czy zamawiający wydzieli poz.11,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i z poz.11,12 tworzy Pakiet nr 57.

Pakiet nr 42 poz. 11,12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Wzór umowy dostawy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wzór umowy dostawy § 9 ust.2 lit. c)

1. Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy

SIWZ punkt 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 3 miejsc po przecinku

u/d

Pakiet nr 1

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy na cylindrze ma być nadrukowane logo producenta, co pozwoli na identyfikację producenta strzykawki nawet bez opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Tak

2. Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawki oferowane w pakiecie 1 w pozycjach 1-4 mają pochodzić od 1 producenta, co daje gwarancję pełnej kompatybilności i powtarzalnej, jakości wszystkich dostaw?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia jakości zakończenia luer w postaci nadrukowanej przez producenta informacji „typ Luer 6%” na każdym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 44

Prosimy o dopuszczenie kaniuli posiadającej rejestrację stosowania na krótki czas do obwodowego układu naczyniowego, w razie odmowy prosimy o wprowadzenie wymogu potwierdzenia stosownej rejestracji produktu, na zastosowanie do dostępu tętniczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 55

1. Czy Zamawiający wymaga obwód oddechowy wykonany z PCV z rur gładkich wewnętrznie zapobiegających zaleganiu bakterii z możliwością stosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia sterylizacji - certyfikatem walidacji procesu sterylizacji producenta?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości roboczej wyłącznie 2300mm oraz o długości igły 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), średnicy ostrza igły 21G lub 23G (do wyboru Zamawiającego), o kącie ścięcia igły 23,5 stopnia, chowającą się wewnątrz tubusu narzędzia z zachowaniem odległości około 1,5mm od końca osłonki dla zabezpieczenia kanału endoskopu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu o średnicy 0,30mm (średnica 10, 15mm) i 0,41mm (średnica 25mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230cm, wyłącznie owalne, o średnicy otwartej pętli: 10, 15, 25, 32mm - wykonane ze średnio sztywnego plecionego drutu, pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno i na ciepło? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230cm, wykonane ze średnio sztywnego plecionego drutu, wyłącznie owalne, o średnicach otwarcia: 15mm, 25mm oraz 32mm, pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno i na ciepło? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230cm, wykonane ze średnio sztywnego plecionego drutu, o średnicy 15mm lub 25mm, pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno i na ciepło? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę obrotową z rozpostartą na niej nylonową siatką do usuwania polipów i ciał obcych, o długości roboczej 230cm, średnicy osłonki 2,4mm i wymiarach pętli 25mm x 42mm lub 35mm x 51,5mm, pakowane pojedynczo w sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość otwarcia 20mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce o średnicy szczęk 2,3mm, długości 160cm i 230cm (w miejsce 240cm), współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości roboczej 230cm, średnicy szczęk 2,3mm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości 160cm i 230cm (w miejsce 240cm), o średnicy szczęk 2,3mm, o kształcie łyżeczek wyłącznie elipsoidalnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości narzędzia 1600mm oraz 2300mm, posiadającą osłonkę wykonaną z PE bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów, sterylizowane EO? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 46, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu monofilamentowego o średnicy 0,40mm, o średnicy otwarcia 10mm, 15mm lub 30mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 46 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką tekstylną, bez lateksową, pakowane po 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego retraktora chirurgicznego, nacięcie powłok +/- 1 do opisu w Zadaniu 16 poz. 1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego retraktora chirurgicznego, nacięcie powłok +/- 2 do opisu w Zadaniu 16 poz. 2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 41 poz. 1,2

Prosimy o Wydzielenie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i z poz. 1,2 tworzy Pakiet nr 58.

Pakiet nr 41 poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ?

Handwritten signature and mark

Odpowiedź: Nie oczekuje

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1 poz. 1 - 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga strzykawkę 2-częściowych z „tłokiem bez przewężeń na całej długości do wysokości cylindra” zamiast „tłoku bez przeciężeń na całej długości”?

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka pisarska

Pakiet nr 1 poz. 1- 4:

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę o skali rozszerzonej o minimum 20%? tj., poz. 1 – pojemność 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml, poz. 2 - poj. 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml, poz. 3 - poj. 10 ml z rozszerzeniem do 12ml, poz. 4 - poj. 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml.

Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawkę, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 1 poz. 1-4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet nr 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet nr 42 poz. 1- 10:

Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne chorego, wymaga, aby kaniule były wyposażone w gwintowany, aktywowany ruchem obrotowym mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 42 poz. 1- 10:

Czy Zamawiający wymaga by kaniule posiadały minimum 4 paski radiacyjne zatopione w cewniku - 4 paski RTG to ilość, która stanowi odniesienie do 4 kierunków kardynalnych

M

W D

pierwszego stopnia, gdzie niezależnie od położenia kawałka kaniuli zawsze będzie on widoczne w RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 42 poz. 1-10:

Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami, co zapobiega podrażnieniom miejsca wkłucia poprzez zapobieganie efektowi „dźwigni” w czasie podłączenia strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 42 poz. 11:

Czy Zamawiający wymaga, by koreczek luer lock do kaniul posiadał trzpień poniżej krawędzi pierścienia zewnętrznego, co zapobiega kolonizacji cewnika naczyniowego w wyniku kontaktu trzpienia z zanieczyszczonymi powierzchniami (dłonie, blaty)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestawy o kanalikach 16-16G zamiast 16-18G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 będzie wymagał, żeby zestawy posiadały igłę ze zintegrowanym na stałe portem bocznym – umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez odłączania strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 50 punkt 3

W związku z zakończeniem produkcji tego drenu przez Producenta oraz z uwagi na fakt, iż byliśmy jedynym dystrybutorem tego rodzaju drenów na terenie Polski, zwracamy się do Zamawiającego u usunięcie tego punktu ze specyfikacji.

Pakiet nr 50 punkt 5

W związku z zakończeniem produkcji tego drenu przez Producenta oraz z uwagi na fakt, iż byliśmy jedynym dystrybutorem tego rodzaju drenów na terenie Polski, zwracamy się do Zamawiającego u usunięcie tego punktu ze specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i z Pakietu poz. 3 i 5 tworzy Pakiet nr 59.

Pakiet nr 10

Poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści stapler okrężny z łamaną główką o średnicy 21-32 i dł.47 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.2

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 2 dopuści ładunki do staplera liniowego z nożem 60-3,8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.3

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler z nożem dedykowany do zabiegów niskiej, przedniej resekcji. Jedna dźwignia zamykająco-tnąca. Ładunek o długości 40 mm i wysokości 4,8 mm. Unikalna metoda cięcia zapewniająca większe bezpieczeństwo. Duża przestrzeń między szczękami staplera, pozwalająca na lepsze umiejscowienie pod guzem. Długie, wąskie ramię umożliwiające lepszy dostęp do miednicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 15

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 15 dopuści ładunek do staplera liniowego z nożem 80-3,8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 pozycje 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedyncza kryzę na korpusie strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 1 pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

M

u k

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 o średnicy wewn. 5,6mm i średnicy zewn. 8mm lub CH 30 o średnicy wewn. 7mm i średnicy zewn. 10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności użytkowej 300ml i max. pojemności 900ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 14 pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kateter o długości 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonana z poliuretanu o grubości 0,03 mm, posiadającą system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet na 36 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania foli operacyjnej wykonanej z foli poliuretanowej, kleju poliakrylowego, polietylenu, papieru pokrytego sylikonem o grubości 0,05 mm, oddychająca, antystatyczna, paroprzepuszczalność 950 g/m²/24 godz z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem, o wymiarach powierzchni lepnej: 20x 30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 36 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od warunku niepalności.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 9 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 8 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pończochy białe, z włókna syntetycznego, o zmiennym stopniu ucisku, bez szwu, łatwe do zakładania, wzmocnienie pięty, kontrolny otwór na spodzie stopy przy palcach, przystosowane do prania w temperaturze nie wyższej niż 70 stopni, z mankietem samonośnym i klinem zapobiegającym wrzynaniu się i zaciskaniu pończoch na udzie, w rozmiarach : obwód uda poniżej 63,5cm dla kończyny o długości krótszej niż 74cm z 3 dostępnymi obwodami łydki (małe, średnie, duże) ; obwód uda 63,5 – 81cm dla kończyny krótszej niż 74cm (łącznie zatem dla kończyny krótszej niż 74cm oferujemy 4 rozmiary których wielkość determinuje zarówno obwód uda jak i wielkość łydki co pozwala bardziej precyzyjnie dobrać pończochy dla Pacjenta) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie 54 w pozycji 1** dopuści zgłębniki o długości 120cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie 54 w pozycji 3** dopuści zgłębnik z obciążeniem 5g spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 13 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 trokara laparoskopowego z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem do insuflacji i desuflacji z możliwością ustawienia zaworu w conajmniej 3 pozycjach. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 trokara laparoskopowego z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem do insuflacji i desuflacji z możliwością ustawienia zaworu w conajmniej 3 pozycjach. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 trokara optycznego jednorazowego użytku o średnicy 5-11 mm; długość 100 mm z radioprzezierną, bezkonwertową kaniulą, trokar posiada zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), wbudowana redukcja 5mm-11mm. Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar pod kontrolą optyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakietu nr 2 poz. 2:

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pakiet nr 20 poz.3

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 20 poz. 3 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i z Pak. 20 poz. 3 tworzy Pakiet nr 60.

Pakiet nr 20 poz.3

Czy zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 3 może doprecyzować jakiej oczekuje ilości haków w każdym rozmiarze dla jednego kompletu?

Odpowiedź: 16 haków

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska

44 dn N