

Warszawa dnia 20.12.2023 r.

**Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Warszawskiej w Warszawie
Ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa**

WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na **„Naprawę systemu Keithley 4200A-MF-UP wraz z transportem”**. prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości powyżej 130.000,00 zł

Nr WEiTI/60/ZP/2023/1030

Zamawiający odpowiada na zadane pytania przez Wykonawcę:

1. Niniejszym, chciałbym zadać pytanie do Postępowania o udzielenie zamówienia na: „Naprawę systemu Keithley 4200A-MF-UP wraz z transportem”. Nr WEiTI/60/ZP/2022/1030.

Czy Zamawiający dopuszcza do zawarcia w ofercie jedynie kosztów serwisu kalibracji systemu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, bez kosztów ewentualnych napraw, które przed przystąpieniem do serwisu wspomnianego urządzenia nie mogą być określone?

ODPOWIEDŹ:

w posiadanym systemie Keithley 4200A-MF-UP uszkodzona została jednostka SMU1 (przy zamkniętym zabezpieczeniu High-Voltage jednostka stale wystawia na wyjściu napięcie maksymalne tj. 200V); uszkodzeniu uległ także zasilacz oraz wyłącznik, które zostały doraźnie naprawione. W ramach zamówienia wykonane muszą być następujące czynności:

- Weryfikacja całego systemu pod kątem uszkodzeń poszczególnych podzespołów (w szczególności modułów SMU, CVU i PMU) i ich ewentualna naprawa,
- Wymiana obudowy na nową wraz z zasilaczem, płytą główną, pamięcią i dyskiem twardym oraz systemem operacyjnym,
- Kalibracja całego systemu”

ZATWIERDZAM:

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik
Informatycznych PW

/-/

prof.dr hab. Michał Malinowski