



**REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
85-015 Bydgoszcz, Ks. Markwarta 8**

www.rckik-bydgoszcz.com.pl e-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

Bydgoszcz, dnia 20.02.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:
„DOSTAWĘ WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI” - nr postępowania 3/ZP/2024**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

PYTANIA NR 1 OD WYKONAWCY z dnia 16.02.2024

Aktualnie na rynku dostępne są 2 modele wirówek do preparacji krwi lub jej składników, spełniające podstawowe wymagania tej procedury zgodnie z bieżącymi wymaganiami dla tego typu aplikacji:

1. wirówka Roto Silenta 630RS firmy Hettich
2. wirówka Cryofuge 16 firmy Thermo Fisher Scientific.

Ustalone przez Zamawiającego wymagania opublikowane w SWZ do postępowania 3/ZP/2024 w sposób jednoznaczny umożliwia złożenie oferty jedynie na wirówce typu Roto Silenta 630RS.

Poprzez ustalenie szczególnych wymagań niemających żadnego wpływu na jakość i efektywność procesu wirowania a spełnianych jedynie przez wirówkę Roto Silenta 630RS firmy Hettich Zamawiający uniemożliwia złożenie oferty na produkt równoważny jakim jest wirówka Cryofuge 16 firmy Thermo.

Wymaganiem takim jest:

- punkt 26 załącznika nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia o brzmieniu „Skanowania kodów kreskowych tylko i wyłącznie w momencie gdy pokrywa jest otwarta” – podczas gdy wydaje się to wymaganiem ograniczającym wydajność procesu wirowania, ponieważ nie pozwala na przygotowanie zestawu następnego pojemników do wirowania podczas trwającego wirowania zestawu poprzedniego, które jest częstą procedurą stosowaną w przypadku konieczności wirowania w przypadku dużej ilości donacji. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie urządzenia niespełniającego tego wymagania. W przypadku podtrzymania tego wymagania prosimy o uzasadnienie tej decyzji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia niespełniające wymagania pkt 26 OPZ, jednocześnie dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie poprzez usunięcie pkt 26 Opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami NIE ULEGA zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Zatwierdził
Dyrektor RCKiK w
Bydgoszczy
Mgr Paweł Wojtylak