



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 20.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę **staplerów chirurgicznych**

Nr postępowania: ZP/19/22

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu nr 1:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego, uniwersalną, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 lub 60 mm, posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera. Długość ramienia 16 lub 26 cm, długość wraz z ładunkiem odpowiednio 26,6 lub 36,6 cm?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowane do trzonu staplera, ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Ładunki posiadają specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, mocowane do trzonu staplera, pozostałe parametry wg SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, trokar bezpieczny, bezostrzowy 12 mm, długość 110 mm?

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu nr 1

1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie rękojeści z jedną dźwignią zamykająco-spustową, długość ramienia 37 cm.

Zamawiający dopuszcza.

2) Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie ładunków dołączanych do rękojeści opisanej w pozycji 1 Pakietu nr 1.

Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie trokara o długości 100 mm/ 110 mm.

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakietu nr 1:

- 1) **Dot. pkt. 1** - Czy zamawiający dopuści długość ramienia 33cm? Stapler spełnia wszystkie pozostałe parametry.

Zamawiający dopuszcza.

- 2) **Dot. pkt. 2** - Czy zamawiający dopuści Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego (artykulacja dostępne w odcinku dystalnym ramienia staplera) umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu)? Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)

Zamawiający dopuszcza.

- 3) **Dot. pkt. 4** - Czy zamawiający dopuści trokary bez ostrzowe 12 mm, długość 100 mm z silikonowym zaworem utrzymującym szczelność gazu i przyciskiem zwalniającym ułatwiającym zwolnienie gazu po operacji?

Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy projektu umowy - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 14 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od zgłoszenia danej reklamacji” na „... od dnia uznania danej reklamacji”.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

5. Dotyczy projektu umowy - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru;

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

6. Dotyczy projektu umowy - W związku z zapisem § 9 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2021 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Zamawiający przekazuje w załączeniu Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za 2021r.

7. Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę i w § 3 wprowadza ust. 5 o następującej treści:

„5. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail Zamawiającego: nzozkss@szpital.kutno.pl, z następującego adresu poczty e-mail Wykonawcy:

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości
Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania