



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 5 046 000,00 zł

Kamienna Góra, 23.07.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa nici, staplerów, siatek chirurgicznych oraz wybranego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **PN 3/2020**

- I. Działając na podstawie art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Część 13 – pozycja 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji jednorazowych staplerów liniowych z nożem o długości linii szwu 77 mm, załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm); nóż zintegrowany ze staplerem; stapler po zamknięciu umożliwia repozycjonowanie tkanki; rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Część 13 – pozycja 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania ładunków do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm); zintegrowany ogranicznik tkanki; rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ładunków do jednorazowego staplera określonych w pytaniu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Część 13 – pozycja 5

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji jednorazowych staplerów liniowych z nożem o długości linii szwu 102 mm, załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm); nóż zintegrowany ze staplerem; stapler po zamknięciu umożliwia repozycjonowanie tkanki; rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Część 13 – pozycja 6

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania ładunków do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm); zintegrowany ogranicznik tkanki; rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ładunków dom jednorazowego staplera określonych w pytaniu.

Pytanie nr 5:Dotyczy: Część 14 – pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji jednorazowych staplerów liniowych o długości linii szwu 60 mm załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8, po zamknięciu 1,0 – 2,0 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 1,0 – 2,5 mm); stapler umożliwiający zamknięcie w każdej pozycji pośredniej; jedna dźwignia spustowa; wielkość staplera i rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 6:Dotyczy: Część 14 – pozycja 2

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji jednorazowych staplerów liniowych o długości linii szwu 90 mm załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8, po zamknięciu 1,0 – 2,0 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 1,0 – 2,5 mm); stapler umożliwiający zamknięcie w każdej pozycji pośredniej; jedna dźwignia spustowa; wielkość staplera i rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie staplerów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 7:Dotyczy: Część 14 – pozycja 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania ładunków do staplera liniowego, o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8, po zamknięciu 1,0 – 2,0 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 1,0 – 2,5 mm); rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ładunków do staplera określonych w pytaniu.

Pytanie nr 8:Dotyczy: Część 14 – pozycja 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania ładunków do staplera liniowego, o długości linii szwu 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8, po zamknięciu 1,0 – 2,0 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 1,0 – 2,5 mm); rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ładunków do staplera określonych w pytaniu.

Pytanie nr 9:Część 22

Czy Zamawiający dopuści w części 22 w poz.1 i 2 polipropylenowe siatki przepuklinowe reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza siatek przepuklinowych określonych w pytaniu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w Części 13 poz. 1 dopuści stapler okrężny wygięty (zakrzywiony) posiadający odłączaną łamaną główkę bez trokara troakar pomocniczego rozm. 24mm , 26mm, 29mm, 32mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w Części 13 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Części 13 zamówienia poprzez wydzielenie pozycji 2 i 7 do oddzielnego pakietu – **Część 25. Staplery**. W wyniku tej zmiany, **Część 13** zamówienia obejmuje dotychczasowe pozycje 1, 3, 4, 5 i 6.

Zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy dla Części 13. Staplery oraz nowy formularz dla Części 25. Staplery Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej i na stronie internetowej. Formularze te są wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający w Części 13 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 80 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w Części 13 poz. 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 80 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Bez ogranicznika tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza ładunek do staplera określony w pytaniu.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający w Części 13 poz. 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający w Części 13 poz. 6 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Bez ogranicznika tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza ładunek do staplera określony w pytaniu.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający w Części 13 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler

umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Jedna dźwignia: zamykająco-spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Jedna dźwignia: zamykająco-spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 3 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuszcza ładunek do staplera określony w pytaniu.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza ładunek do staplera określony w pytaniu.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający w Części 19 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 40 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler posiada unikalną metodę cięcia?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakietu 13. Poz nr 1: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 28 mm zamiast 29 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Tak.

Pytanie nr 23:

Dotyczy pakietu 13. Poz nr 3 i 4: Czy zamawiający dopuści długość linii szwu szwu 80 mm oraz nóż znajdujący się w ładunku? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Tak.

Pytanie nr 24:

Dotyczy pakietu 13. Poz nr 3, 4, 5, 6: Czy Zamawiający dopuści rozmiary zszywek przed zamknięciem 3,8 mm oraz 4,8 mm z technologią kierunkowego formowania zszywek (DST)? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Tak.

Pytanie nr 25:

Dotyczy pakietu 14: czy Zamawiający dopuści wysokości zszywek 3,5 oraz 4,8 z technologią kierunkowego formowania zszywek (DST)? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Tak.

Pytanie nr 26:

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia przez wykonawcę, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. Jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 27:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Tak.

Pytanie nr 28:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Tak.

Pytanie nr 29:

Część nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Tak.

Pytanie nr 30:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Tak.

Pytanie nr 31:

Część nr 5

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Tak.

Pytanie nr 32:

Część 5, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający nie dopuszcza igły okrągłej.

Pytanie nr 33:

Część 5, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Tak.

Pytanie nr 34:

Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Tak.

Pytanie nr 35:

Część 7

Czy Zamawiający dopuści szew o zdolności podtrzymywania tkankowego 65%-70% po 28 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Tak.

Pytanie nr 36:

Część 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Tak.

Pytanie nr 37:

Część 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Tak.

Pytanie nr 38:

Część 9

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wchłaniający się w okresie 90-120 dni, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 39:

Część nr 9

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Tak.

Pytanie nr 40:

Część nr 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniający szew pleciony, wytwarzany z kwasu glikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65%?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 41:

Część nr 11

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Tak.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Pakietu 23

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 23 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów bariatrycznych z poliuretanowym cewnikiem bez metalowego mandrynu.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości produktów niż określone w niniejszej umowie, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, ani odszkodowania w jakiegokolwiek formie z tytułu niezrealizowanych ilości wynikających z mniejszego zapotrzebowania Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45:

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych produktów w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo dokonać ich zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej dostawie, co będzie skutkowało zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poprzez zmianę brzmienia § 5 ust.1 Projektu umowy (Tom II SIWZ) w następujący sposób:

„1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych produktów w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo dokonać ich zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej dostawie, co będzie skutkowało zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Pytanie nr 48:

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.1 a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 1% na 0,5%?

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 49:

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.2 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 50:

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7; gdy kara umowna przekroczy 20%, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51:

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 3 c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z: niniejszą umową, SIWZ lub wskazaniem Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52:

Dotyczy warunków umowy § 16 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53:

Dot. części nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby skuteczność leczenia zaoferowanym modelem balonu potwierdzona była badaniem klinicznym na dużej próbie np. min. 20 osób, opublikowanym w punktowanym czasopiśmie medycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 54:

Dot. części nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga znacznika na 40-tym centymetrze cewnika?

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający nie wymaga znacznika na 40-tym centymetrze cewnika.

Pytanie nr 55:

Dot. części nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby średnica ostrza igły wynosiła minimum 1 mm, a długość minimum 12 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający nie wymaga aby średnica ostrza igły wynosiła minimum 1 mm, a długość minimum 12 mm.

Pytanie nr 56:

Dot. części nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby rozstaw ramion graspera mierzył przynajmniej 2 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający nie wymaga aby rozstaw ramion graspera mierzył przynajmniej 2 cm.

Pytanie nr 57:

Pakiet 1, pozycja 1 -4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm?

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający nie dopuszcza podwiązek o długości 250cm

Pytanie nr 58:

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o grubości „2”? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Zamawiający nie dopuszcza podwiązki o grubości „2”. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 59:

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki na rolce o długości 250cm?

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Nie.

Pytanie nr 60:

Pakiet 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 61:

Pakiet 2, pozycja 1-2, 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Nie.

Pytanie nr 62:

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej nie posiadającej opisu „z zakończeniem mikro-point” o długości 12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Nie.

Pytanie nr 63:

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej o długości 16mm bez opisu „z zakończeniem mikro – point”?

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Nie.

Pytanie nr 64:

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej bez określenia „z zakończeniem micro – point”?

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Nie.

Pytanie nr 65:

Pakiet 4, Pakiet 5, Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 66:

Pakiet 4, pozycja 1, 4-6, 8-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Tak

Pytanie nr 67:

Pakiet 4, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnącej standardowych (nie posiadających wzmocnienia)?

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Tak.

Pytanie nr 68:

Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej nie posiadającej opisu „z zakończeniem mikro-point”?

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Tak.

Pytanie nr 69:

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest nitka o długości 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Tak.

Pytanie nr 70:

Pakiet 5, pozycja 13, 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Tak.

Pytanie nr 71:

Pakiet 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 30mm. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 72:

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby nici były pakowane w saszetki zmniejszające pamięć szwu.

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający odstępuje od wymogu aby nici były pakowane w saszetki zmniejszające pamięć szwu.

Pytanie nr 73:

Pakiet 10, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Nie.

Pytanie nr 74:

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający nie dopuszcza nici o grubości „1”. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 75:

Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Tak.

Pytanie nr 76:

Pakiet 13, pozycja 2, 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie nr 77:

Część 15, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 trokara optycznego o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy pozwalający na insuflację i desuflację, obturator z separatorem tkankowym, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji?

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trokara określonego w pytaniu.

Pytanie nr 78:

Część 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki 3D wykonanej z monofilamentowego włókna PVDF (polifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów, nie tworzy się blizna. Siatka zbudowana z dużych oczek. Na siatce znajduje się orientacyjny znacznik monofilamentowy ułatwiający prawidłową aplikację?

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki 3D określonej w pytaniu.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiający wyłączy z Części nr 13 pozycje 2 i 7 do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiający w Części nr 13 pozycja 1 dopuści i będzie wymagał jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,0 mm? Rozmiary staplera: 21 , 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,5 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający dopuszcza stapler określony w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 81:

Dotyczy części 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem syntetycznym, niewchłaniającym, monofilamentowym, poliamidowym z igłą tnącą o długości 24mm i krzywiznie 3/8 koła z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 82:

Dotyczy części 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 2 ze szwem syntetycznym, niewchłaniającym, monofilamentowym, poliamidowym z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 83:

Dotyczy części 3 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 12 ze szwem syntetycznym, niewchłaniającym, monofilamentowym, poliamidowym z igłą kosmetyczną dwuwkłęśłą typu flash point z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 84:

Dotyczy części 4 poz. 1-9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycjach nr 1-9 ze szwem dwuskładnikowym nowszej generacji syntetycznym, plecionym z poliglaktyny 910, powlekanym poliglaktyną oraz sterynianem wapnia o całkowitej absorpcji masy szwu od 56 do 70 dnia z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 85:

Dotyczy części 4 poz. 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycjach nr 2, 3 ze szwem chirurgicznym z igłą odporną na złamania i wyginanie w trudnych warunkach operacyjnych w pozycjach.

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 86:

Dotyczy części 4 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 ze szwem chirurgicznym o długości nici 75 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87:

Dotyczy części 4 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 4 ze szwem chirurgicznym o długości nici 75cm, igłą kosmetyczną dwuwkłęśłą typu flash point o długości 26mm.

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 88:

Dotyczy części 5 poz. 1-18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycjach nr 1-18 ze szwem dwuskładnikowym nowszej generacji syntetycznym, plecionym z poliglaktyny 910, powlekanym poliglaktyną oraz sterynianem wapnia o całkowitej absorpcji masy szwu od 56 do 70 dnia z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 89:

Dotyczy części 5 poz. 9, 10, 15, 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 9, 10, 15, 17 ze szwem chirurgicznym o długości nici 75cm.

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 90:

Dotyczy części 5 poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 11 ze szwem chirurgicznym ze wzmocnioną igłą i nicią o długości 90cm.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91:

Dotyczy części 5 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 12 ze szwem chirurgicznym z igłą prostą tnącą i nicią o długości 75cm.

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92:

Dotyczy części 7 poz. 1, 3-6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym, monofilamentowym z polipdioxanonu, syntetycznym, wchłaniającym się między 180-220 dniem z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 93:

Dotyczy części 7 poz. 1, 3, 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym o długości igły 36mm oraz długością nici 90cm.

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94:

Dotyczy części 9 poz. 1-6, 8-10, 12-14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym monofilamentowym wykonanym z poliglekapronu 25 (glikolid i kaprolakton) wchłaniającym się między 90-120 dniem o okresie podtrzymywania tkanki w 40% po 14 dniach.

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95:

Dotyczy części 9 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym o długości igły 31mm.

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96:

Dotyczy części 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym o długości igły 32mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97:

Dotyczy części 10 poz. 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym niewchłaniałym, monofilamentowym złożonym z polipropylenu i polietylenu z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 98:

Dotyczy części 10 poz. 4, 5, 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycjach numer 4, 5, 6 ze szwem chirurgicznym o długości nici 90cm.

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99:

Dotyczy części 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze staplerem okrężnym wygiętym w rozmiarach 24mm, 29mm, 32mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100:

Dotyczy części 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej rączki staplera tnąco-szyjącego o bezpieczniejszej, dłuższej linii szwu 84 mm? Rączka staplera ma oddzielne ładunki do załadowania, przeznaczone do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z nożem wbudowanym w ładunek co zapewnia Zamawiającemu lepszą ostrość narzędzia przy każdorazowym użyciu niż w przypadku noża zintegrowanego ze staplerem.

Odpowiedź na pytanie nr100:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 101:

Dotyczy części 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku z nożem do jednorazowego staplera liniowego o bezpieczniejszej, dłuższej linii szwu 84 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki.

Odpowiedź na pytanie nr 101:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102:

Dotyczy części 13 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej rączki staplera tnąco-szyjącego o bezpieczniejszej, dłuższej linii szwu 104 mm? Rączka staplera ma oddzielne ładunki do załadowania, przeznaczone do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z nożem

wbudowanym w ładunek co zapewnia Zamawiającemu lepszą ostrość narzędzia przy każdorazowym użyciu niż w przypadku noża zintegrowanego ze staplerem.

Odpowiedź na pytanie nr 102:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103:

Dotyczy części 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku z nożem do jednorazowego staplera liniowego o bezpieczniejszej, dłuższej linii szwu 104 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki.

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 104:

Dotyczy części 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej rączki automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm? Rączka staplera ma oddzielne ładunki do załadowania, przeznaczone do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Jedna dźwignia z automatyczną (łatwiejszą i bezpieczniejszą) obsługą jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie i zwalnianie w jednej rączce).

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 105:

Dotyczy części 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej rączki automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm? Rączka staplera ma oddzielne ładunki do załadowania, przeznaczone do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Jedna dźwignia z automatyczną (łatwiejszą i bezpieczniejszą) obsługą jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie i zwalnianie w jednej rączce).

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106:

Dotyczy części 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm).

Odpowiedź na pytanie nr 106:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107:

Dotyczy części 14 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładunku o długości linii szwu 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm).

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108:

Dotyczy części 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie makroporowej siatki przepuklinowej rekomendowanej przez Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe jako siatki o właściwościach zwiększających przerastania

tkanek oraz zwiększonym przesiąkaniu płynu surowiczego co ma bezpośrednie przełożenia na szybkość gojenia się rany. Siatka monofilamentowa, polipropylenowa o wadze 55 m/m² i rozmiarze 15cm x 15cm, grubości 0,60mm i wielkości porów 2,3mm x 1,5mm.

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109:

Dotyczy części 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie makroporowej siatki przepuklinowej rekomendowanej przez Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe jako siatki o właściwościach zwiększających przerastania tkanek oraz zwiększonym przesiąkaniu płynu surowiczego co ma bezpośrednie przełożenia na szybkość gojenia się rany. Siatka monofilamentowa, polipropylenowa o wadze 55 m/m² i rozmiarze 30cm x 30cm, grubości 0,60mm i wielkości porów 2,3mm x 1,5mm.

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w § 4 ust.3 Projektu umowy oraz w pkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia **termin 3-dniowy zmienia się na termin 5-dniowy.**

Pytanie nr 111:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 112:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1.1 pkt. b), c):

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- b) za zwłokę w realizacji dostawy produktów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **0,5%** wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej części dostawy;**
- c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości **0,5%** wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia.**

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 113:

Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, poz. 2, szew z igła okrągła o krzywiznie ½ koła o wielkości 37mm i grubości szwu 2?

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Tak.

Pytanie nr 114:

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycjach 1-11 w których wymaga szwów z igła odwrotnie tnącą wymaga igieł odwrotnie tnących o trójkątnym kształcie na całej długości igły?

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Tak.

Pytanie nr 115:

Dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 szew syntetyczny wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szwy powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (35/65%) oraz stearynianem wapnia (50%). Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe 75 % po 14 dniach od zaimplantowania 40-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% po 28 dniach od zaimplantowania Całkowita absorpcja masy 56-70 dni ze względu na to iż producent wycofał nitkę, której już nie produkuje??

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 116:

Dotyczy pakietu 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 3, igły odwrotnie tnącej 1/2 koła 48mm niewzmocnionej?

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Zamawiający dopuszcza igłę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 117:

Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 szew syntetyczny wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szwy powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (35/65%) oraz stearynianem wapnia (50%). Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe 75 % po 14 dniach od zaimplantowania 40-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% po 28 dniach od zaimplantowania Całkowita absorpcja masy 56-70 dni ze względu na to iż producent wycofał nitkę, której już nie produkuje??

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 118:

Dotyczy pakietu 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 18, igły okrągła haczykowata typu „J” wzmocniona 40mm o długości nitki 70 cm??

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający dopuszcza igłę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 119:

Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 szew syntetyczny wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szwy powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (35/65%) oraz stearynianem wapnia (50%). Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe 75 % po 14 dniach od zaimplantowania 40-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% po 28 dniach od zaimplantowania Całkowita absorpcja masy 56-70 dni ze względu na to iż producent wycofał nitkę, której już nie produkuje

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 120:

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 1, miał na myśli szew z igłą 76mm o długości 150 pętla cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Zamawiający wymaga w tej pozycji igły 65 mm.

Pytanie nr 121:

Dotyczy pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 szew syntetyczny niewchłaniający monofilamentowy, wykonany z polimeru polipropylenu i polietylenu ze względu na to iż producent wycofał szew syntetyczny niewchłaniający monofilamentowy wykonany z polipropylenu??

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Zamawiający dopuszcza szew określony w pytaniu.

Pytanie nr 122:

Dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11, poz. 7, szew z igłą okrągłą o krzywiznie 1/2 koła o wielkości 65mm i grubości szwu 2/0?

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Nie.

Pytanie nr 123:

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści nici plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem + stearynianem wapnia w miejsce poliglikonatu, pozostałe parametry bez zmian. Zarówno poliglikonat jak i polikaprolakton należą do polimerów biodegradowalnych, grupy poliestrów alifatycznych, a powleczenie nici polikaprolaktonem nie wpływa na zmianę właściwości nici.

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Zamawiający dopuszcza nici określone w pytaniu.

Pytanie nr 124:

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm w pozycjach, gdzie wymaga 70 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Tak.

Pytanie nr 125:

Dotyczy części 4

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Nie.

Pytanie nr 126:

Dotyczy części 4

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą bez określenia wzmocniona?

Odpowiedź na pytanie nr 126:

Tak.

Pytanie nr 127:

Dotyczy części 5

Czy Zamawiający dopuści nici plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem + stearynianem wapnia w miejsce poliglikonatu, pozostałe parametry bez zmian. Zarówno poliglikonat jak i polikaprolakton należą do polimerów biodegradowalnych, grupy poliestrów alifatycznych, a powleczenie nici polikaprolaktonem nie wpływa na zmianę właściwości nici.

Odpowiedź na pytanie nr 127:

Zamawiający dopuszcza nici określone w pytaniu.

Pytanie nr 128:

Dotyczy części 5

Pozycja 2, 6, 10-12, 14-15. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 128:

Poz. 2, 10-12, 14-15 – Tak, Zamawiający dopuszcza; Poz. 6 – Nie.

Pytanie nr 129:

Dotyczy części 5

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia wzmocniona oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 129:

Tak.

Pytanie nr 130:

Dotyczy części 5

Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 130:

Nie.

Pytanie nr 131:

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający dopuści nici plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem + stearynianem wapnia w miejsce poliglikonatu, pozostałe parametry bez zmian. Zarówno poliglikonat jak i polikaprolakton należą do polimerów biodegradowalnych, grupy poliestrów alifatycznych, a powleczenie nici polikaprolaktonem nie wpływa na zmianę właściwości nici.

Odpowiedź na pytanie nr 131:

Zamawiający dopuszcza nici określone w pytaniu.

Pytanie nr 132:

Dotyczy części 7

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 132:

Tak.

Pytanie nr 133:

Dotyczy części 7

Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 133:

Nie.

Pytanie nr 134:

Dotyczy części 9

Pozycja 3-4, 6, 12. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 134:

Poz. 3-4, 6 – Tak, Zamawiający dopuszcza; Poz. 12 – Nie.

Pytanie nr 135:

Dotyczy części 9

Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm oraz nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 135:

Tak.

II. W wyniku udzielonych odpowiedzi skutkujących zmianą treści SIWZ, pkt 4.1. Tomu I SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:

4.1 *Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici, staplerów, siatek chirurgicznych oraz wybranego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Produkty objęte zamówieniem podzielone są na dwadzieścia pięć (25) pakietów stanowiących odrębne części zamówienia:*

- Część 1. *Nici*
- Część 2. *Nici*
- Część 3. *Nici*
- Część 4. *Nici*
- Część 5. *Nici*
- Część 6. *Nici*
- Część 7. *Nici*
- Część 8. *Nici*
- Część 9. *Nici*
- Część 10. *Nici*
- Część 11. *Nici*
- Część 12. *Produkty specjalistyczne*
- Część 13. *Staplery*
- Część 14. *Staplery*
- Część 15. *Igła Veressa i trokar optyczny*
- Część 16. *Taśmy retrakcyjne*
- Część 17. *Aplikatory do siatek przepuklinowych*
- Część 18. *Szwy specjalistyczne*
- Część 19. *Staplery poprzecznie tnące*
- Część 20. *Retraktory laparoskopowe*
- Część 21. *Systemy mocujące*
- Część 22. *Siatki przepuklinowe*
- Część 23. *Balony żołądkowe*
- Część 24. *Siatki 3D*
- Część 25. *Staplery*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Formularzach asortymentowo-cenowych (Załączniki nr 1.1-1.25 do Formularza oferty).

Analogiczne zmiany w wykazie (ilości i nazwy) części zamówienia Zamawiający dokonuje w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

W wyniku dokonanych zmian, pkt 5 Tomu I SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:

5. Zamówienia częściowe

*Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych.*

Zamówienie podzielone jest na 25 części, określonych w pkt 4.1.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

W wyniku dokonanych zmian, nowe brzmienie przyjmuje Formularz oferty. Zmieniony Formularz oferty Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej i stronie internetowej. Formularz ten jest wiążący przy składaniu ofert przez Wykonawców.

III. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Barbara Kosak