

Nr sprawy: AZP.274.41/2023 - 387

Lublin, dnia 07.09.2023r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych na potrzeby Instytutu Nauk o Zdrowiu KUL z podziałem na 10 części**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej cyt. jako „ustawy Pzp” udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

#### Pytanie nr 1 - dotyczy części 3

##### Załącznik 1.3 Trenażer do cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety

*Czy zamawiający uzna na zasadzie równoważności trenażer do cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety nieposiadający zewnętrznego zbiornika na płyn oraz możliwości wprowadzenia cewnika nadłonowego, ale w zamian oferujący wewnętrzny zbiornik na symulowany mocz oraz możliwość wykonania lewatywy?*

*Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert*

#### Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie może uznać na zasadzie równoważności trenażera do cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety nieposiadającego zewnętrznego zbiornika na płyn oraz możliwości wprowadzenia cewnika nadłonowego, ale w zamian z wewnętrznym zbiornikiem na symulowany mocz oraz możliwością wykonania lewatywy.

#### Pytanie nr 2 – dotyczy części 8

##### Załącznik 1.8 Trenażer do zakładania dostępów naczyniowych obwodowych (model ramienia osoby dorosłej)

*Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności trenażer do zakładania dostępów naczyniowych obwodowych bez możliwości wykonania iniekcji domięśniowej i śródskórnej w obrębie ręki, ale posiadający w zestawie dodatkowy trenażer w postaci zaokrąglonego bloku umożliwiający wkłucia domięśniowe i śródskórne?*

*Umożliwi to złożenie oferty na sprzęt spełniający wymagania SIWZ ale korzystający z innych rozwiązań technicznych*

*Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności trenażer do zakładania dostępów naczyniowych obwodowych bez możliwości łączenia się stawowo z fantomami dorosłymi oraz nieposiadającego*

*topografii tętnicznej ale w zamian oferujący możliwość wymiany tylko uszkodzonego fragmentu żył zamiast całego łożyska żylnego?*

*Umożliwi to złożenie oferty na sprzęt spełniający inne wymagania SIWZ oraz oszczędność części zamiennych.*

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający uzna na zasadzie równoważności trener do zakładaniaostępów naczyniowych obwodowych bez możliwości wykonania iniekcji domięśniowej i śródskórnej w obrębie ręki, ale posiadający w zestawie dodatkowy trener w postaci zaokrąglonego bloku umożliwiający wkłucia domięśniowe i śródskórne oraz trener do zakładaniaostępów naczyniowych obwodowych bez możliwości łączenia się stawowo z fantomami dorosłymi oraz nieposiadającego topografii tętnicznej ale w zamian oferujący możliwość wymiany tylko uszkodzonego fragmentu żył zamiast całego łożyska żylnego.

**Pytanie nr 3 – dotyczy części 9**

**Załącznik 1.9 Trener do zakładaniaostępów naczyniowych obwodowych (ramienia dziecka)**

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności trener o parametrach opisanych poniżej:

Trener do zakładaniaostępów naczyniowych obwodowych (ramienia dziecka)

Realistycznie odzwierciedla ramię dziecka z układem wielonaczyniowym i jest stworzony do terapii w obrębie żył obwodowych.

2

Opis funkcji:

- Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym lub na grzbiecie dłoni.
- Wprowadzanie i usuwanie obwodowej linii dożylniej
- Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa
- Żyły wykrywane metodą palpacyjną umożliwiają wybór miejsca wkłucia i przygotowanie
- Żyły, do których można wprowadzać płyny, pozwalają na ćwiczenie terapii z wykorzystaniem bolusa dożylnego lub metody wstrzyknięcia bezpośredniego
- Pielęgnacja obwodowej linii dożylniej wraz z oceną i rotacją miejsca wkłucia, a także wymiana opatrunku, roztworu i przewodów
- Wymienna skóra i system wielożyłowy zapewnia długi czas eksploatacji modelu
- Łączy się stawowo z dziecięcymi manekinami i trenerami zadań
- W zestawie walizka



**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie może uznać na zasadzie równoważności trenażera o parametrach przedstawionych w zapytaniu.

3

W imieniu Zamawiającego

z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL