

Ostrów Wielkopolski dnia 03.02.2020r.

Otrzymują:

- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- przetargi - platforma zakupowa

Dotyczy:

postępowania pn. "Dostawa STYMULATORÓW dla Oddziału Kardiologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim"

oznaczenie sprawy: FDZP.226.02.2020.

Działając na podstawie art.38 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz.1843) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów do elektrod o poniższych parametrach:

Rozmiary 6-10 F (oznaczenie rozmiaru na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne)

Po wprowadzeniu introduktora może zostać wyciągnięty i rozerwany na dwie części

Introduktor składa się z rozszerzacza wykonanego z HDPE(z dodatkiem 15 % siarczanu baru)umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9 % tlenku bizmutu)

Prowadnik o średnicy 0,038", długość 50 cm zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony „J” (promień 3 mm) wykonany ze stali nierdzewnej z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym

Prowadnik umieszczony w osłonie z tworzywa sztucznego

Igła introduktora 18 G, długość 7 cm ; Strzykawka o pojemność 10 ml ;5 sztuk w pudełku

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ , a w szczególności w oparciu o zapis dla pakietu nr 9 poz.7 - parametrów wymaganych: „ Rozszerzadło naczyniowe 190mm wykonane z PE; łągodnie zwięzające się przejście do przewodnika drutowego.

Pytanie 2

dot. pakietu 11 - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w formularzu asortymentowo cenowym zamieścił prawidłowy formularz dotyczący cen- kolumna cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź: zgodnie z poprawionym w zakresie pakietu nr 11 załącznikiem 1A.

dot. pakietu 11 - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w formularzu asortymentowo cenowym nie pominął wymogów w kolumnie parametr graniczny oraz ocena w podpunktach 19, 20 i 21?

Odpowiedź: zgodnie z poprawionym w zakresie pakietu nr 11 załącznikiem 1A.

dot. pakietu 11 - Czy Zamawiający w pak. 11 lp. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez algorytmów do unikania stymulacji komorowej, z trybem pracy do promowania rytmu zatokowego w razie uzasadnienia klinicznego ? **Odpowiedź:** TAK

dot. pakietu 7 - Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 13 dopuści urządzenie nie posiadające automatycznego pomiaru progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu?

Odpowiedź: NIE

dot. pakietu 10 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz.2 podpunkt 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia w opcji łącza IS4/DF1 nie posiadającego certyfikatu MRI, pozostałe typy łączy zgodnie z wymaganiami? **Odpowiedź:** TAK

/podpisat

Dariusz Bierta

Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/