

Tarnów, dnia 14.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. *16.4.20* /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 dot.: Zakres 96 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z uchwytem przezroczystym, zapewniającym dobre trzymanie ?

**Odp. Zamawiający wymaga igły lokalizacyjne z przezroczystym uchwytem. Modyfikacja zakresu nr 96 poz. 1.**

**Pytanie 2 Dot. Zakres 96 poz. 2 i 3**

Prosimy o wyjaśnienie, czy igły do aparatu Magnum mają posiadać ściągalny uchwyt, ułatwiający montaż igły w aparacie biopsyjnym?

**Odp. Zamawiający wymaga aby igły posiadały ściągalny uchwyt. Modyfikacja zakresu nr 96 poz. 2 i 3.**

**Pytanie 3 Dotyczy zakresu nr 53, poz.1**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem rozmiarach 4, &ch, 6CH i 7CH w oraz prowadnicą o długości 125cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy zakresu nr 91, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaofiarowania elastycznej igły do podawania botoksu do pęcherza neurogennego, z wygodnym uchwytem igły z łącznikiem Luer-Lock. Igła bardzo elastyczna, umieszczona w ochronnej tubie, odporna na złamanie. Wyposażona w blokadę na uchwycie. Igła o dł. 4mm ze szlifem pod kątem 150 , zapewnia optymalne wklucie. Średnica igły 22G, średnica 6FR, długość igły 4mm, długość części pracującej 66cm.

**Odp. Nie dopuszcza, zapis SIWZ bez zmian.**

Modyfikacja załącznika nr 1A – asortymentowo-cenowego została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

➤ Zał nr 1A + opis-modyfikacja zakres 96

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

*Anna Czech*

*[Handwritten signature]*

Dot. Zakres 96 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z uchwytem przezroczystym, zapewniającym dobre trzymanie jak na załączonej fotografii?

