



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 05.07.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 25

Pytania dotyczące części 2 i 27

1. Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 45

Prosimy o dopuszczenie systemu, który nie posiada opisanego rozwiązania w punkcie 45. Takie rozwiązanie może powodować dodatkowe dolegliwości bólowe pacjentki, której pierś i tak jest mocno uciśnięta.

Odp. Zgodnie z SWZ.

2. Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 50

Prosimy o usunięcie punktu w całości jako bezzasadny i mający na celu ograniczenie uczciwej konkurencji. Mammograf nie jest urządzeniem mobilnym i raz zainstalowany nie może być przemieszczany ponieważ wymagałoby to nowego projektu osłon stałych oraz ponownych odbiorów.

Odp. Zgodnie z SWZ.

3. Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 54

Prosimy o uznanie za równoważne automatycznego, elektrycznego obrotu ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych za pomocą dwóch przycisków. Takie rozwiązanie podyktowane jest kwestiami bezpieczeństwa, żeby nie doszło do przypadkowego kliknięcia i obrotu ramienia przy którym znajduje się pacjentka.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 60

Prosimy o dopuszczenie systemu, który nie posiada opisanego rozwiązania w punkcie 60

Odp. Zgodnie z SWZ.

5. Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 62

Prosimy o dopuszczenie systemu, który zamiast dotykowych wyświetlaczy posiada intuicyjne przyciski umieszczone po obydwu stronach kolumny mammografu

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 101

Prosimy o usunięcie punktu w całości jako bezzasadny i mający na celu ograniczenie uczciwej konkurencji. Waga mammografu nie ma żadnego znaczenia dla użytkowania i pracy mammografu. Nie jest to też urządzenie, które można transportować jak opisuje Zamawiający w punkcie 50. Dodatkowo przyznawanie punktacji za parametr, który w żaden sposób nie przekłada się na użyteczność systemu jest bezzasadne.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Zgodnie z SWZ. Zamawiający dostosował parametr do warunków techniczno użytkowych pomieszczenia oraz budynku, w którym urządzenie ma zostać zainstalowane.

7. Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – MAMMOGRAF – punkt 102

Prosimy o dopuszczenie systemu, który nie posiada zasilania UPS.

Odp. Zgodnie z SWZ.

8. Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 1

Dotyczy Formularza Ofertowego pkt 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT

Odp. Zgodnie z SWZ.

9. Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 4 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii w przypadku zgłoszenia awarii w dni robocze, a w przypadku zgłoszenia awarii w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy w terminie 72 godzin od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego przypadającego po sobocie lub dniach ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

10. Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 4 lit. a)

Czy Zamawiający uzna reakcję serwisu jako kontakt zdalny, telefoniczny?

Odp. Zgodnie z SWZ.

11. Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy do wysokości 0,3% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/ 810 59 82