



**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach**

ul. Niechorska 27  
72-300 Gryfice

Nasz znak

Data

SPZZOZ/12/2/21

Gryfice, 02.03.2021r

Sprawa dotyczy:

*Przetarg nieograniczony nr 12/21 na: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu:*  
**„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” - cz. II”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

-dotyczące wzoru umowy dla pakietów 1 i 2

Zgodnie z wzorem umowy dla pakietów 1 i 2 pra. 4 pkt 5 "Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia." Natomiast w załącznikach 1.1 oraz 1.2 w punktach 6.6 jest opisane, że "...dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 5 dni od chwili jej zgłoszenia."

Proszę uprzejmie o informacje dotyczącą wskazanych powyżej terminów

**ODP.:** Zamawiający doprecyzuje zapis w punkcie 6.6 wzoru umowy, zmieniając w/w zapis na: „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia."



-dotyczące załącznika 1.1


Z uzyskanych informacji od producenta wirówki, wynika, że w chwili obecnej został wycofany z asortymentu wirnik, który spełniał opisane w tabeli wymagania. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się i dopuści wirnik horyzontalny z wyposażeniem umożliwiającym wirowanie min. 32 próbek systemów zamkniętych o wymiarach fi 13x75 mm i 13x100mm, spełniający również wymagane parametry przyspieszenia i obrotów?

**ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- czy zamawiający przesunie termin złożenia oferty na 2021.03.03.

**ODP.: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 04.03.2021r.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
Piotr Soltyskiński