



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1783/74/20



01 KWI. 2020

Warszawa, dnia .....

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy przenośnych testerów autentyczności dokumentów” numer sprawy: WZP-74/20/02/Z**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonego przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz o zmianie treści SIWZ.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu tester dokumentów o wadze wraz z bateriami do 105 gramów?

**UZASADNIENIE:**

Zwiększenie wagi o 5 gramów nie wpłynie w żaden sposób na odczucia i komfort użytkownika, a pozwoli zaoferować lepsze właściwości sprzętu."

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza różnicę masy urządzenia wraz z baterią/akumulatorem w zakresie +/- 10%, tj. od 90 do 110g.

W związku z powyższym załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

**"Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przenośny tester autentyczności dokumentów posiadający:

- 1. oznakowanie CE (Conformité Européenne),,**
- wbudowaną lupę ze szkła optycznego o powiększeniu minimum 6 krotnym,
- wbudowane źródło światła białego LED,
- wbudowane źródło światła ultrafioletowego o szczytowej długości fali od 365 nm do 375 nm oraz dodatkowo źródło światła ultrafioletowego o szczytowej długości fal z podanych: 254 nm, 313 nm, 375 nm, 395 nm z tolerancją +/- 5 nm
- filtr ochronny wzroku,
- wagę maksymalnie 100 g z zainstalowaną baterią,
- urządzenie musi być zasilane wymienną baterią 12 V (typu A23 lub równoważnego) znajdującą się w komplecie z urządzeniem, umożliwiającą uruchomienie urządzenia po zakupie.  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii lub akumulatorów typu AAA do zasilania urządzenia o masie urządzenia wraz z bateriami do 100 g. Zamawiający dopuszcza różnicę masy urządzenia wraz z baterią/akumulatorem w zakresie +/- 10%, tj. od 90 do 110g.
- Urządzenie musi zostać trwale oznakowane poprzez nadruk lub w inny sposób logo funduszy norweskich o szerokości min. 15 mm z zachowaniem proporcji. Wielkość logo powinna być



adekwatna do pozostałych oznaczeń znajdujących się przy nim oraz maksymalnie wykorzystująca dostępną powierzchnię zadruku (przy zachowaniu wymienionych proporcji).  
**Szczegółowe informacje dotyczące logo zawarte są w podręczniku pt. "Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2012 zamieszczonym na stronie [https://www.eog.gov.pl/media/69204/Podrecznik\\_komunikacji\\_EOG\\_Nor\\_PL.pdf](https://www.eog.gov.pl/media/69204/Podrecznik_komunikacji_EOG_Nor_PL.pdf)."**

Zmiana treści SIWZ tj.:

I. Rozdział XI pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00.”

II. Rozdział XI pkt. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 13:30.”

**Powyższe wyjaśnienie i zmiana są wiążące dla Stron.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zapobiegawczo-Prewencyjnych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Lukasz WEREDA*