

Czarnków, dnia 25.05.2020r.

ZP/PN/4/2020

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na **Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych** opublikowanego w BZP nr 541402-N-2020 w dniu 19.05.2020r.

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

1. Dotyczy pakiet 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr II dopuści czas wchłaniania 182-238 dni? Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.
2. Dotyczy pakiet 2
Czy zamawiający w pakiecie nr II w poz. 10 dopuści igłę z wysokiej jakości stali nierdzewnej? Pozostałe parametry bez zmian. Tylko odpowiedź pozytywna pozwoli złożyć Państwu konkurencyjną ofertę pod względem jakościowym i cenowym. Obecny opis umożliwia złożenie oferty tylko i wyłącznie jednemu producentowi lub jego dystrybutorowi – firmie Johnson\$Johnson.
Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.
3. Dot. zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie , iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.
4. Dot. Pakietu I, II
Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie
5. Dot. Pakietu I
Czy zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, nie zawierające chlorheksydyny, o sile podtrzymania tkankowego po 14 dniach 80% i czasie wchłaniania 60-90 dni, w pozycjach 20,21 skrócony czas wchłaniania do ok. 42 dni?
Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania
6. Dot. Pakietu I, II
Czy zamawiający dopuści opakowanie sterylizacyjne – aluminiową i dodatkowo papierowo – foliową saszetkę?
Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania
7. Dot. Pakietu II poz, 1

Czy zamawiający dopuści również długość nici 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści powyższego rozwiązania.

8. Dot. pakietu II poz. 10

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną ze stali typu 300 pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

9. Dot. Pakietu III, poz. 4,9,14

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

10. Dot. Pakietu III, poz. 4

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi, 19 mm, ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

11. Dot. Pakietu III, poz. 9,14

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi 16 mm ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

12. Dot. Pakietu III poz. 2,5,11,12

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą 24 mm lub 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

13. Dot. pakiet III poz.6,7,13

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą 19mm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

14. Dot. pakiet III poz. 8

Czy zamawiający dopuści również szew z igłą 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie

W związku z powyższymi odpowiedziami nie **zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert** – oraz nie ulega natomiast zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

mgr Bożena Szadowska