

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę STYMULATORÓW**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw I

1.Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 13 dopuści urządzenie nie posiadające automatycznego pomiaru progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz.2 podpunkt 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia w opcji łącza IS4/DF1 nie posiadającego certyfikatu MRI, pozostałe typy łącz zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Czy Zamawiający w pak. 11 lp. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez algorytmów do unikania stymulacji komorowej, z trybem pracy do promowania rytmu zatokowego w razie uzasadnienia klinicznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw II

Pytanie do pakietu 9

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do

Zamawiającego o dopuszczenie introducerów o następujących parametrach:

Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).

Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym.

Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.

Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm

Strzykawka, pojemność 10 ml.

Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator).

Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w rozmiarach 5 – 10 F

Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw III

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, § 10 ust.2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia;**

b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §10)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania – zgodnie z §5 ust. 7 w załączniku nr 2 Wzór umowy do SWZ.

4. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw IV

1) Do pak.2 poz.7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością przedsiorkową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

2) Do pak. 8 poz.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia również ze złączem IS4 o wadze 31,2g? Parametr nieznacznie różni się od wymogów SIWZ.

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

3) Do pak.8 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stymulatora trójjamowego resynchronizującego z amplitudą impulsu w zakresie 0,2-7,5 V? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

4) Do pak.9 poz.8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie introducera do elektrod z koszulką o długości 150 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła