

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów medycznych” Znak sprawy: ZP/44/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw I:**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 12:**

**Poz. 1** Czy zamawiający dopuszcza zestaw produkowany i zalecany przez wytwórcę wstrzykiwacza firmy Mallinckrodt: jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiStart Elite .Skład zestawu: 2x wkład do wstrzykiwacza 60ml, 1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 230 cm z trójnikiem typu Y, z pojedynczym zaworkiem zwrotnym ,2x złącze szybkiego napełnienia ,2x ostrze typu spike?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Poz. 2** Czy zamawiający dopuszcza złącze produkowane i zalecane przez wytwórcę wstrzykiwacza firmy Mallinckrodt: Złącze niskociśnieniowe o dł.230 cm z trójnikiem typu Y o wytrzymałości do 300 PSI, z min. jednym zaworkiem zwrotnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 13**

**Poz. 1.** Czy zamawiający dopuszcza zestaw produkowany i zalecany przez wytwórcę wstrzykiwacza firmy Mallinckrodt:

Jednorazowy ,sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiVantage DH .Skład zestawu ;1 x wkład do wstrzykiwacza 200ml, 1 x jednorazowy przewód napełniacza 350 PSI?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Poz. 2** Czy zamawiający dopuszcza zestaw produkowany i zalecany przez wytwórcę wstrzykiwacza firmy Mallinckrodt:

Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Covidien OptiVantage. Skład zestawu: 1 x wkład do wstrzykiwacza 200 ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. min 152 cm z trójnikiem typu Y, z dwoma zaworkami zwrotnymi, 1 x złącze szybkiego napełniania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Poz. 3** Czy zamawiający dopuści złącze produkowane i zalecane przez wytwórcę wstrzykiwacza firmy Mallinckrodt:

Złącze niskociśnieniowe o dł. 152 cm z trójnikiem typu Y o wytrzymałości do 350 PSI z dwoma zaworkami zwrotnymi?

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza nie wymaga.


  
Dyrektor  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
Iwona Łobello

Sporządziła : M.Malinowska



Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania  
Organizacyjno-Administracyjnych  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
dr n. p. Anna Wójtczyk

  
mgr Anna Wójtczyk

  
mgr Agnieszka Kocot