

ZP-20-016BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 20.07.2020 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: Modernizacja budynku Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym - etap I
Nr sprawy: ZP-20-016BN (ID 327608).**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Specyfikacja urządzeń medycznych – Lampa operacyjna (ilość 2 szt.)

Ad.11. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lamp bez funkcji synchronizowania temperatury barwowej w czasie głównej i satelitarnej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lampy bez funkcji synchronizowania temperatury barwowej w czasie głównej i satelitarnej.