



**POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY**



Dostawa sprzętu pomiarowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
według załącznika nr 1,2 oraz swz.

Nr sprawy WE.ZP.261.7.21

Warszawa, dnia 09 listopada 2021r

**Dotyczy: Dostawa sprzętu pomiarowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej według załącznika nr 1,2 oraz SWZ. (ID 532496)
Nr sprawy: WE.ZP.261.7.21**

Zamawiający: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Pl. Politechniki 1, pok. 214, 00-661
Warszawa informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Czy Zamawiający w części V, poz. 2 wymaga, aby oscyloskop posiadał 16 kanałów cyfrowych, interfejs USB-GPIB,
cztery sondy pasywne o paśmie 150MHz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby oscyloskop posiadał 16 kanałów cyfrowych, interfejs USB-GPIB, cztery sondy
pasywne o paśmie 150MHz.

Z poważaniem

Pełnomocnik Dziekana
Wydziału Elektrycznego
ds. zamówień publicznych
Jacek Korytkowski
dr inż. Jacek Korytkowski