

Jarocin, 07.03.2024.

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 8

Dotyczy : Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku postępowanie nr 2/2024.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu 8.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Zamawiający w dniu 21.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa. Po wyborze oferty Zamawiający otrzymał informacje, iż wybrana oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SWZ w Pakiecie 8 pozycja 14.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 22.02.2024 r. unieważnił czynność wyboru Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. w zakresie Pakietu 8 i wezwał Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Złożone oferty:

1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty tj. potwierdzenia wymagań, których Zamawiający oczekiwał w zakresie pakietu 8 pozycja 14 worka do zbiórki moczu, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml, ze skalą co 100ml zaczynającą się od zapęlenia 50 ml, dren 90 cm , **pole na worku do opisania**, łącznik schodkowy z przykrywką, zawór spustowy poprzeczny, jałowy.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których poinformował, iż zaoferowany w Pakiecie 8 pozycja 14 worek do zbiórki moczu nie spełnia wymagań określonych w SWZ tj. nie posiada pola do opisu.

W związku z powyższym stwierdzamy że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2. Zarys International Group Sp. z o.o., Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty tj. potwierdzenia wymagań, których Zamawiający oczekiwał w zakresie pakietu 8 pozycja 14 worka do zbiórki moczu, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml, ze skalą co 100ml zaczynającą się od zapęnlienia 50 ml, dren 90 cm , **pole na worku do opisania**, łącznik schodkowy z przykrywką, zawór spustowy poprzeczny, jałowy.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których poinformował, iż zaoferowany w Pakiecie 8 pozycja 14 worka do zbiórki moczu nie spełnia wymagań określonych w SWZ tj. nie posiada pola do opisu.

W związku z powyższym stwierdzamy że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

.....