



WSzSL.FZ.381./ 55/429/2024

Legnica 24.07.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY KARDIOWERTERÓW ICD VR, DR, CRT – D  
ORAZ REJESTRATORA EKG**

znak sprawy WSzSL/FZ-55/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 Część 6 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ICD VR  
LP.4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowo, urządzeń o żywotności nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. do 9,3 lat ale o zmniejszonych rozmiarach- wadze maksymalnej 62,5 g oraz objętości 28,5 cm<sup>3</sup> i grubości <10mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 2 Część 7 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ICD DR  
LP.4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowo, urządzeń o żywotności nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. do 8,5 lat ale o zmniejszonych rozmiarach- wadze maksymalnej 62,5 g oraz objętości 28,5 cm<sup>3</sup> i grubości <10mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Uwaga:

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*