



Nr sprawy D25M/252/N/22-36rj/23

Gdynia, dnia 10.07.2023 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu do nawilżania tlenu**

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje Sterylną wodę z zatyczką na uwięzi umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane wyżej rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zdatna do użycia przez okres minimum 30 dni po otwarciu jest równoznaczne z możliwością prowadzenia terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczeniem Producenta - Wyrób można użytkować przez okres 35 dni).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu z możliwością prowadzenia terapii przez 35 dni.

Pytanie 3 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa, ale nie wymaga oznaczenia w tym zakresie na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 4 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na jego dnie, co eliminuje straty i jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane wyżej rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 5 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Beata Martyn-Mrozowska
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Anna Pośpiech

Szpital Pomorski Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: zp@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu