

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.12.2123/2024

Tarnów, dnia 04.03.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia”- nr sprawy 12/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.02.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

ZAKRES NR 7 – DEFIBRYLATOR

- I. 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością wykonania 120 defibrylacji z energią 360J na w pełni naładowanym akumulatorze?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- II. 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością ustawienia pełnej godziny wykonania autotestu w przedziale od godziny 0:00 do 5:00?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- III. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z komunikacją z CMS, ale bez możliwości przesyłania informacji o urządzeniu i podsumować testów użytkownika?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- IV. 19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwości rozbudowy o transmisję bezprzewodową?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- V. 20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwości rozbudowy o czujnik RKO?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- VI. 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator posiadający archiwum danych z pamięcią 160 godzin danych trendów, 2000 zestawów danych pomiarowych NIBP, 200-krotne przechowywanie zdarzeń alarmowych parametrów, 10-minutowy przegląd krzywej jednokanałowej, 1000 zdarzeń pacjentów i do 60 minut przechowywania zapisu AED dla każdego pacjenta (do 240 min całego zapisu AED)?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- VII. 34. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością wykonania defibrylacji wewnętrznej, ale bez dostępności w chwili obecnej tyżek do defibrylacji wewnętrznej? Wspomniane akcesoria będą dostępne w niedalekiej przyszłości.
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- VIII. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z energią wyładowania w trybie AED od 150J do 360J?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.
- IX. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z programowanymi przez użytkownika wartościami energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji w trybie AED w zakresie 100 - 360J ?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

X. 45. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wskaźnikiem impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie głównym, a nie na łyżkach, w które wyposażone jest urządzenie?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

XI. 47. Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z analizą arytmii, ale bez uwzględniania wieku pacjenta?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

XII. 54. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z pomiarem respiracji metodą impedancyjną w zakresie 0-150 odd./min?
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Karolina Strzałba

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
[Signature]