



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Znak postępowania: Szp/FZ-29/2020

Wrocław, dn. 30.06.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
pod nazwą

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH
W PRACOWNI HEMODYNAMIKI**

RADCA PRAWNY

Krzyszyna Michalska

.....
Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIEM REKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk

.....
Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
 - adres strony internetowej: <http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>
 - adres platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclawGodziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35
2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanego DUUE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ II**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 214 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej ustawą Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450),
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453),
 - 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 ze zm.),
 - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
 - 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej wyrobami medycznymi.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.51 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 - 1) powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47,50 oraz jego sprzedaż w ilościach

niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,

2) użyczenie Zamawiającemu:

- a) aparatu do (FFR), określonego w pakiecie nr 11, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ,
- b) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami , określonej w pakiecie nr 27, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ,
- c) konsoli rotatora, określonej w pakiecie nr 42, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ,
- d) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami, określonej w pakiecie nr 47, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ.

4. Termin ważności oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
8. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
9. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
10. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 oraz 2.1 do SIWZ
12. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
33 11 17 30-7 – wyroby do angioplastyki
33 12 41 30-5 - wyroby diagnostyczne
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych –**51 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego.

ROZDZIAŁ V**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej:

Przesłanki wykluczenia z postępowania		Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
A	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:	1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji <i>Informacja: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty</i>
Warunki udziału w postępowaniu		Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
B	W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:	1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie

		<p>Zamawiającego.</p> <p>2) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.</p> <p><u>Pouczenie:</u> zgodnie z wykładnią art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: <i>Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5</i></p>
C	<p>W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie własne Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert</p>	<p>Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - zwany dalej <i>jednolitym dokumentem</i></p> <p><u>Informacja:</u> <i>Jednolity dokument można pobrać ze strony https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.</i></p> <p>UWAGA: <i>Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV jednolitego dokumentu - Kryteria kwalifikacji - i nie musi wypełniać pozostałych pozycji przywołanej sekcji.</i></p>
D	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa:</p>	<p>oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.</p> <p>Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p><u>Informacja:</u> <i>Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przestania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną lub faksu pod warunkiem niezwłocznego przestania oryginału dokumentu do Zamawiającego.</i></p>

- Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
- Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w **wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów i oświadczeń wymienionych w tabeli powyżej.**
- Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

5. OFERTA WSPÓLNA:

- 1) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, **jednolity dokument składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

6. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, składa:
 - a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
 - b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - b.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
- 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
- 5) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw i formularza *Wyślij wiadomość* dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
 - 1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 - 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 3) Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1993 ze zm.),
 - 4) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1991).

UWAGA: W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@wssk.wroc.pl

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem Platformy zakupowej.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli przywołana w ust. 9 zmiana prowadzić będzie do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
12. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 9 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści stosowne informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronach, o których mowa w ust. 8. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Wojciechowska – Specjalista ds. zamówień publicznych.
14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **231 934,00 zł** (słownie: *dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100*). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet nr	Wysokość kwoty (zł)
Pakiet nr 1	361,00 zł
Pakiet nr 2	4 666,00 zł
Pakiet nr 3	8 261,00 zł
Pakiet nr 4	8 888,00 zł
Pakiet nr 5	3 567,00 zł
Pakiet nr 6	10 000,00 zł
Pakiet nr 7	8 148,00 zł
Pakiet nr 8	20 172,00 zł
Pakiet nr 9	5 648,00 zł
Pakiet nr 10	2 055,00 zł
Pakiet nr 11	7 388,00 zł
Pakiet nr 12	9 759,00 zł

Pakiet nr 13	2 688,00 zł
Pakiet nr 14	3 609,00 zł
Pakiet nr 15	2 777,00 zł
Pakiet nr 16	6 400,00 zł
Pakiet nr 17	2 444,00 zł
Pakiet nr 18	1 081,00 zł
Pakiet nr 19	8 564,00 zł
Pakiet nr 20	2 066,00 zł
Pakiet nr 21	122,00 zł
Pakiet nr 22	616,00 zł
Pakiet nr 23	12 962,00 zł
Pakiet nr 24	3 703,00 zł
Pakiet nr 25	13 215,00 zł
Pakiet nr 26	7 725,00 zł
Pakiet nr 27	2 821,00 zł
Pakiet nr 28	3 811,00 zł
Pakiet nr 29	1 061,00 zł
Pakiet nr 30	1 211,00 zł
Pakiet nr 31	17 111,00 zł
Pakiet nr 32	4 574,00 zł
Pakiet nr 33	4 740,00 zł
Pakiet nr 34	1 111,00 zł
Pakiet nr 35	4 325,00 zł
Pakiet nr 36	570,00 zł
Pakiet nr 37	180,00 zł
Pakiet nr 38	2 592,00 zł

Pakiet nr 39	4 118,00 zł
Pakiet nr 40	362,00 zł
Pakiet nr 41	2 407,00 zł
Pakiet nr 42	5 000,00 zł
Pakiet nr 43	841,00 zł
Pakiet nr 44	240,00 zł
Pakiet nr 45	601,00 zł
Pakiet nr 46	407,00 zł
Pakiet nr 47	5 754,00 zł
Pakiet nr 48	307,00 zł
Pakiet nr 49	5 177,00 zł
Pakiet nr 50	1 203,00 zł
Pakiet nr 51	4 525,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – **Szp/FZ–29/2020 – Pakiet nr....**
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w

art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.
11. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:
 - 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji,
 - 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż Radca Prawny.

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
 - 1) **wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo – cenowymi,**
 - 2) **Jednolity europejski dokument zamówienia,**
 - 3) **pełnomocnictwo zgodnie z ust. 4 pkt 9 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy),**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ustawa Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie Profilem zaufanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wydany w jednym z państw członkowskich i musi być uznawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art. 25 eIDAS). Oznacza to, że Wykonawca powinien nabyć podpis w jednym z Państw członkowskich UE, aby był podpisem ważnym.
4. **Instrukcja złożenia oferty:**
 - 1) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- 2) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
- 3) Oferta lub wnioski powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;
- 4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
- 5) Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
- 6) Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;
- 7) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”) z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;
- 8) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 9) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.
- 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu Wykonawcy.
- 12) Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania"
- 13) Następnie w drugim kroku składania oferty należy:
 - a) sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,
 - b) następnie pobrać paczkę w XML,
 - c) po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XAdES4 (XAdES)5,
 - d) po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,

- e) informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,
- 14) Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:
- a) zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;
 - b) podpis kwalifikowany utracił ważność;
 - c) niewłaściwy formatu podpisu;
 - d) użycie podpisu niekwalifikowanego;
 - e) załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku

- niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", aby zakończyć etap składania oferty,

15) System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert,

5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie **od poniedziałku do piątku** w godzinach **od 8:00 do 17:00** pod nr tel. **(22) 101-02-02**.

UWAGA:

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

- 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisując) ofertę.
- 7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
- 9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
- 10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
- 11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji określonej ust. 4 niniejszego Rozdziału.

12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
16. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert, powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
 - przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub
 - zalogowanie i kliknięcie w przycisk "*Potwierdź ofertę*".
17. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

Uwaga:

Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

18. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
19. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "*Odblokuj formularz*", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw do dnia **13.08.2020 r. o godz. 09:00.**
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.08.2020 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
 - 1) nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także
 - 2) informacje dotyczące ceny,
 - 3) termin dostawy lub uzupełnienia depozytu.
6. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny,
 - 4) terminu dostawy lub uzupełnienia depozytu.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. Sposób wyliczenia ceny:

3.1 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

3.2 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1 ÷ 1.51 do SIWZ.
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

u) **Pakiet nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47,50**

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
-----	----------	----------------------------

1	Cena	60 %
2	Termin uzupełnienia depozytu	40 %
	OGÓŁEM:	100 %

a) Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_{\text{bad. oferty}}$ - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

b) Kryterium nr 2 – termin uzupełnienia depozytu (TUD):

Termin uzupełnienia depozytu nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną

$$TUD = \frac{TUD_{\text{min. oferow. term. (liczba dni)}}}{TUD_{\text{term. bad. oferty (liczba dni)}}} \times 40 \% \times 100$$

gdzie:

$TUD_{\text{min. oferow. term.}}$ – minimalny oferowany termin uzupełnienia depozytu spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$TUD_{\text{term. bad. oferty}}$ – termin uzupełnienia depozytu ocenianej oferty w danym pakiecie.

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + TUD$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

TUD – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin uzupełnienia depozytu,

2) Pakiet nr 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 51.

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	60 %
2	Termin dostawy	40 %

	OGÓŁEM:	100 %
--	---------	-------

c) Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_{\text{bad. oferty}}$ - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

d) Kryterium nr 2 – termin dostawy (TD):

Termin dostawy nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną

$$TD = \frac{TD_{\text{min. oferow. term. (liczba dni)}}}{TD_{\text{term. bad. oferty (liczba dni)}}} \times 40 \% \times 100$$

gdzie:

$TD_{\text{min. oferow. term.}}$ – minimalny oferowany termin dostawy spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$TD_{\text{term. bad. oferty}}$ – termin dostawy ocenianej oferty w danym pakiecie

Ostateczna ocena oferty w danym zadaniu będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + TD$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

TD – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy,

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ XIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV

WZÓR UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

ROZDZIAŁ XVII**POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążyący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. **KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl 71 73 29 631 (*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*);
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp/FZ–29/2020** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 - 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo - cenowymi

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 2.1 – wzór umowy użyczenia

Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

OFERTA NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
	<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).....</i>
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	[] Tak [] Nie
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i> <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
NIP	
REGON	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	<i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail:
	fax:
	tel.:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
Skladam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu	
III. CENA	
Cena oferty zgodnie z formularzem ofertowym wynosi dla:	
*) Pakiet nr zł
Cena brutto
Sownie cena brutto	
Termin dostawy lub uzupełnienia depozytu Oferowany termin dostawy lub uzupełnienia depozytu nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze.
*) <i>wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</i> Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzone przez bank[.....]	
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:	
Oświadczam, że:	
<ol style="list-style-type: none"> zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia; uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert; wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do klasa....., wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XVII SIWZ. 	
*) <i>wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić</i>	
V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA	
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:	
<ol style="list-style-type: none"> zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ofercie; 	

3. przekazania do używania w ramach wynagrodzenia umownego:
- 1) *) aparatu do (FFR), typ /prod. określonego w pakiecie nr 11,
 - 2) *) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami , typ/prod., określonej w pakiecie nr 27.
 - 3) *) konsoli rotablatora, typ/prod..... określonej w pakiecie nr 42,
 - 4) *) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami typ/prod. określonej w pakiecie nr 47.
4. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia: e-mail: tel./fax:
5. **) wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnej za powierzony w depozyt przedmiot zamówienia: e-mail: tel./fax:
6. **) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*
- *) *wybrać odpowiednio*

VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł. w formie

W tym:

Pakiet nr

Pakiet nr

Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium
(wypełnić jeżeli dotyczy)

VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców***.

**) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

*) *wybrać odpowiednio*

**) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2019 r, poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu

w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

IX. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1)
- 2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 Nazwa Wykonawcy
 do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 Szp/FZ-29/2020
 Załącznik nr 1.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Stentgraft do naczyń wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - stentgraft wieńcowy, montowany na balonie wysokociśnieniowym, pokryty materiałem uszczelniającym, pokrycie (graft) nakładane metodą elektrosun (nie plecione); konstrukcja stentu pokryta substancją zapobiegającą wykrzepianiu płytek krwi na powierzchni stentu - długości stentgraftów – od 15 do 26 mm - średnica stentgraftów – od 2,5 mm do 5 mm		szt.	5						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 - Cewnik balonowy do angioplastyki wieńcowych, niskoprofilowy oraz wysokociśnieniowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2 Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy niskoprofilowy, typ „rapid – exchange”, semi compliant, jednorazowego użytku, do ciasnych zwężeń; - wykonany z materiałów wyjątkowo odpornych na załamania i urazy mechaniczne, z powłoką ułatwiającą przejście przez ciasne zwężenia, z giętką, atraumatyczną końcówką i sposobem pokrycia zapewniającym odpowiednią śliskość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń a równocześnie zapobiegające przemieszczaniu się balonu w trakcie rozprężania; - system doprowadzający; • długość użytkowa cewnika minimum 135cm; • znaczniki na trzonie cewnika umożliwiające precyzyjne określenie położenia balonu z dostępu promieniowego lub udowego 1. • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 7 atm, RBP minimum 14 atm dla SC oraz NP nie mniej niż 14 atm, RBP minimum 20 atm dla NC, dla średnic 3,0 mm - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm dla SC oraz 2,0 mm do 5,0 mm dla NC; - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 5 długości dla średnic 3,0 mm; -proksymalna średnica trzonu równa 2F; dystalna średnica trzonu dla średnic 1,25-2,0 mm równa 2,6F dla 2,5-3,5 mm równa 2,7 F oraz dla 4,0 mm równa 2,9F - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu; - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F; - przyrost średnic od NP do RBP dla 3,0 mm o minimum 0,42 mm dla SC oraz nie więcej 0,1 mm dla NC ; - konstrukcja dystalnej części cewnika zwiększająca popychalność balonu (opisać);	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szk.	800						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 - Cewnik do obrazowania HD-IVUS

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>1. Kompatybilny z przewodnikami angioplastycznymi 0,014",</p> <p>2. Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6Fr,</p> <p>3. Marker widoczny w RTG w odległości 8mm od końcówki dystalnej cewnika,</p> <p>4. Cewnik zapewnia możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz,</p> <p>5. Długość robocza 142cm,</p> <p>6. Powłoka hydrofilna na długości 27,5cm od końcówki dystalnej cewnika,</p> <p>7. Maksymalny profil przejścia 3,2Fr,</p> <p>8. Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,6Fr,</p> <p>9. Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania (ang. “dead zone length”) – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm,</p> <p>10. Rozdzielczość osiowa dla obrazowania 60MHz - 40µm,</p> <p>11. Separacja ramki 17-170µm (w zależności od wybranej prędkości akwizycji – ang. „pullback speed”),</p> <p>12. Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. „soft tissue penetration”) >2,5mm,</p> <p>13. 5 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 mm/s,</p> <p>14. Maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 120mm</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	150						
2.	<p>Konsola w formie monitora ze zintegrowanym wewnątrz komputerem + urządzenia peryferyjne: element służący podłączeniu cewnika, element wyciągający (tzw. pullback), oraz zewnętrzny zasilacz – całość zamontowana na statywie jezdnym o stabilnej podstawie z blokowanymi kółkami. W pełni dotykowy ekran konsoli i intuicyjne oprogramowanie</p>			miesiące						
				24						

]

0

Nzwa Wykonawcy
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 - Prowadnik wieńcowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: - zestaw przewodników o różnorodnej konstrukcji, zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu, ułatwiającej manewrowalność, dającej bardzo dobrą popychalność i podparcie oraz gładkie przejście do części dystalnej naczynia</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostępność w zestawie przewodników o stalowym rdzeniu • dostępność w zestawie przewodników o rdzeniu dystalnym nitynowym wzbogaconym chromem - ułatwiające przeniesienie momentu obrotowego na końcówkę przewodnika, <p>1. • wymagane pokrycie przewodnika substancją ułatwiającą wprowadzenie, w wybranych wariantach dystalne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnic zewnętrzna 0,014" - długość przewodnika minimum 180 cm (dostępność przewodnika 300 mm) - dostępne końcówki przewodnika o profilu prostym i „J” - dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport - dostępne zakresy sztywności końcówki w danej rodzinie przewodników: bardzo giętki, giętki, pośredni, 		zest.	2400						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5- Zestaw do leczenia restenozy- cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, uwalniający substancję antymiotyczną do restenozy i zmian „de novo” oraz cewnik balonowy tnący

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2 Wymagane parametry techniczne: - cewnik balonowy typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, uwalniający w sposób kontrolowany paklitaksel lub jego pochodną, do leczenia restenozy wewnątrz stentów - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm; • wymagane ciśnienia – NP maximum 7 atm, RBP minimum 12 atm dla wszystkich rozmiarów; - średnica balonu od 2,0 mm do 4,0 mm; - długość balonu 10-30 mm, wymagane minimum 5 długości dla wszystkich rozmiarów; 1. - profil wejścia maximum 0,017” dla średnic 3,0 mm - wskazania do leczenia zmian "de novo" w instrukcji użytkowania; - sposób nanoszenia substancji czynnej na cewnik balonowy gwarantujący dostarczenie pełnej dawki do ściany naczynia, bez straty w trakcie rozprężanie balonu; - udowodnione (w załączeniu odpowiednie pozycje literatury) utrzymywanie się skutecznej dawki leku w ścianie naczynia przez minimum 6 dni; - skuteczność potwierdzona badaniami w minimum 18 miesięcznej obserwacji, w badaniu RCT porównującym skuteczność DEB vs DES II. generacji n= minimum 150	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	140						

2.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik balonowy, typu „rapid – exchange”, „semi compliant” – wyposażony w elastyczne ostrze oplatające balon, konstrukcji spiralnej, uczestniczące w procesie dyatacji, do zmian twardych, niepodatnych standardowym technikom poszerzania - uwapnionych zwężeń i restenozy w stencie - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 135 cm • wymagane ciśnienia – NP maximum 8 atm, RBP minimum 18 atm dla średnic 3,0 mm - średnice balonu od 2,0 do minimum 3,5 mm - długość balonu od 10 do minimum 20 mm dla średni 3,0 mm - skuteczność w leczeniu restenozy w połączeniu z DEB potwierdzona w badaniach RCT - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F 		szt.	20					
----	--	--	------	----	--	--	--	--	--

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniający lek – dla pacjentów STEMI

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	<p>wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcji hybrydowej łączącym pasywnie pokrycie sunstancją przyspieszającą gojenia naczyń oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP –8 do 10 atm, RBP – 16 atm, - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych • grubość strutów stentu nie większa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm - system dostawczy: • długość systemu - minimum 130 cm, - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm; - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm - skuteczność potwierdzona w minimum 12-cio miesięcznej obserwacji potwierdzonej publikacją w badaniu RCT udowodniającym wyższość vs DES II generacji u pacjentów STEMI 	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	500						

Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7 - Stent magnezowy bioresorbowalny

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2 Wymagane parametry techniczne: -rusztowanie wykonane z oczyszczonego stopu magnezowego, -stent pokrywany polimerem biodegradowalnym uwalniającym kontrolowanie sirolimus, - grubość przeseł 150 µm, crossing profile 1,50 mm -czas resorpcji rusztowania około 12 miesięcy, -markery umieszczone na stencie. • Wyniki kliniczne w 3 letniej obserwacji na poziomie: o 6,8% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji o 0,0% potwierdzonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w stencie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	80						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11 - Prowadniki do pomiaru gradientu przeżwężeniowego (FFR) do naczyń prostych

Lp Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hydrofilny przewodnik ciśnieniowy o średnicy 0,014" długość przewodnika 175 cm - sygnał ciśnienia przesyłany światłowodem - konstrukcja przewodnika z rdzeniem nityniowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej - 3,5 cm widoczna w skopii, elastyczna końcówka	szt.	140							

Zamawiający wymaga na czas trwania umowy użyczenia aparatu do FFR o następujących parametrach technicznych: - system składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym, zakres pomiaru ciśnień 30 - 300 mmHg, - wymagany zapis przeprowadzonego badania za pomocą pamięci zewnętrznej.

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12 - Cewnik prowadzący do angioplastyk wieńcowych

Nzwa Wykonawcy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewniki odpowiednio zbrojone - podwójne metalowe zbrojenie (minimum 16 płaskich drutów) zachowujące niezmienną światło wewnątrz na całej długości cewnika, - oferowane średnice: od 5F do 8F, - wymagane zakresy krzywizn typowych i nietypowych dostępnych obecnie na rynku – minimum 89 rodzajów krzywizn w każdej średnicy, - średnica wewnętrzna cewnika: <ul style="list-style-type: none"> • minimum 0,090" dla 8F • minimum 0,081" dla 7F • minimum 0,071" dla 6F • minimum 0,058" dla 5F - Wymagane pokrycie hydrofilne z zachowaniem 7cm końca dystalnego i 25cm końca proksymalnego od ww pokrycia, - konstrukcja nylonowa zapewniająca dużą siłę podparcia, - dostępne cewniki z otworami bocznymi i krzywizną 3D right. 		szt.	3400						

.....

Załącznik nr 1.13
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

Nzwa Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 13 - Prowadniki diagnostyczne i igły do wprowadzania przewodnika wieńcowego

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - prowadnik naczyniowy służący do wymiany kateterów, wykonany ze stali nierdzewnej opcjonalnie pokryty teflonem lub substancją hydrofilną; - wymagane średnice nie mniej niż 0,018" do minimum 0,038"; - wymagane długości: 150 +/- 5 cm, 180 +/- 5 cm, 200 +/- 5 cm, 260 +/- 5 cm; - giętki, z atraumatycznym zakończeniem, dobrze widocznym w skopii, odporny na załamania, ze zmienną giętkością (do wyboru zamawiającego); - typ zakończeń – prosty lub J dla każdej długości i średnicy;		szt.	6000						
2.	Igła tępa do wprowadzania przewodnika wieńcowego do Y-connector. Igła tępa zakończona, wykonana ze stali chirurgicznej, zaopatrzona w przezroczystą nasadkę, kompatybilna z przewodnikami 0,014" i 0,018". W rozmiarze od 90 do 100 mm.		szt.	3200						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 14 - Zestaw pomocniczy do zabiegów wewnątrznaczyniowych - terapeutycznych i diagnostycznych

LP	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	rampy trójdrożne: - rampa trójdrożna, wysokociśnieniowa, minimum 500 psi; - adapter rotacyjny, miękki, z łącznikiem Luer Lock; Y-connector: Wymagania techniczne: -z adapterem rotacyjnym i podwójną zastawka hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, -możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, -posiada zintegrowany dren o dł.15 cm, -posiada kranik, - średnica przejścia 9F (0,118")		szt.	2500						
2.			szt.	4000						
3.	torque:łatwość założenia i trwałość zapięcia na prowadniku wieńcowym		szt.	1800						
4.	Opaski uciskowe na tętnice promieniową		szt.	4000						
5.	Łącznik niskociśnieniowy: - dostępne długości 30 – 60 cm; - dostępne średnice 2-4 mm;		szt.	3000						
6.	Przedłużacz wysokociśnieniowy : - przedłużacze typu Luer-Lock; - wymagana długość 60 – 120 cm; - materiał przedłużacza umożliwiający związanie go w węzeł ósemkowy bez utraty światła; - ciśnienie min. 100psi; - w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz Female Luer Lock To Totating Adapter;		zest	400						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 15 - Stenty DTS, pokrywane przeciwciętami przyspieszającymi endotelializację wewnątrznaczyniową i z sirolimusem

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VA T	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stenty DTS pokrywane od strony naczynia sirolimusem, od strony światła naczynia przeciwciętami anty-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej - Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, biodegradacji polimeru 90 dni - długość stentów w zakresie od, 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 m 		szt.	50						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 16 - Cewnik balonowy uwalniający paclitaxel do naczyń szerokim zakresie średnic.

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	<p>2</p> <p>Wymagane parametry techniczne: -balon typu semi-compliant, rapid-exchange -szeroka gama rozmiarów od 1,5 do 4,5 mm – 11 średnic -długości balonów: 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm -długość użytkowa 142 cm -ciśnienie nominalne 6 atm -RBP 16 atm -ABP 20 atm -Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F -Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -Profil końcówki 0,017” -Distal shaft 2,6 F -Proximal shaft 2,0 F -Uwalniana substancja – Paklitaxel -Dawka leku 3µg/mm2 -Dwa markery elastyczne markery na powierzchni balonu.</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.			szt.	240						

Nzwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 17 - Przedłużający cewnik prowadzący

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego dostępny w średnicach 5; 6; 7; 8 F, wolframowy marker umieszczony w końcówce cewnika, długość użytkowa systemu minimum 145 cm, długość kanału roboczego 25 cm, wymagany szafi typu hypotube		szt.	80						

.....
 Nзва Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 18 - Przedłużający cewnik prowadzący z otworami bocznymi

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Dostępny w średnicach 5F, 6F. Długość użytkowa 150 cm Długość przedłużającego segmentu RX - 35 cm Światło wewnętrzne 0,052" dla cewnika 5F, 0,066" dla cewnika 6F Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii Pokrycie hydrofilne segmentu przedłużającego dostępny w wersji z otworami bocznymi</p>		szt.	40						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - Prowadnik wieńcowy do krętych naczyń i CTO

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: - zestaw przewodników o różnorodnej konstrukcji, zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu, ułatwiającej manewrowalność, dającej bardzo dobrą popychalność i podparcie oraz gładkie przejście do części dystalnej naczyńia</p> <p>- rdzeń przewodnika wykonany z jednego kawałka drutu bez łączeń - ułatwiający przeniesienie momentu obrotowego na końcówkę przewodnika,</p> <p>- wymagane pokrycie przewodnika substancją ułatwiającą wprowadzenie, w wybranych wariantach dystalne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne</p> <p>- średnica zewnętrzna 0,014"</p> <p>- długość przewodnika minimum 180 cm (dostępność przewodnika 190 cm i 300 cm)</p> <p>- dostępne końcówki przewodnika o profilu prostym i „J” - dostępne min 9 sztywności przewodników, -dostępne przewodniki taperowane do 0,009"i 0,010"</p>		zest.	2000						
2.	<p>Średnica 0,014", końcówka robocza taperowana do 0,010"</p> <p>Przewodnik wykonany ze stali 316L</p> <p>Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany Dystalna część przewodnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowalność oraz czucie przewodnika</p> <p>Rdzeń przewodnika wykonany z jednego kawałka drutu</p> <p>Sztwność końcówki różne: 1,7g, 3,5 g i 4,5 g</p> <p>Końcówka cieniująca 15cm (platyna)</p> <p>Kształt końcówki: J 1mm</p> <p>Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm</p> <p>Dostępne długości: 190cm i 300cm</p>		szt	70						

3.	<p>Średnica 0,014"</p> <p>Prowadnik wykonany ze stali 316L</p> <p>Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika</p> <p>Część spiralna na długości 19 cm</p> <p>Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu</p> <p>Szywność końcówki 0,3g</p> <p>Końcówka cieniująca 3cm (platyna)</p> <p>Kształt końcówki: pre-shape 1mm</p> <p>Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm</p> <p>Szafił prowadnika pokryty PTFE</p> <p>Dostępne długości: 190cm i 300cm</p> <p>Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)</p>		szt	20						
----	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

Nzwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Zestaw cewników balonowych do krótkich zmian i cewniki wysokociśnieniowe z inflatorem 40 atm

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy , typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku do predilatacji i zabezpieczenia bocznych gałęzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia - system doprowadzający: <ul style="list-style-type: none"> • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm • shaft proksymalny nie większy niż 2,1 F, dystalny nie większy niż 2,5 F • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 8 atm, RBP minimum 14 atm, - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm, w całym zakresie wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 7 długości - crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,023”, dla balonu 1,5 mm nie większy niż 0,021” i dla balonu 1,25 mm nie większy niż 0,020” - profil wejścia dla średnicy 3,0 mm nie większy niż 0,016” - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F - możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0 mm 									
			szt.	400						
	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy , typu „rapid – exchange”, „non compliant”, podwójna konstrukcja balonu, długość użytkowa szafu 140 cm, kompatybilny z prowadnikami 0,014”, ciśnienie RBP 35atm, średnice balonu 1,5 do 4,5 mm, długości balonu 10-20 mm kompatybilny z cewnikami prowadzącym 5 F, profil przejścia dla średnicy 2,0 mm równy 0,028” Wymagany inflator wysokociśnieniowy do 40 atm w zestawie</p>									
			szt.	20						

Nzwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 21 - Longeta stabilizująca dłoń po zabiegach z dostępu promieniowego

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - Podstawa wielorazowego użytku z tworzywa sztucznego i wymiennych kompresów uciskowych, -ergonomiczny i wygodny dla pacjenta, -dostępny w wersji krótkiej i zwykłej, -możliwość regulacji siły nacisku, -dwie wersje kompresów uciskowych: kwadratowy i podłużny, -uniwersalny- prawa i lewa dłoń,		szt.	60						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 22 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężeń w dużych naczyniach

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych; - dostępne dwa typy balonów : monorail i OTW we wszystkich rozmiarach; - wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 20 atm dla 2,00mm do 4,00mm, 18atm dla 4,50mm-6,00mm - średnica balonu od 2,00mm do minimum 6,00mm; - długość balonu 6-30 mm, w tym 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm dla średnic 2,00 do 4,00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm oraz długości 8mm do 20mm dla średnic 5,50mm i 6,00mm (8, 12, 15, 20) - wymagany profil końcówki natarcia 0,017” dla wszystkich rozmiarów ; - hydrofilne pokrycie szafu; - przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm maksymalnie do 3%; 		szt.	150						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 23 - Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej wykonane z nitinolu z PET (tetraftalanem polietylenu) Okłuder o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej z max 18-stoma aktywnie fiksującymi się ramionami; po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną - gęstość membrany 150-170 mikronów, fabrycznie zamocowane na cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu;		szt.	40						
2.	- koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE oraz platynowo-irydowym znacznikiem; dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm; średnica koszulki dostępowej 12F(ID) 14F (OD) - dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej		szt.	40						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 24 - Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cieniłą koszulką hydrofilną

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - koszulka hydrofilna o dł. 10 lub 16 cm w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021" lub 0,025" do wyboru prowadnik stalowy lub nitynolowy grubość ściany koszulki 0,012 mm Zestawy zachowujące odpowiednie dla ww/ rozmiarów światła wewnętrzne średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr: 2,13 mm 6Fr: 2,46 mm 7Fr: 2,279 mm średnica wewnętrzna koszulki 5Fr: 1,89, 6Fr 2,22 mm, & Fr: 2,25 mm		szt.	500						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 25 - Cewnik do OCT

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: -Cewnik współpracujący z konsolą OCT Optis długość użytkowa sondy 135 cm Shaft 2,7Fr Dostępne długości pullback 54 lub 74 mm sensor umieszczony 27 mm od wierzchołka dystalnego przepłukiwany kontrastem		szt.	200						
2.	Oferent zapewnia możliwość uzyskania systemu obrazowania wewnątrznaczyniowego, system wykonuje minimum 180 klatek/zdjęć na sek. 180 f/s, prędkość Pullback 36 lub 18 mm/s, liczba lini na klatkę 560 line/frame, dostępność wizualizacji 3D, penetracja ściany naczynia do 2mm		miesiące	24						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do zmian prostych i krętych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokrytym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – Everolimus - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant”, nie większe ciśnienia NP – 11 atm, RBP – 18 atm dla wszystkich rozmiarów - system dostawczy: <ul style="list-style-type: none"> • długość systemu - od 145 cm, • grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich średnic • długości w zakresie od 8 do 48 mm dla średnic 3,0 mm • • średnice od 2,00 do 4,0 mm profil wejścia równy lub mniejszy niż 0,017” - maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu o średnicy 3,0 mm wynosi minimum 4,0 mm 		szt.	700						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 27 - Mikrocewnik do pomiaru FFR

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent
1	2 Wymagane parametry techniczne: Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi przewodnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętnicznych długość całkowita 335 cm długość robocza 150 cm trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej 1. cewnik posiada port RX trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia marker położony 3 mm od końca dystalnego trzon położony proksymalnie od odcinka monorail o wymiarze 2,4 F, możliwość stosowania cewników prowadzących od 5 F znaczniki w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego	3	4 szt.	5 60	6	7	8	9	10	11

Wymagania użytkownika:

Oferent zapewnia użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 28 - Cewniki balonowe standardowe i wysokociśnieniowe (do doprężeń stentów)

LP	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Materiał pebax/nylon, złożenie dwu lub trójzakładkowe, dostępne długości: 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm., dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm., profil wejścia: 0,016", ciśnienie nominalne: 6 atm, ciśnienie RBP: 14 atm., ciśnienie ABP 20 atm., shaft proksymalny max. 1.9F, shaft dystalny max. 2.7F, marker pojedynczy środkowy dla 1.0, 1.25, 1.5 i 1.75 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm., kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F		szt.	1000						
2.	Materiał nylon/PTFE, złożenie trójzakładkowe, profil wejścia 0,016", długość użytkowa systemu 140 cm., dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm., dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm., ciśnienie nominalne 12 atm, RBP: 22 atm (ø2,0- 4,0 mm); 20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm, średnica szafu dystalnie max: 2,6 F, proksymalnie: 2,0F, kompatybilny cewnik prowadzący 5F, powłoka hydrofilna na zewnątrz i wewnątrz cewnika		szt.	400						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 29- Mikrocewnik do CTO i rotablacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik dwuświatłowy, kompatybilne prowadniki OTW i Rx 0,0014", długość użytkowa 135cm, profil wejścia końcówki stożkowej 1,3F, długość końcówki dystalnej 6mm, dystans pomiędzy portem Rx i OTW 7mm,		szt.	5						
2.	Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik jednoświatłowy, szaft taperowany o długości sekcji dystalnej 3cm i 6, dostępne dwa rodzaje końcówki-standardowa atraumatyczna oraz twardsza „mosquito tip”, długość użytkowa szafu 135cm i 155cm, szaft taperowany: średnica części proksymalnej 2.3F, średnica szafu w części dystalnej 2.6F, kompatybilny z prowadnikiem 0.014", profil wejścia 0.016, minimalna średnica wew. 0,40mm, marker wolframowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność w skopii		szt.	30						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 30 - Stenty do angioplastyk wieńcowych pokryte polimerem o działaniu przeciwzapalnym.

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	stent wykonany ze stopu CoCr ze stopu L605, średnice 2,0 - 4,5 mm (2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm), długości 9 – 39 mm (9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 mm), stent wycinany laserowo typu Slotted Tube, stent uwalnia sirolimus z biokompatybilnego polimeru- fluoropolietylen, ciśnienie nominalne 9-12 bar, ciśnienie RBP 16 bar, kompatybilny z cewnikami 5F oraz prowadnikiem 0,014", grubość ściany stentu 75 µm dla średnic od 2 do 2,5 mm, 80 µm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm, 85 µm dla średnic od 4 do 4,5 mm., długość robocza cewnika 142 cm., dawka leku 1,4µg/mm2, czas deflacji 3 sekundy.		szt.	120						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 31 - Stenty do angioplastyk bifurkacji o różnicowanej średnicy ze środkiem antyproliferacyjnym

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus -maksymalna średnica komórki rozprężonego stentu 3mm dla średnicy 3 mm -maksymalna średnica dostępu do bocznego naczynia 2.1mm dla stentu 3mm - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail” , „semi-compliant” ,większe ciśnienia NP – 8 atm , RBP – 16 atm - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – większy niż 0,034” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny większy niż 1,8 F; dystalny większy niż 2,5 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) - długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm,dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm,dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm,dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości - średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu < 0,5% 		szk.	1400						

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 Wymagane parametry techniczne: - stent dedykowany do bifurkacji naczyń, wykonany ze stali 316 L, w technologii slotted tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o różnicowanej średnicy - RBP – 16 atm - średnica proksymalna 3,5 mm - 4,50 mm; dystalna 2,5 mm - 3,75 mm - długości 15, 18, 23 mm - pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny - paklitaksel lub sirolimus (na życzenie zamawiającego) - system doprowadzający wykorzystujący tylko jeden przewodnik - 3 markery pozycjonujące - w miejscu boczny powiększona komórka, umożliwiająca dostęp stentem lub balonem bez predylatacji									
2			szt.	40						

Pakiet nr 32 - Balony do CTO i angioplastyki naczyń wieńcowych
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -średnica nominalna balonu w zakresie 0,75-1,25mm -długość nominalna balonu w zakresie 10-30mm ;dla 1,25 10-30mm - dwa znaczniki widoczne w RTG - kompatybilność z prowadnikiem maks 0,14 - kompatybilność z kateterem prowadzającym OD/ID 5F/ 0,056 (1,42mm) - profil wejścia 0,016 - ciśnienie nominalne 8atm - maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP 18atm - długość katetera 140cm - typ systemu wprowadzającego RAPID EXCHANGE 		szt.	200						
2.	<p>Wymagania techniczne:-maksymalne wymiary shaftu: proksymalny 1.8F, dystalny 2.5F (dla balonu o średnicy 3.0 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> -profil wejścia nie większy niż 0.017" -profil przejścia nie większy niż 0,025" (dla stentu o średnicy 3.0 mm) -ciśnienie nominalne nie większe niż 8 atm. -RBP nie mniejsze niż 14 atm. -zakres długości co najmniej od 10 mm do 40 mm -zakres średnic co najmniej od 1.25 mm do 4.0 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm) -balon typu semi-compliant 		szt.	1000						

Pakiet nr 33 - Cewniki diagnostyczne

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik jednorodnie podwójnie zbrojony na całej długości zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, - miękkie pierwsze zgięcie oraz atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii - rozmiary - od 5F do 7F - dostępne długości – od 80 do 125 - światło wewnętrzne cewnika: • dla 5F – dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy • dla 6F – minimum 0,056" • dla 7F – minimum 0,064" <p>pełny wybór krzywizn dostępnych na rynku do lewej i prawej tętnicy wieńcowe oraz do pomostów aortalno-wieńcowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimum 7 różnych krzywizn dostępnych na rynku dla cewników z dostępu promieniowego • Konstrukcja strefowa: przynajmniej 4 strefy sztywności na długości cewnika; 		szt.	8000					

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 34 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej (z dostępu promieniowego)

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Powierzchnia ekstrakcji -5,16 mm2 dla cewnika 6F, Usuwalny drut (rdzeń) usztywniający na całej długości, Hydrofilna powłoka części dystalnej, System zapobiegający przyssaniu cewnika do ściany naczynia, Końcówka Slim Tip (EEST) - długość 3,77 mm, Dostępne wersje 6F i 5F - do dostępu promieniowego, Minimalna średnica wewnętrzna (ID) - 1,78 mm (dla 6F) i 1,47 mm (dla 5F), Długość użytkowa 1410 mm, Długość otworu ssącego (4,8 mm), Shaft - 1,37/1,42 (6F) i 1,06/1,12 (5F), Długość segmentu RX - 75 mm, Zestaw: cewnik do aspiracji, 2 strzykawki, filtr, kranik z przedłużaczem.									
			zest	80						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 35 - Inflator

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	<p>2</p> <p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strzykawka ciśnieniowa z manometrem, nie zawiera latexu ,pojemność 20 ml, -zakres ciśnień 30 atm, -podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi, -ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, -mechanizm blokujący w formie przycisku, -skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, -krytycznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie, -wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem i adapterem rotacyjnym, -całość o dł 35,5 cm. 	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	3200						

.....
 Nзва Wykonawcy
 do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 Szp/FZ-29/2020
 Załącznik nr 1.36

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 36 - System dystalnej protekcji pomostów aortalno – wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - system protekcji dystalnej typu filtr, monorail z niezależnym przewodnikiem, do wyboru różne twardości przewodników – minimum 3 - dostępne rozmiary – dla naczyń od minimum 3 mm do minimum 7 mm (min. 5 rozmiarów) - średnica otworów w filtrze – nie więcej niż 100 micronów		szt.	15						

.....
 Nзва Wykonawcy do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
 Szp/FZ-29/2020
 Załącznik nr 1.37

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 37 - System do uwalniania ciał obcych (pętla)

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - dostępne średnice od 5 do 35 mm		szt.	10						

Załącznik nr 1.38
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 38 - Zamykacze do naczyń metodą szycia lub/i klipsowania

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zamykanie tętnic po wktuciach 5-8F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wktucia 5-6F i 8F dla wktucia 7-8F. 2 mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen). Zamykanie naczyń od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). 3 komponenty zamykacza: polietylowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik.		szt.	400						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 39 - Introducery

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	dostęp udowy:- długość 11 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 11 - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm		zest	400						
2.	dostęp udowy:- długość 23 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm		zest	1600						
3.	dostęp promieniowy: wymagane parametry techniczne: - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5F; 6F - wymagane długości: 11 i 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 21G oraz miniprowadnik 0,018" lub 0,022" typu „J” - dilator zapewniający łagodne wprowadzenie introducera do tętnicy promieniowej wykonany z materiału nieprzezroczystego dla promieniowania		zest	4800						
4.	dostęp udowy zbrojony opletem:- długość od 45 cm do 90 cm; - wymagane średnice: 5F do 7F - Wymagane długości: 45 cm do 90 cm - odporność na załamania do 95 stopni - oznaczenie platynowym markerem		szt.	30						

.....
Nzwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 40 - Linia do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: -Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h -częstotliwość własna przetwornika 200Hz -Dwudzielna komora kropłowa z zatrzymującym powietrze filtrem, hydrofilna z membraną 15um, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika. - wysoka odporność na zaktuczenia bez konieczności stosowania elementów korygujących -połączenie z kablem interfejsowym pinowe , wodoszczelne - układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek -wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi(czułość, liniowość, stabilność zera)</p>		szł.	800						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 41 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniający lek – do krętych naczyń

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcji hybrydowej łączącym pasywne pokrycie sunstancją przyspieszającą gojenia naczyń oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP –8 atm, RBP – 16 atm, - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych • grubość strutów stentu nie większa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm 									
1.			szt.	100						

- system dostawczy:
- długość systemu - minimum 130 cm,
- profil stentu – nie większy niż 0,039” dla średnicy 3,0 mm,
- kompatybilny z cewnikami 5F (nie większy jak 0,056”)
- długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm
- średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm;
- skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm
- skuteczność potwierdzona w minimum 12-cio miesięcznej obserwacji potwierdzonej publikacją (LLL poniżej 0,11 mm potwierdzona w minimum 9 miesięcznej obserwacji)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 42 - Zestaw do rotablacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	Zestaw do rotablacji składający się z: cewnika do aterektoiii rotacyjnej, średnice wiertel 1,25 - 2,5 mm; długość cewnika 135cm; łącznik: możliwość współpracy z cewnikami do aterektoiii rotacyjnej; zakres długości pracy 70mm; prowadnik: długość 325 cm; średnica 0,009"; dostępne dwie sztywności prowadnika;	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			zest.	60						
2	Wiertła do aterektoiii rotacyjnej (burr). Średnice wiertel 1,25 - 2,5 mm;		szt.	40						

*** Zamawiający wymaga uzyczenia konsoli rotablatora o minimalnych parametrach techniczno- użytkowych:**

- konsola rotablator wraz z przelącznikami podfogowymi,
- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0-190 tys/min;
- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm.;
- czytelny panel sterowania;
- sterowanie za pomocą przelączników podfogowych;

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 43 - Kateter balonowy do walwuloplastyki

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parametry techniczne: Nominalna średnica balonu od 15 mm do 30 mm Długość balonu od 25 mm do 60 mm Ciśnienie nominalne od 2 do 2,5 atm RBP od 3,0 do 5,0 atm kompatybilne z introduktorem od 8 F do 16 F Współpracujące z prowadnikiem 0,038"		szt	30						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 44 - Balon tnący

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne -Balony non-compliant, -Balon tnący z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dyatacji: a. wbudowany drut 0,011", -zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą, -Balon non-compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna, -Średnice balonów 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm -Długości balonów 10, 15, 20 mm, -Crossing profile 0,0313", NP.-12 Atm, RBP-20 Atm, Prox shaft 2,1F, distal 2,7F		szt.	10						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 45 - Cewniki diagnostyczne

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik zbrojony na całej długości, dobrze widoczny w skopii duża średnica wewnętrzna (min.: 0,044" dla 4F; 0,050" dla 5F; 0,057" dla 6F) <u>duży wybór kształtów i krzywizn (m.in. krzywizna TIG II dedykowana do dostępu promieniowego)</u> pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiający dobry przepływ cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro – dynamiczniejszą <u>zmnieszalającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych (dla 6F)</u> dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i PIGTAIL		zest.	1000						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 46 - Stenty do agnioplastyki do krętych i długich zmian

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-stent dedykowany do krętych i długich naczyń, -ciśnienie RBP 16 atm -grubość ściany stentu 0,0024" (60u) dla wszystkich długości, -ciśnienie nominalne 10atm dla średnicy 3.0 mm -średnice 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 4.5 mm -długości 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 mm -substancja czynna sirolimus uwalnia z biodegradowalnej matrycy polimerowej		szt.	40						

Nzwa Wykonawcy
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**Pakiet nr 47 - Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przeźwężeniowego gradientu ciśnień FFR:**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2 Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Balance MiddleWeight (BMW) PTFE na części sztywnej Powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31 cm Końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania:3cm , Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) 1. wstępnie osadzona w konektorze do aparatu(możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”), Długość prowadnika 175cm Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej	3	4 szt.	5 140	6	7	8	9	10	11

Wymagania użytkownika:

Oferent zapewnia użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Pakiet nr 48 - Zestaw do przeszskórnego zamykania tętnicy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw składający się z: (koszulki, prowadnika, zestawu zamykającego działającego na zasadzie klipsa nitinolowego lub szwu Do zamykania otworów od 5 do 8F, możliwość zamykania otworów do 22F przy użyciu dwóch systemów		szt.	40						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 49 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stent ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube</p> <p>Stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)</p> <p>Grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów</p> <p>Długość systemu doprowadzającego 145 cm</p> <p>Przedział średnic: 2,0-4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0)</p> <p>Wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm</p> <p>Ciśnienie nominalne max. 11 atm dla wszystkich rozmiarów</p> <p>RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów</p> <p>Dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 4,0 mm)</p> <p>Profil wejścia 0,017"</p> <p>Długość stent-to-shoulder (STS) - 0,65 mm</p> <p>Skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 3,0 mm</p>		szt.	600						

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-29/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 50 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian o zmiennej

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające substancję antyproliferacyjną – Sirolimus Stent pokryty biodegradowalnym polimerem Zmienna średnica stentu, większy wymiar proksymalny od dystalnego Budowa hybrydowa Dostępne średnice (proksymalna-dystalna) 2.75-2.25; 3.0-2.5; 3.5-3.0 mm Dostępne długości stentu 30-60mm System typu Rapid Exchange Grubość przęśła stentu poniżej 0.070 mm		szt.	50						

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 51 - Mikrocewniki do CTO

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1.	2 Parametry techniczne: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym dostępny w długościach 135 cm i 150 cm średnica wewnętrzna końcówki 0,015" średnica wewnętrzna szaftu 0,018" kompatybilny z przewodnikiem 0,014" maksymalne ciśnienie 300 psi posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Parametry techniczne: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm widoczne w skopii wyjście portu OTW podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej dostępny w długości 145 cm średnica wewnętrzna końcówki 0,016" średnica wewnętrzna szaftu 0,017" kompatybilny z przewodnikiem 0,014" posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego									

3.	<p>Parametry techniczne: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm widoczne w skopii wyjście portu OTW podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej dostępny w długości 145 cm średnica wewnętrzna końcówki 0,016” średnica wewnętrzna szafu 0,017” kompatybilny z przewodnikiem 0,014” posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego</p>		szt	15						
----	---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

WZÓR UMOWY

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ –29/2020) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,
- 2) *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio w Pracowni Hemodynamiki w siedzibie Zamawiającego,
*) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*
- 4) zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu:
 - a) aparatu do (FFR), określonego w pakiecie nr 11, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - b) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami , określonej w pakiecie nr 27, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zmawiającym,
 - c) konsoli rotablatora , określonej w pakiecie nr 42, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zmawiającym,
 - d) konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami , określonej w pakiecie nr 47, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zmawiającym.

Warunki użyczenia określone zostały w odrębnej umowie.

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia r. do dnia r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia wyrobów medycznych lub zamówienie przekazane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. *) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
2. *) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonego przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr
3. *) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.
4. *) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Termin kontroli musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
5. *) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
6. *) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt z winy Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
7. *) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie **... dni roboczych** od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie **... dni roboczych** od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
11. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 70 407 lub z p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.

*) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
 2. *) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.
 3. *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 4. *) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
 5. *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
 6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

w tym:
pakiet nr

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

2. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Podstawą podpisania faktury przez Zamawiającego będzie odbiór towaru.
4. *) Podstawą podpisania faktury za przedmiot umowy powierzony w depozyt stanowi protokół zużycia przesłany Wykonawcy przez Zamawiającego, potwierdzający faktyczne zużycie wyrobów medycznych.
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....].
7. Faktury powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018. poz. 2191 ze zm.).

8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
 9. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) umowy.
 10. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
 11. Płatność będzie realizowana na zasadach płatności podzielonej.
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez zamówienia Zamawiającego lub protokołu zużycia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.
5. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie na piśmie.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:
 - 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga, tel.: 71 73 29 744, e-mail: suliga@wssk.wroc.pl,
 - 2) ze strony Wykonawcy – tel.:, e-mail:
2. Osobą odpowiedzialną za powierzony w depozyt przedmiot umowy jest:
 - 1) po stronie Zamawiającego – tel./fax.: e-mail:
 - 2) po stronie Wykonawcy – tel./fax.: e-mail:

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru lub powierzeniu w depozyt w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) *) za opóźnienie w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia;
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- 5) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
 3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych..
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*

§ 10 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):
.....w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
 - 1) 3 – krotnego opóźnienia w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) *) 3 – krotnego opóźnienia w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,
 - 3) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia,
 - 4) 3 – krotnego nie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*

§ 12 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- 4) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej

- Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
- 5) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku braku pacjentów dla których zamówiony został towar, Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy,
 - 6) *) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakiecie nr,
 - 7) wystąpienia siły wyższej – o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 47, 50.*

§ 13

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działania siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR
FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

KAMSOFT-TEKST:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
 - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
 - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
 - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
 - StandardPL – (standard polskich znaków
 - 1-Mazowia,
 - 2-Latin,
 - 3-ISO,
 - 4-Windows CP1250),
 - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
 - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - CenaTransBU – (cena brutto),
 - CenaTrans – (cena transakcji),
 - Ilosc – (dostarczona ilość),
 - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
 - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
 - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
 - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
 - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
 - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
 - DataFaktury - data wystawienia faktury,
 - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
 - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłaceniu faktury,
 - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
 - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
 - CenaHurtowa – cena hurtowa,
 - CenaZbytu – cena sprzedaży,
 - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
 - JM – jednostka miary,
 - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
 - KwotaVat – kwota podatku VAT,
 - Seria – nazwa serii ,
 - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>

UMOWA UŻYCZENIA

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Biorący do używania”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON,
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Użyczający”
została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem:

- 1) *) aparatu do (FFR), typ określonego w pakiecie nr 11,
- 2) *) Konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami , typ, określonej w pakiecie nr 27.
- 3) *) Konsoli rotablatora, typ określonej w pakiecie nr 42,
- 4) *) Konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami typ określonego w pakiecie nr 47.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 2

1. Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania *) typ określonym w pakiecie nr wymienionym w § 1 umowy.
2. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania *) najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy z dnia z Wykonawcą na dostarczenie wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.

*) *wpisać odpowiednie*

§ 3

Użyczający zobowiązuje się do udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Biorącego do używania w terminie uzgodnionym z Biorącym do używania.

§ 4

Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu umowy protokołem odbioru.

§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się używać zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

§ 6

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

§ 7

Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie wyniknie z jego prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przez okres trwania umowy.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta od dnia r. do dnia r.
2. Niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w umowie z dnia na dostarczenie wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.

§ 9

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu urządzenie w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika to z prawidłowej eksploatacji.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA

UŻYCZAJĄCY

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
<i>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</i>	Odpowiedź: przetarg nieograniczony
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia	DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)	Szp/FZ-29/2020

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]

<p>Numer VAT, jeżeli dotyczy:</p> <p>Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.</p>	<p>[]</p> <p>[]</p>
<p>Adres pocztowy:</p>	<p>[.....]</p>
<p>Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:</p> <p>Telefon:</p> <p>Adres e-mail:</p> <p>Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p>
<p>Informacje ogólne:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p><u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:</u> czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>[.....]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p>

<p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....] b): [.....] c): [.....]</p>
<p>Części</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p>	<p>[]</p>

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

<p>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:</p>	<p>[.....], [.....]</p>

Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: udział w organizacji przestępczej; korupcja; nadużycie finansowe; przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu praca dzieci i inne formy handlu ludźmi	
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów	Odpowiedź:

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:		
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]	
Jeżeli tak , proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]	
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie“)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki	[.....]	

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne

<p>dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p>Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>– [.....] – [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<p>sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

<p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [.....], [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoi na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

jakości?	
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:</p> <p>a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub
- b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [.....]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

Nazwa i adres Partnera/-ów

(w przypadku Konsorcjum)

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr** którego dotyczy oferta:

- 1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
- 2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;
- 3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;
- 4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
- 5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;
- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr poz.*)** został zaofertowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

**) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu*

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*