



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni endoskopowej II*”

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 – dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy oraz obciążyć Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1.2, 1.3, 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5 – dotyczy projektu umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 – dotyczy projektu umowy § 15 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny nóż do ESD jednorazowego użytku z portem wodnym, z możliwością koagulacji/cięcia przy regulowanym stopniu wysunięcia ostrza z dodatkowo umiejscowionym dyskiem w odległości 0,5 mm od końcówki ostrza, dedykowany do znakowania, odpreparowywania i cięcia, na końcu dystalnym marker, narzędzie dostosowane do współpracy z kanałem roboczym min. 2,8 mm (średnica zewn. narzędzia 2,7 mm), długość narzędzia 220 cm, całkowita długość noża 2 mm, średnica 0,3 mm, średnica części dyskowej noża 0,8 mm, po zamknięciu/cofnięciu noża do osłonki pozostaje część aktywna o dł. 0,5 mm również umożliwiającą koagulację tkanki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 nóż o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zacopatrzenia i Zamówień Publicznych

Romana Komora

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Monika Wojciechowska
inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

