



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 24.07.2019 r.

NZZ/03/P/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę różnego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/03/P/19

Beryl Med Ltd.
1st Floor, 26 Fouberts Place
Londyn, Anglia, W1F 7PP
adres do korespondencji w Polsce:
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

ODRZUCENIE OFERTY

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w/w postępowaniu publicznego odrzucił ofertę firmy:
Beryl Med Ltd. 1st Floor, 26 Fouberts Place Londyn, Anglia, W1F 7PP w zakresie grupy 53

UZASADNIENIE

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający w zakresie grupy 53 pozycja nr 2 wymagał sterylnego adaptera typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki.

Wykonawca nie zaoferował sterylnego adaptera typu „Y”.

Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego wzywające do wyjaśnienia złożonych dokumentów potwierdził, że w grupie 53 poz. 2 omyłkowo zaoferował łącznik, który nie w pełni odpowiada wymaganiom SIWZ.

W związku z powyższym, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść odwołanie do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2
im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy
dr n. med. Wanda Korzycka-Witlińska

Szpital
bez bólu



SZPITAL
AKREDYTOWANY