

Konin, 23.03.2020r.

WSZ-EP-5/255/2020

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę narzędzi laparoskopowych jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz akcesoria do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-5/2020).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 7

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, owalnej, dzielonej o wymiarach 164x117mm i powierzchni aktywnej 107cm² z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 148x90mm i powierzchni aktywnej 72cm²

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie uchwytu monopolarnego jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 320 cm, z wymiennym nożykiem dł. 70 mm ,wtyk 2,38 mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – plastik o wysokiej odporności, bez zawartości lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego z kablem o długości 5 m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 300 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 100 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody z częścią roboczą w rozmiarze 26x3,2 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Poz. 9, 22, 23

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Poz. 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28

Prosimy o wydzielenie pozycji 15-17, 20, 21, 24-28 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.