



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105

1) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1980/2020/DF

Wrocław, 30.10.2020 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania nr 3 - sprawa BZP.3810.65.2020.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa łóżek szpitalnych wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące SIWZ :

Dotyczy: łóżka szpitalne elektryczne 10 szt.

1. Czy dla spełnienia warunku opisanego w pkt. 21 (barierki mocowane do ramy łóżka nie mogą powodować poszerzenia jego gabarytów) Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka szpitalnego z ramą **wewnętrzną**, ukrytą pod segmentami? Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od ramy zewnętrznej. Rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leżą umieszczone są w ramie zewnętrznej, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Podczas składania segmentu leża może dojść do zmiążdżenia dłoni przypadkowo położonej na ramie. Natomiast konstrukcja z ramą **wewnętrzną**, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach podstawy 1783 x 778 mm – jako parametr lepszy, zapewniający wyższą stabilność łóżka? Pozostałe wymiary łóżka – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-44 stopni, jako parametr lepszy niż wymagany?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, w którym dźwignia CPR zamontowana jest bezpośrednio przy segmentie siedziska?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami HPL – niezwykle sztywnymi, trwałymi, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i środki dezynfekujące, ułatwiającymi czynności reanimacyjne? W oferowanym łóżku każdy segment wypełniony jest jedną pełną płytą HPL.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wykonanymi z rur stalowych lakierowanych z wypełnieniem płytami niezwykle sztywnymi, trwałymi, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i środki dezynfekujące?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, bez opcji blokowania przed wyjęciem np. na czas transportu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – w celach bezpieczeństwa odblokowywanymi i składanymi w trzech ruchach: przytrzymanie barierki jedną ręką, zwolnienie przycisku blokady drugą ręką, złożenie barierki wzdłuż ramy poniżej poziomu materaca? Wydaje nam się, że jest to rozwiązanie równoważne z wymaganiem, opisanym w pkt. 21.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – odstęp pomiędzy każdą poprzeczką w pozycji opuszczonej ok. 26-28 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>
do dnia 18.11.2020r. do godziny 09:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020r. o godzinie 10:00.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malicka