



DZP.281.51B.2024

Katowice 01.07.2024r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
Obstugę serwisową aparatury anestezyjologicznej*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. Pakiet 7

1 PYTANIE

Jaki zestaw serwisowy należy wymienić podczas przeglądu Aparatów Fabius GS (pkt. 1) i Fabius Tiro (pkt.2) , roczny czy trzyletni ?

ODPOWIEDZ

Podczas przeglądów aparatów Fabius GS Premium (10 przeglądów) należy wymienić 2 zestawy trzyletnie oraz 8 zestawów rocznych.

Podczas przeglądów aparatów Fabius Trio (8 przeglądów) należy wymienić 2 zestawy roczne oraz 2 zestawy trzyletnie.

2 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga wymiany czujników tlenu podczas przeglądu aparatów Fabius GS i Fabius Tiro ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga wymiany czujników.

3 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga wymiany 2 sztuk czujników tlenu , filtra Hepa podczas przeglądu respiratora SAVINA ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga wymiany czujników tlenu, ale wymaga wymiany filtra Hepa podczas przeglądu respiratora Savina.

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2024r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.07.2024r godz. 10:30


DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz