

Sochaczew, dnia 18.09.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.30.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na; „**Dostawa obłożenia pola operacyjnego, podkładów jednorazowych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1 - W związku z pozytywnym udzieleniem odpowiedzi na skład zestawów w pakietach V, VII, IX, X, XI, XIV zwracamy się z prośbą o dopuszczenie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, tj.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań V-XIII i XV:

Zestawy wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej- zgodnej z EN 13795- 1, o gramaturze minimum 62g/m², zestawy posiadają wzmocnienia z włókniny spunlace 70g/m². Całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia 132g/m². Raport z walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę niezależną. Raport z badania palności: serwety- I klasa palności CFR 1610. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów min. 240 cm H₂O. Chłonność włókniny: min 900%. Zestaw posiada kartę danych technicznych i katalog.

Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera : rysunek / zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiada widoczną datę ważności/ sterylności nr serii w postaci minimum dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w karton transportowy wewnętrznie dodatkowo zabezpieczony workiem foliowym.

Opakowania zestawów: zewnętrzne – folia- papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak w przypadku pakowania bez wew. dyspensera Zamawiający wymaga pojemnika z pokrywką do przechowywania poszczególnego asortymentu zgodnie z zapisami SWZ.

Z poważaniem