



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-739/23

Poznań, 30.08.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-70/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wraz z transportem, wniesieniem, instalacją zestawu do automatycznego obrazowania i zliczania komórek w kontrolowanych warunkach temperatury i atmosfery oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej „ustawa Pzp” udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy przedmiotu umowy z „maksymalnie 2 dni” na „do 21 dni”?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż sprzęt jest magazynowany poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy z „maksymalnie 5 dni” na „do 21 dni”?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż sprzęt jest magazynowany poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 9

Zamawiający zapisał:

„ Maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii usterce, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.“

Prosimy o korektę w/w zapisu na:

„ Maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii usterce, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

i fakt, iż sprzęt jest magazynowany poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.3

Czy Zamawiający zaakceptuje następującą różnicę w kanałach:

DAPI 357/44; 447/60

GFP 482/25; 524/24

RFP 531/40; 593/40 ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza również system o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 5.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.7

Czy Zamawiający zaakceptuje obiektywy o takich samych wartościach NA ale nieco innych WD (NA 0.13, WD 10.58) fluorite (FL) 4x,

(NA 0.3, WD 7.13) fluorite (FL)10x,

(NA 0.45, WD 6.60 - 7.80) Semiapochromat (FL) 20x

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza innych parametrów WD ze względu na specyfikę planowanych badań.

Pytanie 6.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.9

Czy Zamawiający zaakceptuje kamerę o lepszych parametrach: Kamera monochromatyczna CMOS, 3.45 µm pixel, 3.2 MP (2048 x 1536)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kamery o mniejszych rozmiarach pikseli. Wiązałoby się to ze spadkiem czułości systemu, która jest kluczowa w naszych badaniach.

Pytanie 7.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.16

Czy Zamawiający zaakceptuje system z następującymi parametrami inkubacji komórek:

Zakres temperatur: temperatura otoczenia do +40 °C

Zakres wilgotności: 70-90% wilgotności względnej w temperaturze 37-40°C

Zakres stężeń gazów: CO₂: 0-20%; O₂: 0~21%

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zaakceptuje również system o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 8.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.27

Czy Zamawiający zaakceptuje 23" kolorowy, dotykowy, monitor w wysokiej rozdzielczości 1,920 x 1,080 pikseli, z możliwością kontroli myszką?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje minimalne parametry monitora opisane w specyfikacji.

Pytanie 9.

Dotyczy załącznika nr. 3 OPZ pkt.28

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które ma automatyczne sterowanie w oprogramowaniu za pomocą: wirtualnego joysticka, myszką, strzałkami, dotykowo na ekranie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje minimalne parametry systemu opisane w specyfikacji.



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 10.

Nawiązując do wzoru zamieszczonej umowy do tego postępowania zwracamy się z poniższą prośbą. Prosimy o ograniczenie łącznych maksymalnych naliczonych kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Poziom ten jest ogólnie przyjętą normą w tego rodzaju postępowaniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.