



Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Tarnów, dnia 18.01.2021 r.

znak pisma: SWLOG:271.KS.112...../2021

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja APARAT DO DIALIZOTERAPII; BRONCHOSKOP; DIATERMIA CHIRURGICZNA Zamówienie udzielane jest w ramach projektu: Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny -2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie – sprawa nr 112/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1 b, c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

- b)** w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 1 przekraczającej okres 7 dni roboczych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy
- c)** w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 2 przekraczającego okres 10 dni roboczych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.
- d)** w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości przekraczającego okres 10 dni roboczych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 1 b, c, d. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 punkt a) oraz b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych:

- a) z 10% do 5%
- b) z 10% na 5% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 pkt b. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego o ile naprawa trwała powyżej 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia...”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 2. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:



„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 3a Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów załącznika nr 1B – zakres 2 – Bronchoskop, pkt. 8 warunków gwarancji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 1B – zakres 2 w pkt. pkt. 8 warunków gwarancji. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

Otrzymują: Adresat +załączniki
a/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie
Anna Czech