



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 26.05.2021 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych.
Nr postępowania: ZP/5/21

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 tj. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10** - Czy Zamawiający w Pakiecie 10 popełnił omyłkę pisząc w kolumnie rozmiar "po rozłożeniu 8,5x11,5 cm +/- 1 cm", ponieważ w kolumnie nazwa produktu jest inny rozmiar?
Tak, prawidłowy rozmiar po rozłożeniu wynosi: 11x12-11-12,5 cm. W załączeniu Formularz Cenowy po zmianach.
2. **Dotyczy projektu umowy** - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 4 o treści: "Ustępy od 1 do 3 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru) lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 4 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności"
Zamawiający nie wyraża zgody.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści w pak. 14 w poz 1 gazę hemostatyczną o rozmiarze 5cm x 7,5 cm reszta parametrów zgodnie z SWZ?
Zamawiający dopuszcza w pak. 14 w poz. 1 gazę hemostatyczną o rozmiarze 5cm x 7,5 cm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Zamawiający nie wyraża zgody.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6sztuk?
Zamawiający dopuszcza.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?
Zamawiający dopuszcza kompresy 12 warstwowe.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści tufery kule 15x15cm pakowane a'250sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 40 gramowe?
Tak, w Pakiecie Nr 7 Zamawiający dopuszcza kompresy 40 gramowe.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 7, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający nie wyraża zgody.

- 11. Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a'100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 1-6** - Czy Zamawiający dopuści listki opakowania zewnętrznego o równych długościach, ze zgrzewem w „V”?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 19, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8x8cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 15. Dotyczy treści SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania nazwy postępowania?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 1 zapinką?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:
- błoną śluzową jamy ustnej,
 - błoną śluzową oka,
 - błoną śluzową jamy nosowej
 - przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.
- Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.
- W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.
- Zamawiający dopuszcza.**
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:
- błoną śluzową jamy ustnej,
 - błoną śluzową oka,
 - błoną śluzową jamy nosowej
 - przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.
- Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.
- W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.
- Zamawiający dopuszcza.**
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:
- błoną śluzową jamy ustnej,
 - błoną śluzową oka,
 - błoną śluzową jamy nosowej
 - przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

Zamawiający dopuszcza.

- 20. Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

Zamawiający dopuszcza.

- 21. Dotyczy Pakietu 8 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści gazę o szerokości 90cm i długości 200m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- 22. Dotyczy Pakietu 8 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

Zamawiający dopuszcza.

- 23. Dotyczy Pakietu Nr 13:**

Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była zapakowana w foliowe opakowanie odporne na wilgoć?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Zamawiający dopuszcza.

- 24. Pytania do treści umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie w § ust. 1 pkt. c) do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 25. Dotyczy Pakietu nr 14** - Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną w całości pochodzenia roślinnego o właściwościach bakteriobójczych przeciwko min. 26 typom bakterii gram (-) i gram (+), w tym MRSA, MRSE, VRE, PRSP, zapewniająca hemostazę w ciągu 3-4 minut, wchłaniająca się całkowicie między 7-14 dniem w rozmiarze 5cm x 7cm.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 26. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 serwety operacyjnej niejakoowej po praniu wstępny 17-nitkowej, 4-warstwowej ze znacznikiem RTG i tasiemką?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 27. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go plastra opatrunkowego o wymiarach 7cm x 5cm z włókniny z wkładem chłonnym z perforowanej włókniny, zawierającym włókna polisetrowo-wiskozowe. Opatrunek charakteryzuje się wysoka chłonnością, zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki polistrowej, chronącą przed przywieraniem do rany. Opakowanie zewnętrzna posiada makiet ułatwiający sterylne otwarcie opatrunku.
Zamawiający dopuszcza.
- 28. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go plastra opatrunkowego o wymiarach 10cm x 10cm z włókniny z wkładem chłonnym z perforowanej włókniny, zawierającym włókna polisetrowo-wiskozowe. Opatrunek charakteryzuje się wysoka chłonnością, zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki polistrowej, chronącą przed przywieraniem do rany. Opakowanie zewnętrzna posiada makiet ułatwiający sterylne otwarcie opatrunku.
Zamawiający dopuszcza.
- 29. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3-5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go plastra opatrunkowego z włókniny z wkładem chłonnym z perforowanej włókniny, zawierającym włókna polisetrowo-wiskozowe. Opatrunek charakteryzuje się wysoka chłonnością, zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki polistrowej, chronącą przed przywieraniem do rany. Opakowanie zewnętrzna posiada makiet ułatwiający sterylne otwarcie opatrunku.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 30. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go plastra opatrunkowego o wymiarach 10cm x 30cm z włókniny z wkładem chłonnym z perforowanej włókniny, zawierającym włókna polisetrowo-wiskozowe. Opatrunek charakteryzuje się wysoka chłonnością, zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki polistrowej, chronącą przed przywieraniem do rany. Opakowanie zewnętrzna posiada makiet ułatwiający sterylne otwarcie opatrunku.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 31. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów podgipsowych wykonanych z włókien syntetycznego poliestru, w opakowaniu a'6 sztuk?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 10** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 10** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, w rozmiarze 16x10cm, nasączone alkoholem 3ml na gazik, saszetka w rozmiarze: 6x7cm, gazik złożone 4-krotnie na 8 warstw włókniny.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 10** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o gramaturze 50g/m2.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 10** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia ilości w formularzu cenowym.
Zamawiający dopuszcza.
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 7,5x5cm.
Zamawiający dopuszcza.
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x10cm.
Zamawiający dopuszcza.

38. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 30x10cm.

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Dotyczy Pakietu Nr 2:

1) **Poz. nr 1-3** czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny opasek gipsowych za opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

2) **Poz. nr 1-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o zawartości gipsu naturalnego min. 89% i czasie wiązania do 4 min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Dotyczy Pakietu Nr 3:

1) **Poz. nr 2-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra tkaninowego na podłożu wiskozowym, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **Poz. nr 2-3-** czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie:

- Poz. 2- 6 szt.;
- Poz. 3- 12 szt.?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oczekuje zaoferowania opakowań liczących 6 szt. w przypadku poz. 2 i 12 szt. w przypadku poz. 3, natomiast w kolumnie „ ilość w opakowaniu” Zamawiający oczekuje wyceny jednostkowej w poz. 2 za 1op, natomiast w poz. 3 za 1 szt.

Zamawiający w poz. 2-5 oczekuje wyceny za opakowanie. W załączeniu Formularz cenowy po zmianach.

3) **Poz. nr 4-5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra jedwabnego pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, pakowanego pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Dotyczy Pakietu Nr 8:

1) **Poz. nr 1-** czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy bawełnianej o szerokości 90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

2) **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy pakowanej w opakowanie a' 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

3) **Poz. nr 1-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bawełnianej sklasyfikowanej w minimum klasie I, regule 4?

Zamawiający dopuszcza

4) **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowania a' 500 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Zamawiający dopuszcza.

44. Dotyczy Pakietu Nr 12:

1) **Poz. nr 1-6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków samoprzylepnych pakowanych w opakowania jednostkowe, posiadające informację dot. jałowego otwierania w postaci jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla użytkownika sposobu zgrzewania, którego umiejscowienie określa nadrukowana strzałka (listki zgrzewu tej samej długości)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 15 x 8 cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Dotyczy Pakietu Nr 16- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii poliuretanowej pakowanej w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

46. Dotyczy Pakietu Nr 18- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek podgipsowych niejałowych pakowanych w opakowanie a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Dotyczy zapisów projektu umowy - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. a, b :

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru;**

Zamawiający nie wyraża zgody.

b) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami;**

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od zgłoszenia danej reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W związku z zapisem §8 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok

Zamawiający informuje, że stan majątkowy Szpitala na koniec 2020 r. uległ zwiększeniu. Wartość środków trwałych na koniec 2020 r. to 46 249 687,27 zł. Aktywa obrotowe na koniec 2020 r. wyniosły 15 494 052,73 zł. W roku 2020 został podwyższony kapitał zakładowy o kwotę 9 826 700,00 zł. Ponadto w roku 2020 Spółka poprawiła znacząco wyniki i na koniec roku osiągnęła niewielką stratę w wysokości 205 696,97 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia **31.05.2021r.** do godziny **10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.05.2021r.** o godz. **10³⁰** za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania