

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 53-59
tel. 0-56 67 93 510, fax. 0-56 67 93 682**

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-50/19

Toruń, dnia 09-05-2019 r.

**Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia**
postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań

Kod CPV 33.16.80.00-5 (Przyrządy do endoskopii, endochirurgii)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.
 - 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun).
 - 3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.
 - 3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 - 3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 - 3.5. Usługodawca (Operator Platformy) doloży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 - 3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
 - 3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
 - 3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:
 - informacje ogólne,
 - informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
 - sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
 - informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl
 - 3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

4. Składanie oferty.

- 4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
 - 1) formularza „**Oferta**” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
 - 2) **załączników do „Oferty”**, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia* wymagane na etapie składania oferty,
 - 3) **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**,
 - 4) **pełnomocnictw** do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 5) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
- 4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko **jedną ofertę** za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
- 4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci **elektronicznej**, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia *Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247)*.
- 4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: *składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne **pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
- 4.6. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności**, w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego **lub** zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α .
 - 4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
 - składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - 4.7.4. **Zamawiający nie stawia wymogu**, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców)**, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

- 4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).
- 4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
- 4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
- 4.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla Wykonawców* dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 5 zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (*innych niż wskazanych w pkt I*), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. **WSzZ: TZ-280-50/19**.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.
5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 - 6.1. Jolanta Winowska, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,
 - 6.2. dr n. med. Grzegorz Jarczyk - w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Na podstawie ww. rozporządzeń:
 - 12.1. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem**.
 - 12.2. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
 - 12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
 - 12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- 12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:
- 12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
- 12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
- 12.8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie **jednolitego dokumentu**, stanowiącego **Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg rozdz. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców**.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:
 - 1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) - Zał Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 – 1.051.756,00 zł,
Zadanie Nr 2 – 543.310,00 zł,
Zadanie Nr 3 – 234.356,00 zł,
Zadanie Nr 4 – 284.823,94 zł,
Zadanie Nr 5 – 64.762,00 zł.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) – Zał. Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw sprzętu endoskopowego o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 – 1.051.756,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2 – 543.310,00 zł brutto,
Zadanie Nr 3 – 234.356,00 zł brutto,
Zadanie Nr 4 – 284.823,94 zł brutto,
Zadanie Nr 5 – 64.762,00 zł brutto

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703, 1277);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498) - **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, *w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.*

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- 1) *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*
- 2) *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*
- 3) *brak podstaw wykluczenia.*

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
 - b) w ust. 1 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:**
 - 1) **składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.**
 - 9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.
10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający **może** na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730).
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 - 2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- 17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:**

- a) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej* potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 175).

*Jeżeli dotyczą oferowanych wyrobów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

19. **Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:**

- a) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań.**
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów a także **standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia** określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 2.1. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu“ wyrobu spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 2.2. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia **próbki (próbek)** oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
4. Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia – min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. **Termin obowiązywania umowy** - 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż w ciągu pełnych 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00. Termin dostawy przedmiotu umowy należy określić w **druku „Oferta”** stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub ul. Konstytucji 3 Maja 42.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 52.587,80 zł,

Zadanie Nr 2 – 27.165,50 zł,

Zadanie Nr 3 – 11.717,80 zł,

Zadanie Nr 4 – 14.241,20 zł,

Zadanie Nr 5 – 3.238,10 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

- 2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424**

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/19.**

- 2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
- 2.3. W przypadku wnoszenia wadium w **innych niż „pieniądz” formach**, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia **w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.**

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.** Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, *jeżeli jego wniesienia żądano.*

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*o ile jego wniesienia wymagano*).
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia **21-06-2019 r. do godz. 09:30**
- 2) Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- 1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 21-06-2019 r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- 2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:
 - 5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SIWZ.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.
4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	95%
Termin dostawy	5%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**¹;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym **z niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do 2/5.**
3. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 3.**
4. Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – **Załącznik Nr 4.**
5. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
7. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – **Załącznik Nr 7.**
8. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

¹ informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

(pieczęć firmowa)

.....

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań**, opublikowanych w Dz.U.U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1, wg Załącznika Nr 2/1 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 2, wg Załącznika Nr 2/2 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 3, wg Załącznika Nr 2/3 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 4, wg Załącznika Nr 2/4 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 5, wg Załącznika Nr 2/5 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

- V. Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- VI. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:
.....
(określić ilość **pełnych dni roboczych***, nie dłużej jednk niż 3 dni robocze)
licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub przy ul. Konstytucji 3 Maja 42. *Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.*
- VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie/nie będzie**** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzi do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
- UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- XI. **Inne informacje Wykonawcy**:**
w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):
.....

XII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁵

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XV. Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**przez określenie „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.*

*** niepotrzebne skreślić*

⁴ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁵ w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 18 m-cy	Jednostka miary	Wielkość opakowania (podać)	Ilość opakowań (podać)	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Kosz do usuwania ciał obcych rozmiar 1,5x3,5cm /2cmx4cm / 2,5cmx5cm / 3cmx6cm/, kształt trapezoid - drut miękki i twardy spiralny.		25	szt.							
2	Balon 6,6 i 7,0 Fr do usuwania złożeń z dróg żółciowych. Balon dostosowany do poszerzania w drogach żółciowych w zakresie czterech średnic podczas rozprężania (8,5/10/12/15 lub 12/15/18/20 mm), kontrast podawany nad lub pod balonem portem boczny na 6 cm od początku noska w kanale przewodnika, widoczny w rtg.		300	szt.							
3	Balon 7,0-5,0 Fr do usuwania złożeń z dróg żółciowych. Balon dostosowany do poszerzania w drogach żółciowych w zakresie trzech średnic podczas rozprężania (8,5 lub 12 lub 15 mm), znacznik widoczny w rtg i obrazie endoskopowym.		50	szt.							
4	Zestaw stosowany do tymczasowego drenażu endoskopowego przewodu żółciowego/trzustkowego przez kanał nosowy za pomocą cewnika stałego. Widoczny w RTG, średnicy 5-7 Fr, dł. 250 cm, typu prostego lub pigtail.		50	zestaw							

5	Kabel wewnątrz kanałowy do mechanicznego litotryptora Soehendra o średnicy 8,5-10 Fr. długości 170 cm.		5	szt.							
6	Kosz do chwytania ciał obcych 7Fr ośmiodrutowy dł. 240cm z obrotową rękojeścią – wiel. użytku.		5	szt.							
7	Kosz do litotrypsji planowej po przewodniku, współpracujący z krótkim przewodnikiem, metalowy, 2x4 cm, 3x6 cm kompatybilny z mechanicznym ręcznym litotryptorem.		5	szt.							
8	Kosz do litotrypsji awaryjnej, jednorazowy o średnicy 1,5-3 cm i długości 3,5-6 cm, kompatybilny z litotryptorami.		5	szt.							
9	Czterogumkowe lateksowe zestawy do obliteracji żyłaków przetyku, mechanizm spustowy działający za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem, liczba czarnych gumek max 4 szt. w zestawie.		40	zestaw							
10	Sześciogumkowe lateksowe zestawy do obliteracji żyłaków przetyku, mechanizm spustowy działający za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem, liczba czarnych gumek max 6 szt. w zestawie.		70	zestaw							
11	Zestaw pętli do polipektomii, śr. 3x5cm,heksagonalna.		50	zestaw							
12	Zestaw pętli do polipektomii, śr 1,5x3cm, mini/max owal.		50	zestaw							
13	Trójkanałowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 20-30 mm, monofilament/ z protekcją		300	szt.							
14	Papilotom igłowy 5-7 Fr dł. regulacji igły 4 -7 mm.		100	szt.							
15	Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką zagiętą, prostą, lub pętlą, średnice 0.035"		600	szt.							

	cała, proste o minimalnej długości 205 cm (+/- 20cm) oraz 450 (+/-30) o średnicy 0,018"/ 0,025"/ 0,035"										
16	Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0.035 / 0.025 / 0,021/ cała. proste / zagięte, o minimalnej długości 500 cm (+/- 20cm)		100	szt.							
17	Zestawy do wprowadzenia protez plastikowych o średnicy 8,5Fr/10Fr, zestaw składający się z cewnika prowadzącego widocznymi znacznikami w rtg i popychacza, długość 160 cm +/- 20 cm, otwór boczny na końcu.		80	zestaw							
18	Protezy do dróg żółciowych proste rozmiar śr. 7-10 Fr, długość 5/7/9/12/15cm.		150	szt.							
19	Protezy pigtail rozmiar śr. 5-7 do 10 Fr, długość 5-15 cm.		70	szt.							
20	Protezy trzustkowe rozmiar śr 3/5/7 Fr, długość 5/7/9/12/15.		200	szt.							
21	Cewniki 6-8 do 10 Fr stosowany w drogach żółciowych z końcówką typu rampa do prowadnic 0,035/0,025/0,021 cała, dł. narzędzia 450-480 cm, możliwość włożenia trzech prowadników równocześnie.		15	szt.							
22	Zestawy do wprowadzenia protez z plastikowymi protezami średnicy 8,5Fr/10Fr długości 5-15 cm, zestaw składający się z cewnika prowadzącego widocznymi znacznikami w rtg i popychacza, długość 160 cm +/- 20 cm.		50	zestaw							
23	Cewniki 5,5 Fr do dróg żółciowych i trzustkowych z owalną lub metalową końcówką do prowadnicy 0,035/0,025 cała, dł. narzędzia 200 cm +/- 20 cm.		50	szt.							

24	Zestawy do wprowadzenia protez plastikowych średnicy 5-7 Fr, zestaw składający się z cewnika prowadzącego - popychacza, długość 160 cm +/- 20 cm, otwór boczny na końcu, do prowadnika 0,035".		100	zestaw							
25	Samorozprężalna proteza nitinolowa skracająca się po uwolnieniu, niepokrywane i pokrywane w całości lub częściowo silikonem od zewnątrz i wewnątrz. Markery rtg widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 8-10Fr i 20-27 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnątrz. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową umożliwiającą wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Kształt protez dwukielichowy- poszerzony na obu końcach. Średnice protez 9mm, 11mm, 23mm, 25mm, 27mm, 30mm w miejscu fiksacji oraz 8mm, 10mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm w miejscu zwężenia. Długość protez 4, 6, 8, 9, 10, 12-12.5, 15cm.		250	szt.							
26	Adapter dwukanałowy z zastawką antyrefluksową do wprowadzania prowadników 0,018"/0,021"/0,025"/0,035" kompatybilny z używanymi narzędziami.		30	szt.							
27	Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane od 5 / 7 / 8,5 do 10 Fr, (opcja do krótkiego prowadnika).		40	szt.							

28	Pompy ciśnieniowe z manometrem do płynnego wypełniania balonów do wszystkich balonów.		10	szt.							
29	Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych, dwukanałowe do przewodnika 0,035 cala, śr szczotki 1,5-3 mm.		60	szt.							
30	Ciśnieniowe balony do poszerzania dróg żółciowych o średnicy 4 do 6mm / 8 do 10 mm, balony mogą pracować z przewodnicami krótkimi i długimi.		20	szt.							
31	Ciśnieniowe balony typu klepsydra do zwężeń przełykowych / jelitowych, długość 5,5-8 cm balony z regulacją w trzech średnicach w przedziale 8-20 mm, możliwość użycia przewodnika.		100	szt.							
32	Szczotki cytologiczne do układu pokarmowego, śr szczotki 3 mm.		10	szt.							
33	Balon do Achalazji 30-35 mm, zewnętrzny.		5	szt.							
34	Prowadnica metalowa śr. 0,035-0,038 cala, maksymalna długość 200-300 cm, 5-9 cm końcówka giętka (oliwka) sztywny początek i środek przewodnika.		5	szt.							
35	Kompletny zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii metodą pull, średnica silikonowego cewnika zakończonego grzybkami minimum 20/24 Fr.		50	zestaw							
36	Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów i rękojeści, oraz zaworków endoskopów.		600	szt.							
37	Cystostom do drenażu endoskopowego 10 Fr, nóż dwuetapowy, możliwość cięcia i koagulacji.		65	szt.							
38	Zestaw igła aspiracyjna do przebijania balonów, oraz grasper - chwytak do wyciągnięcia ciała obcego.		8	zestaw							
39	Balon wypełniany cieczą w zakresie od 600-800 ml, silikonowy bez dodatku elementów		3	szt.							

	metalowych, kształtu kuli, dopuszczony do implantacja na okres 6 m-cy.										
40	Balon wypełniany cieczą w zakresie od 600-800 ml, silikonowy bez dodatku elementów metalowych, kształtu kuli, dopuszczony do implantacja na okres 12 m-cy.		3	szt.							
41	Jednorazowe - urządzenie do tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia. Rękojeść z proszkiem - hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7-10 Fr i długości 220-240 cm do miejsca krwawienia.		5	szt.							
42	Coile naczyniowe typu Tornado z mikro włoskami hemostatycznymi, o średnicy 0,035". Długość coila przed implantacją: 3-15cm/ średnica zwiniętego coila po implantacji: 0,5mm-10mm. Stosowany do embolizacji selektywnego zaopatrzenia statku w malformacje tętniczo-żylne i inne zmiany naczyniowe. Tornado Embolizujące cewki idealnie nadające się do zwężania naczyń.		50	szt.							
43	Klips - pełna kontrola 360 stopni, szczęki obrotowe w celu precyzyjnego ułożenia klipu, rozwarcie na 16 mm, szczęka w pełni regulowana, zakotwiczenie zębów takie aby można było pewnie chwycić dużo tkanki. Długość cewnika 230 mm, średnica 7 Fr.		350	szt.							
44	Zestaw biopsyjny z igłą do endoskopu ultrasonograficznego w celu pobierania materiału z pod śluzówkowych zmian, masy śródpiersia, węzłów chłonnych i dootrzewnowej masy w obrębie lub w sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Igły o powiększonej widoczności HD, średnicy 19 G w koszulce 4,8 Fr, 22 G i 25 G w temperowanej koszulce do 5, 2 Fr z kulkową końcówką sztyletu, oraz średnicy		50	zestaw							

	<p>20 G i zakończonej skośnym sztyletem w koszulce 8 Fr. Ostrza igieł kształtu harpuna umożliwiające pobieranie materiału histopatologicznego oraz cytologicznego naprzemiennie w trakcie jednego badania. Minimalny kanał do akcesoriów to 2,0 mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8 cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm i próżniowa strzykawka włączone. Urządzenie sterylne i jednorazowe, przeznaczone do jednorazowego użytku.</p>									
45	<p>Zestaw biopsyjny z igłą do endoskopu ultrasonograficznego w celu pobierania materiału z pod śluzówkowych zmian, lub w bliskim sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Igły o powiększonej widoczności HD, średnicy 19 G / 22G / 25 G, z temperowaną końcówką od 4, 8-5, 2 Fr z kulkową końcówką sztyletu. Minimalny kanał do akcesoriów 2,0 mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8 cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm i próżniowa strzykawka włączone. Urządzenie sterylne i jednorazowe, przeznaczone do jednorazowego użytku.</p>		50	zestaw						
46	<p>Igła do Neurolizy Splotu Trzewnego pod kierunkiem endoskopowej ultrasonografii. Igła CPN o średnicy 20 G z ostrą końcówką stożkową z otworami bocznymi. Koszulka narzędzi o średnicy 6 Fr, minimalny kanał do akcesoriów to 2,4 mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8 cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm. Urządzenie sterylne i jednorazowe, przeznaczone do jednorazowego użytku.</p>		5	szt.						

47	Zestaw biopsyjny z igłą do endoskopu ultrasonograficznego w celu wykonania dostępu i wymiany narzędzi endoskopowych. Służący do wszczepiania implantów w ultrasonografii endoskopowej w celu radiograficznego oznaczenia tkanki miękkiej w celu zastosowania w przyszłości procedur terapeutycznych. Igły o powiększonej widoczności, o średnicy 22 G, z końcówką zakończoną płasko ścięciem pod kątem prostym temperowana koszulka od 5 Fr. Minimalny kanał do akcesoriów to 3,7 mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8 cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm i próżniowa strzykawka włączone. Urządzenie sterylne i jednorazowe, przeznaczone do jednorazowego użytku.		6	zestaw							
48	Marker endoskopowy do tatuowania zmian w jelicie. Opakowanie zawierające max. 10 szt. strzykawek po 5ml.		100	szt.							
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:											

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 18 m-cy	Jednostka miary	Wielkość opakowania (podać)	Ilość opakowań (podać)	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Polietylenowe protezy cienkościennie do drenażu dróg żółciowych, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięte i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); 8,5 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,1 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); końcówka każdej protezy zaokrąglona w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzenia tkanek; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; z materiału w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG.</p>		5	szt.							
2	<p>Polimerowe protezy cienkościennie do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy</p>		5	szt.							

	zewnątrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); wykonane z tworzywa C-Flex w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG; końcówka każdej protezy zastrzona w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzenia tkanek; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym.									
3	Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 3, 4, 5, Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0.035" z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracująca z przewodnikiem 0.021"; dostępne z zastrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm.		50	szt.						
4	Zestawy do protezowania dróg trzustkowych ze stentem typu pigtail lub prostym w rozmiarze 4 lu 5 Fr o długościach: 3,4,5,7cm. Dostępne w wersji z zaczepem proksymalnym lub bez.		25	zestaw						
5	Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożu		15	szt.						

	wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z przewodnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.2 mm; rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4; 2.5x5 i 3x6 cm.										
6	Zestaw do mocowania przewodnika, współpracujący z krótkim systemem, kompatybilny z endoskopami GIF-Q180, TJF-145, TJF-160VR.		20	zestaw							
7	Trójkanałowe, dwuśrednicowe balony do ekstrakcji złożeń z dróg żółciowych, w krótkim systemie, z niezależnymi kanałami dla przewodnika, do inflacji i podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, "kwadratowe ramiona" zwiększające powierzchnię stykającą z powierzchnią dróg żółciowych i ułatwiający usunięcie złożeń, balony współpracujące z przewodnikiem 0.035"; średnice balonów: 9-12; 12-15; 15-18 mm; dł. robocza 200 cm; średnica robocza kateteru malejąca od 7 do 6 Fr na końcu dystalnym; w komplecie strzykawki z ograniczoną pojemnością zapewniającą bezpieczną inflację balonu do nominalnej średnicy. Wersja na długi i krótki przewodnik		100	szt.							
8	7 gumkowe zestawy do podwiązania żyłaków przełyku; nie zawierające lateksu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętki uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici.		2	zestaw							

9	Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 240 cm.		5	szt.							
10	Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipssem załadowanym w zestawie, pozwalający na wielokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm.		30	szt.							
11	Jednorazowe rotacyjne pętłe do polipektomii zapewniające rotacje pętli o 360°; średnica pętli 20 mm; długość robocza 240 cm; średnica kateteru 2,8 mm; z wewnętrznym kateterem o przekroju w kształcie gwiazdy - zmniejszającym tarcie wewnątrz osłonki.		10	szt.							
12	Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu; długość robocza 200 cm; średnica kateteru 7 - 5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4 - 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0.035". Wersja na krótki i długi przewodnik.		20	szt.							
13	Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica końcówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą		300	szt.							

	monofilamentową o długości 20 mm; długość noska 5 mm										
14	Prowadnik endoskopowy: dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038", dostępne długości: 260 i 450 cm; trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia.		400	szt.							
15	Platinolowy stent samorozprężalny do protezowania zwężeń dróg żółciowych, widoczny w RTG, końce drutów zagięte w pętli; dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej, w wersji pokrywanej pokrycie z wytrzymałego polimeru; z możliwością otwarcia stentu do 80 % i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia; średnica stentu 8 i 10 mm, długości: 4, 6, 8, 10, 12 cm; zamontowany na systemie wprowadzającym o średnicy max 8,5 Fr; w wersji pokrywanej z rejestracją zarówno do zwężeń nowotworowych jak i nienowotworowych, z możliwością usunięcia 12 miesięcy od momentu implantacji.		15	szt.							
16	Samorozprężalne protezy metalowe do protezowania zwężeń dróg żółciowych; wykonane z wysokiej jakości stopów stali szlachetnej, pełne otwarcie po upływie		15	szt.							

	48 godz. od momentu założenia; w wersji pokrywanej i niepokrywanej. W wersji pokrywanej proteza pokryta tworzywem Permalume ograniczającym wrastanie tkanek i zapobiegającym okluzji; z możliwością otwarcia 80% protezy i w razie konieczności jej złożenie, zmianę pozycji i ponowne uwalnianie, proteza bardzo dobrze widoczna w RTG; długość całkowita 194 cm; długości protez: 40, 60, 80 mm; średnica 10 mm.									
17	Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzającym, wykonany z grubego drutu nitinolowego - dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu. Wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm, 12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany przewodnik 0.038". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwość jego implantacji w zwężeniach łagodnych. Możliwość implantacji przez okres 8 tygodni a następnie bezpiecznego usunięcia.		10	szt.						
18	Bardzo sztywny przewodnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi		3	szt.						

	stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0.038"; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie przewodnika poprzez ciasne i kręte zwążenia.									
19	Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwążeń jelitowych; długości 6, 9, 12 cm; średnice 22 mm z poszerzeniem do 27 mm i 25 mm z poszerzeniem do 30 mm; długość robocza 135 i 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG.		5	szt.						
20	Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwążeń dwunastnicy; długości 6, 9, 12 cm; średnica 22 mm z poszerzeniem do 27 mm; długość robocza 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG.		3	szt.						
21	Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwążeń dróg żółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z przewodnikiem 0.035" o długości 260 cm.		5	szt.						
22	Balony do poszerzania zwążeń przełykowych; zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dylatację zwążenia za pomocą jednego		5	szt.						

	narzędzia, posiadające po stronie złącza metkę z jednoznaczną informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG, przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3 – 10 atm, długość balonu: 8 cm, zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm.									
23	Balony do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po przewodniku (przewodnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5.5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 180 i 240 cm, balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm		50	szt.						
24	Zestaw do przezskórnej gastrostomii, w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarze 20; 24 Fr, do stosowania w pediatrii i u pacjentów dorosłych, z uniwersalną pętlą o średnicy 1,9 mm i dł. 240 cm; zestaw wykonany z wysokiej jakości silikonu, ze złączem typu Y – rozdzielającym port do odżywiania i podawania leków		1	zestaw						
25	Jednorazowy sterylny balon do achalazji; w części dystalnej balon zakończony miękką atraumatyczną końcówką, pompowany		10	szt.						

	powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem; ze znacznikami widocznymi w RTG średnica balonu 30, 35, 40 mm; długość balonu 10 cm; długość robocza 90 cm; średnica kateteru 4,7 mm; z przewodnikiem w zestawie.										
26	Ręczna pompka do inflacji balonów do achalazji (pompowanych powietrzem) z manometrem, pozwalającym na stałą kontrolę ciśnienia wewnątrz balonu.		1	szt.							
27	Urządzenie do współpracy zarówno z wysokociśnieniowymi strzykawkami o pojemności 60ml - do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego jak i z koszykiem w przypadku konieczności wykonania awaryjnej litotrypsji. Możliwość obsługi urządzenia jedną ręką.		1	szt.							
28	Strzykawki o pojemności 60 ml, wyposażone w manometr z fluorescencyjną tarczą, pozwalającą na odczyt parametrów nawet w zaciemnionym pomieszczeniu, zakres ciśnień możliwych do osiągnięcia 0 – 20 atm.		5	szt.							
29	Szczypce do gorącej biopsji, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, dł robocza 240mm, średnica osłonki 2,4mm.		5	szt.							
30	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z		400	szt.							

	podwójnymi okienkami)										
31	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm.		30	szt.							
32	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 11, 13, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, posiadające wskazania do zimnej polipektomii.		150	szt.							
33	Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1 mm; zalecany przewodnik - 0.035".		2	szt.							
34	Jednorazowy cewnik do tamowania krwawień z igłą. Ostrzykiwanie i termalna hemostaza w jednym narzędziu pozwalająca na wyeliminowanie konieczności wymiany narzędzi i skrócenie czasu trwania zabiegu w połączeniu z integrowanym kanałem do irygacji. O średnicy igły 25G; 7Fr., minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długości roboczej 210cm.		10	szt.							
35	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu,		20	szt.							

	mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki 1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy									
36	Igła jednorazowego użytku 22 i 25Ga do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrożona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415mm - regulacja długości osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm.		20	szt.						
37	Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): Igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrożoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu,		10	szt.						

	wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm										
38	Jednorazowe końcówki do choledoskopu terapeutycznego.		25	szt.							
39	Kleszczyki do choledoskopu terapeutycznego.		25	szt.							
40	Zestaw drenów do choledoskopu terapeutycznego.		30	szt.							
41	Pętla 9mm do choledoskopu terapeutycznego.		20	szt.							
42	Koszyk 15 mm do choledoskopu terapeutycznego.		25	szt.							
43	Sonda do litotrypsji w drogach żółciowych - średnica 1.9 Fr, długość 375 cm.		20	szt.							
44	Elektroda do termicznej ablacji dróg żółciowych o długości 8mm oraz średnicy 8Fr, długość cewnika 180 cm; kompatybilna z posiadanym w pracowni generatorem Erbe		5	szt.							
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:											

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy do bezpłatnego użyczenia generatora kompatybilnego z sondą z pozycji 43.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 18 m-cy	Jednostka miary	Wielkość opakowania (podać)	Ilość opakowań (podać)	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu max. 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. Do wyboru przez Zamawiającego również; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą lub bez igły; łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą lub bez igły.		600	szt.							
2	Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość		35	szt.							

	otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiadające możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwiająca schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipssem możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawierające max. 5 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipssem.									
3	INDIGO CARMINE 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej.	50	amp.							
4	Jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzykiwania i hemostazy; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwalający na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwalająca na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły ; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm, 2300mm; długość igły od 1,8mm do 6mm, średnica igły 23G, 25G; Opakowanie zawierające max. 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Do wyboru przez zamawiającego.	100	szt.							
5	Igły endoskopowe jednorazowego użytku; dł. ostrza 5mm, średnica 22G, dł. robocza	20	szt.							

	230cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm.										
6	Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm);		5	szt.							
7	Cewnik typu spray jednorazowego użytku do barwienia śluzówki, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zawierający mandryn zapobiegający skręcaniu i zagięciu.		6	szt.							
8	Proteza samorozprężalna przelykowa wykonana z nitinilu; powlekana całkowicie lub częściowo silikonem; długość całkowita protezy 80mm, 110mm, 120mm, 140mm (w zależności od średnicy); średnica protezy w miejscu zwężenia 20mm lub 22mm; długość aplikatora 70cm; średnica aplikatora 18Fr- 24FR. Długość protezy do wyboru przez Zamawiającego.		4	szt.							
9	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 12 złotych znaczników radiologicznych; długość całkowita 40-120 mm, średnica 6mm i 8mm (do wyboru przez Zamawiającego); aplikator o długości 180 cm, śr. 2,0mm/5.9		10	szt.							

	Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z przewodnicą 0,025".										
10	Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 14mm, 16mm; długość całkowita 30mm i 40mm długość kołnierzy po 5mm; 1 lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,47mm (10,5Fr), posiadająca 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach. 3 w części środkowej; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.		10	szt.							
11	Proteza samorozprężalna częściowo pokrywana do wprowadzania przez endoskop; wykonana z nitinolu; średnica protezy w miejscu zwężenia: 20mm lub 22mm; długość protezy 90-140mm (w zależności od typu stentu); długość aplikatora 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Długość protezy do wyboru przez zamawiającego.		4	szt.							
12	Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych, wprowadzane przez endoskop. Wykonane z plecionego drutu nitinolowego, posiadające złote znaczniki znajdujące się na końcach i w środkowej części stentu, zapewniające dobrą widoczność w obrazie RTG. Średnice stentu po rozprężeniu: 6 mm, 8 mm, 10 mm, w		45	szt.							

	<p>zależności od typu stentu. Długość całkowita stentu w zależności od średnicy: 4cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm. Dostępne w wersji pokrywanej lub niepokrywanej. We wszystkich stentach system antymigracyjny: kołnierze i/lub listki – w zależności od rodzaju stentu. Zamontowany na zestawie o średnicy 7 Fr - 10,2 Fr w zależności od rodzaju stentu. Długość aplikatora 180 cm. Zestaw wprowadzający posiadający zintegrowany uchwyt, zabezpieczony przed przedwczesnym uwolnieniem stentu, posiadający endoskopowy i radiologiczny system oznaczeń pozwalający na dokładną aplikację stentu. Współpracujący z przewodnicą o max. średnicy 0,035".</p>									
13	<p>Przewodnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035" długość robocza 2700mm i 4500mm, giętka prosta końcówka oraz zakrzywiona pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90-420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. Do wyboru przez Zamawiającego.</p>		30	szt.						
14	<p>Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2200mm; długość włosia 8mm; średnica włosia 6mm; posiadająca</p>		800	szt.						

	plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm.										
15	Szczoteczki do mycia do duenoskopu TJF		100	szt.							
16	Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G, 25G, ostrze igły typu Menghini, mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający.		60	szt.							
17	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiadający port iniekcyjny.		30	szt.							
18	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa jednorazowego użytku, kształt owal; średnica pętli 10, 15, 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm lub 0,40mm; rękojeść skalowana co 10 mm,		200	szt.							

	długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; Opakowanie zawierające max. 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Do wyboru przez Zamawiającego.										
19	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składające się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; opakowanie zawierające max. 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi.		40	szt.							
20	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po przewodnicy; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm); posiadający funkcję rotacji; posiadający port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus typu MAJ-441; kompatybilny z V-		30	szt.							

	Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie. Do wyboru przez zamawiającego również bez oczka na prowadnicę.										
21	Uchwyt do litotryptora mechanicznego do V-System wiel. użytku		2	szt.							
22	Papier do drukarki do Endoskanu 2PL, opakowanie zawierające 10 rolek		100	szt.							
23	Jednorazowy Nóż z Balonem do Sfinkteroplastyki StoneMaster V; zakres średnic balonu 12 -15 -18 mm; długość balonu 40 mm; długość cięciwy tnącej: 20mm-30mm; końcówka dystalna o dł. 7mm; balon o zaokrąglonych końcach, wykonany z przezroczystego materiału; znacznik endoskopowy na środku balonu; znaczniki radiologiczne na balonie i sfinkterotomie; konstrukcja wprowadzania po prowadnicy w części dystalnej; wyodrębniony kanał dla przewodnika, cięciwy tnącej i do podania kontrastu; długość robocza: 1950 mm; do stosowania z jednorazowym narzędziem do napełniania poszerzadeł balonowych.		1	szt.							
24	Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadające funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych; długość gastroskopowa lub kolonoskopowa do wyboru przez Zamawiającego.		15	szt.							
25	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.35" z możliwością usunięcia; średnice balonu: 6-7-8, 8.5-9.5-10.5, 11-12 -13 mm, 13.5-14.5-15.5, 16-17-		25	szt.							

	18, 18-19-20; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55 lub 65 mm w zależności od średnicy; długość przewodnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawierający lateksu;										
26	Jednorazowe narzędzie do napelniania poszerzadeł balonowych; nie zawierające lateksu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm;		2	szt.							
27	Szczypce biopsyjne z 1 ruchomą łyżeczką biopsyjną, do dróg żółciowych i trzustkowych (wiel. użytku), łyżeczki biopsyjne typu Okrągłe z Okienkiem, osłonka profilowana - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm		5	szt.							
28	Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11-16 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm.		20	szt.							
29	Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu, posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizująca endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym.		24	szt.							
30	ZAWÓR WODA/POWIETRZE typu MH-438		6	szt.							
31	Zawór ssący typu MH-443		6	szt.							
32	ZAWORKI BIOPSYJNE typu MB-358		50	szt.							

33	Olejek silikonowy do endoskopów, opakowanie 15 ml - 1 szt		5	szt.							
34	RURKA DO SPLUKIWANIA typu MH-974		3	szt.							
35	ADAPTER DO CZYSZCZENIA KANAŁU WODA/POWIETRZE		2	szt.							
36	Zatyczka do gniazda kanałów typu MH-944		2	szt.							
37	Tuba typu MH-946		2	szt.							
38	ZAKRYWKA WODOODPORNĄ		2	szt.							
39	PRZYŁĄCZE DO PŁUKANIA EXERA		2	szt.							
40	Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych		4	szt.							
41	Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów		3	szt.							
42	Żarówka ksenonowa MAJ		1	szt.							
43	Żarówka ksenonowa MD		1	szt.							
44	KAPTUREK DO TJF		4	szt.							
45	Kabel łączący wideoskop z procesorem		2	szt.							
46	Pojemnik na wodę 2l. Do OFP-2 (3szt w opakowaniu)		1	op.							
47	DREN DO OFP-2, JEDNODNIOWY		70	szt.							
48	Filtry do OFP-1		20	szt.							
49	Zbiornik na wodę do OFP-1		2	szt.							
50	Rurki do pompy OFP maj(1608)		5	szt.							
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:											

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 18 m-cy	Jednostka miary	Wielkość opakowania (podać)	Ilość opakowań (podać)	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Korek na zawór biopsyjny z portem do płukania		20	szt.							
2	Siatka do usuwania ciał obcych lub polipów, dł. robocza 230 cm, średnica narzędzia 2,5 mm. Oczka siatki 1,2 lub 2,0 mm. Wymiary siatki 3x6 cm.		60	szt.							
3	Pułapka na polipy z dwiema wymienianymi szufladkami i oknem powiększającym do oceny wielkości polipa		2	szt.							
4	Pętla jednorazowa do polipektomii na zimno, bez użycia diatermii, o śr. 9 mm. Większa sztywność osłony teflonowej zapewniająca ścięcie polipa. Średnica narzędzia 2,4 mm. dł. robocza 230 cm.		50	szt.							
5	Specjalistyczny resektom do usuwania płaskich zmian. Narzędzie o wymiarach 14x27 mm, dł. robocza 230 cm.		2	szt.							
6	Pętla do polipektomii (owalna) 2,5 X 4 cm z igłą do ostrzykiwania o długości 5mm i średnicy 25G (0,5 mm). Do usuwania płaskich polipów. Jednorazowa.		60	szt.							
7	Szczotka cytologiczna jednorazowa do wymazów z dróg żółciowych. Unikatowa budowa czyścika - czyścik z włosa		2	szt.							

	miękkiego i twardego dla lepszego nagarniania materiału do badania histopatologicznego. Narzędzie dwukanałowe: oddzielny kanał dla przewodnika i kontrastu, oddzielny dla szczotki. Znaczniki widoczne w rtg.									
8	Ustnik jednorazowy z gumką mocującą, z szerokimi uszami, możliwością mocowania rurki intubacyjnej.		2000	szt.						
9	Igła jednorazowa o dł. 5 mm, średnicy 0,5 mm do ostrzykiwania, w metalowej osłonie, pokryta teflonem. Średnica narzędzia 2,5 mm, dł robocza 230 cm.		20	szt.						
10	Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips -rozmiary do wyboru 9 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami (zęby gładkie, z małym lub dużym kolcem), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 9,5-11,00 mm.		5	zestaw						
11	Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips -rozmiary do wyboru 10-11 mm okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami (zęby gładkie, z małym lub dużym kolcem), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o średnicy w zakresie 10,5-14,00 mm.		5	zestaw						
12	Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach.		2	szt.						
13	Szczypce dwustronne. Zamykana niezależnie od siebie strona prawa i lewa. Do mocowania brzegów perforacji.		3	szt.						

14	Stent nitinolowy w formie połączonych pierścieni, samorozprężalny do dróg żółciowych, niepokrywany. Duże oczka siatki – 6 mm – umożliwiające zakładanie dwóch stentów, aby uzyskać kształt Y. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 6,8,10 mm, długość 6-10 cm. Znaczniki widoczne w rtg na obu końcach i w środku stentu.		2	szt.							
15	Proteza do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywana. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12, 14, 16 mm, długość 2 lub 3 cm.		25	szt.							
16	Proteza jelitowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni niepokrywana, o średnicy 20 lub 22 mm, długości 12,14 lub 15 cm. 4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania przez endoskop o dł. 220 cm.		20	szt.							
17	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana, usuwalna . Wykonana z drutu nitinolowego w formie połączonych pierścieni, końce powlekane silikonem, część środkowa i wnętrze powlekane PTFE. System antymigracyjny w postaci rozszerzeń na końcach protezy. Możliwość zakładania do przewodu trzustkowego. Zakładanie przez endoskop, średnica systemu uwalniania 8,5 Fr, dł. 180 cm. Rozmiary stentu: dł. 8 mm, dł. 5,6 cm.		2	szt.							

18	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, z atraumatycznymi końcami, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długości w zakresie 8-12 cm. Znaczniki radiologiczne po 3 na obu końcach protezy i 2 w części środkowej. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 7 Fr i długości 180 cm. Niepokryta		20	szt.							
19	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, całkowicie powlekana silikonem, z atraumatycznymi końcami. W części proksymalnej lasso do usuwania protezy. Rozmiary protez: średnica 6,8, lub 10 mm, długości 4-12 cm. Znaczniki widoczne w rtg po 3 na obu końcach protezy i 2 w środku. Zestaw do wprowadzania o śr. 8 Fr i dł. 180 cm.		20	szt.							
20	Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna. Wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długość 4,5,6,7,8, 9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru). Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5Fr, dł. zestawu do wprowadzania 180 cm Proteza dostępna w wersji z kołnierzami antymigracyjnymi: w części proksymalnej kołnierz 6 mm większy niż trzon protezy dla pozycjonowania poza brodawką, w części dystalnej kołnierz większy 2 mm niż trzon protezy lokowany		10	szt.							

	w drogach żółciowych..										
21	Proteza samorozprężalna, powlekana do dróg żółciowych. Nitinolowa, pokrywana silikonem, z przewężeniem ok. 20% w części środkowej, do stosowania w łagodnych zwężeniach o wysokiej lokacji. Posiadająca długie laso ok. 10 cm, z platynowym znacznikiem widocznym w rtg, do usuwania. Znaczniki widoczne w rtg po 3 na obu końcach protezy i 2 w środku. Zestaw do wprowadzania o śr. 8 Fr i dł. 180 cm. Proteza o wymiarach: śr. 8 lub 10 mm, dł. 4,5,6, cm.		3	szt.							
22	Proteza samorozprężalna nitinolowa , przelykowa, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Dostępna w wersji: całkowicie pokrywana, głowy niepokryte. Usuwalna – z lassem w części proksymalnej. Uwalnianie z zestawu do wprowadzania: dystalnie lub proksymalnie. Znaczniki widoczne w rtg po 4 na obu końcach protezy i 2 w części środkowej. Zestaw do wprowadzania o dł. 70 cm. Rozmiary protez: średnica 18, 20, 22 mm, długości 8,10,12,14 cm.		5	szt.							
23	Stent przelykowy samorozprężalny, wykonany z nitinolu, pokryty w całości łącznie z kielichami silikonem, 4 markery platynowe na każdym końcu i 2 w środku widoczne w RTG. Zabezpieczenie antymigracyjne w postaci dodatkowej niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy tylko pod górnym kielichem, laso na górnym kielichu umożliwiające repozycjonowanie, średnice protezy do wyboru 22 i 24 mm, długości protezy do wyboru 10, 12 i 14 mm,		1	szt.							

	średnica zestawu do wprowadzania max 22Fr, długość zestawu do wprowadzania 70cm.										
24	Proteza przełykowa samorozprężalna, z zastawką antyrefluksową, nitinolowa, pokryta w całości silikonem. Znaczniki radiologiczne widoczne w rtg po 4 na obu końcach i 2 w części środkowej protezy. Dostępna w wariantcie z dodatkową zastawką antymigtacyjną (w postaci dodatkowej niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy tylko pod górnym kielichem) lub bez. Rozmiary protez: średnica 22, 24 mm i długości 10, 12, 14 cm. Zestaw do wprowadzania protezy o wymiarach śr. max. 22 Fr i dł. 70 cm.		1	szt.							
25	Proteza przełykowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, powlekana, z krótką głową na końcu proksymalnym. Znaczniki radiologiczne widoczne w rtg po 4 na obu końcach i 2 w części środkowej protezy. Rozmiary protez: średnica 16,18 mm i długości 8, 10, 12 cm. Zestaw do wprowadzania protezy o wymiarach śr. max. 18 Fr i dł. 70 cm.		1	szt.							
26	Proteza samorozprężalna dodwunastnicza, pokrywana, z dwiema głowami zapobiegającymi migracji. Wymiary protez: śr. 18 lub 20 mm, długości 12, 14 lub 15 cm. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10,5 Fr i dł. 180 cm.		2	szt.							
27	Proteza samorozprężalna, pokrywana silikonem, z dwoma powlekanymi pierścieniami antymigracyjnymi, (odległość między pierścieniami 2,5 cm) do stosowania w leczeniu przetok lub		6	szt.							

	perforacji po zabiegach bariatrycznych oraz w leczeniu nieszczelności (np. w zespoleniach przełykowo-jelitowych). Usuwalna. Dobra widoczność w rtg - znaczniki widoczne na protezie i na obu pierścieniach. Zestaw do wprowadzania max. 22Fr i dł. 70 cm. Proteza o wymiarach śr. 22,24 mm i dł. 10, 12, 15 cm.									
28	Specjalistyczna proteza samorozprężalna stosowana do zamykania nieszczelności po gastrektomii typu sleeve. Proteza powlekana, usuwalna. Średnica protezy 24 mm, długość 23 cm. Zestaw do wprowadzania o średnicy max. 22 Fr		2	szt.						
29	Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego. Usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2cm, średnica: 8,10,16 mm. Znaczniki widoczne w rtg na zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzania o parametrach: śr. max. 10 Fr/ dł. max 180 cm.		5	szt.						
30	Zestaw do usuwania PEG zawierający sfingterotom dł. robocza 30 cm/ śr. 30 Fr, kleszczyki typu aligator i ząb szczura – dł. robocza 230 cm, przewodnik nitinolowy, powlekany, prosty z hydrofilną końcówką, dł. 120 cm.		2	zestaw						
31	Igła do ostrzykiwań, jednorazowa. Długość robocza 230 cm, średnica narzędzia 2,3mm, długość igły, 5mm, średnica igły 0,7 mm.		20	szt.						
32	Igła do ostrzykiwań, jednorazowa. Długość robocza 180 cm, średnica narzędzia 2,3mm, długość igły, 5mm, średnica igły 0,9mm. Do podawania histoakrylu.		20	szt.						
33	Kapturek silikonowy do usuwania ciał obcych, nakładany na końcówkę endoskopu		10	szt.						

34	Pętla do polipektomii dwurozmiarowa 15/30 mm, drut pleciony. Wymiary narzędzia : śr. 23 mm, dł. robocza 220 cm. Z przyłączem do diatermii na rękojeści.		20	szt.							
35	Pętla do polipektomii wykonana w części proksymalnej z płaskiej metalowej taśmy, w części dystalnej z drutu plecionego dla łatwiejszego ścinania płackich zmian. Wymiary narzędzia : śr. 23 mm, dł. robocza 220 cm. Z przyłączem do diatermii na rękojeści.		20	szt.							
36	Kosz do usuwania złożeń z funkcją litotrypsji. Kosz z portem do kontrastu na rękojeści, kanałem dla przewodnika 0,035", z funkcją rotacji. Pod teflonową osłoną znajduje się metalowy pancierz dla wykonania funkcji kruszenia. Średnica kosza 35 mm, długość robocza narzędzia 200 cm. Narzędzie dedykowane do kanału roboczego min. 4,2mm.		60	szt.							
37	Sonda jednorazowa z wbudowanym filtrem FIAPC, śr. 2,3 mm, długość 2,2 mm (SC).		30	szt.							
38	Sonda jednorazowa z wbudowanym filtrem FIAPC, śr. 2,3 mm, długość 2,2 mm (A).		30	szt.							
39	Adapter (wielorazowy) do sond FIAPC		2	szt.							
40	Kleszcze biopsyjne jednorazowe z igła lub bez, średnica narzędzia 1,8 lub 2,3 mm. Długość robocza 160 lub 230 cm.		900	szt.							
41	Jednorazowe kleszcze biopsyjne JUMBO, łyżeczki owalne z okienkiem. Średnica narzędzia 3,0 mm, dł. robocza 230 cm.		50	szt.							
42	Jednorazowe pętla do polipektomii OWALNE, HEKSAGONALNE, - obrotowe, średnice pętli: 10,15,20,25,30,35 mm. średnica narzędzia 2,3 mm, dł. 230 cm.		300	szt.							

43	Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do płukania. Średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 230 cm. Średnica otwartego kosza 25,30,35,mm.		100	szt.							
44	Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 160,180,230 cm, średnica narzędzia 2,3mm. Szczęki typu aligator, pelikan, ząb szczura.		20	szt.							
45	Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu. Długość gąbki 90 mm, średnica gąbki 55 mm, średnice otworów 10mm/4mm.		1000	szt.							
46	Jednorazowe szczoteczki do mycia endoskopów, dwustronne, średnica narzędzia 1,7 mm, długość robocza 230 cm. Średnice szczotek 5/5, 6/6, 5/10, 6/6/10 mm.		1000	szt.							
47	ZESTAW: jednorazowa szczotka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów 5/5mm, dł. 230cm + szczotka jednorazowa do czyszczenia zaworów i portów 6/11mm.		500	zestaw							
48	Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 30,38,40 gsm, kolor do wyboru: granat, ciemna zieleń – rozmiar uniwersalny.		500	szt.							
49	Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Długość robocza 10 mm, długość całkowita 140cm, średnica narzędzia 7 Fr./18G.Przeznaczona do generatora VIVA Combo.		1	szt.							

50	Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego, bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 18 mm, 4 pierścienie po 3 mm ułożone liniowo w odstępach 2 mm. Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo.		1	szt.							
51	Zestaw do pełnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalnający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odcięcia oraz sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14.00 mm		3	zestaw							
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:											

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 18 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wielkość opakowania (podać)	Ilość opakowań (podać)	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Prowadnik endoskopowy, jednorazowego użytku, wykonany z nitinolu, długość 450 cm, średnicy 0,035", końcówka hydrofilna prosta, dł. 5 cm.		30	szt.							
2	Klips endoskopowy, jednorazowego użytku, załadowany w zestaw o długości roboczej 230 cm, średnicy 2,6 mm, rozwarcie klipsa 13 oraz 16 mm, funkcja rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem.		20	szt.							
3	Balon do poszerzania zwożeń w obrębie układu pokarmowego, jednorazowego użytku, trójstopniowy, progresywny, długość robocza 230 cm, długość balonu 55 mm, średnice balonów 6-20 mm, balon wyposażony w stalową prowadnicę z hydrofilną końcówką, prowadnica wstępnie załadowana do cewnika balonu.		20	szt.							
4	Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. śr. 7Fr; 8,5Fr; 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, pakowana fabrycznie z plastikowym pozycjonerem ułatwiającym wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu.		10	szt.							

5	Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 7Fr; 8,5Fr; 10Fr. Długości: 3 cm; 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, pakowana fabrycznie z plastikowym pozycjonerem ułatwiającym wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu.		30	szt.							
6	Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.		20	szt.							
7	Endoskopowa biopsyjna igła aspiracyjna pod kontrolą USG, średnica 22G, regulowany zakres wysunięcia igły 0-85 mm, regulowany zakres wysunięcia osłonki z aparatu 0-40 mm, średnica metalowej osłonki 1,8 mm, mandryn wykonany z nitinolu, w zestawie strzykawka podciśnieniowa o pojemności 10 ml		20	szt.							
8	Endoskopowa biopsyjna igła aspiracyjna pod kontrolą USG, średnica 19 G, regulowany zakres wysunięcia igły 0-85 mm, regulowany zakres wysunięcia osłonki z aparatu 0-40 mm, średnica metalowej osłonki 2,1 mm, mandryn wykonany z nitinolu, w zestawie strzykawka podciśnieniowa o pojemności 10 ml.		20	szt.							
9	Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr; 10Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący przewodnik 0,035”		5	zestaw							

10	Szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu, jednorazowego użytku. Długość 2100mm, z jednej strony zakończona plastikową oliwką, z drugiej strony potrójną główką o średnicy 6mm.		100	szt.							
11	Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, niesterylny. Pakowany w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników. Gumka ustnika wykonana z elastycznej tkaniny.		1500	szt.							
12	Chwytek endoskopowy typu aligator z zębem szczura, jednorazowego użytku, cewnik pokryty teflonem ze znacznikami odległości w części dystalnej, długość 180 cm, śr. 2,3 mm		30	szt.							
13	Chwytek endoskopowy typu aligator z zębem szczura, wiel. użytku, długość 230 cm, śr. 2,3 mm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu.		2	szt.							
14	Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 15 mm; 25 mm; Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm.		80	szt.							
15	Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, monofilament, owalna, śr. pętli 10 mm Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm		100	szt.							
16	Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna		400	szt.							

	cewnika ze znacznikami odległości ułatwiającymi orientację										
17	Kleszcze biopsyjne Jumbo, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. osłonki 3,0 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu.	500	szt.								
18	Balon do wideogastroskopu z głowicą radialną EUS model URK	80	szt.								
19	Balon do wideogastroskopu z głowicą liniową EUS model UTK	80	szt.								
20	Kapturek osłonowy na złącze elektryczne do endoskopów model URK i UTK	3	szt.								
21	Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów, 10 ml	10	szt.								
22	Zawór ssący do endoskopów ultrasonograficznych model URK oraz UTK	2	szt.								
23	Zawór ssący do endoskopów serii EG-2970K; EC-3870TLK; EG-3490K; EG-290KP	4	szt.								
24	Zawór woda/powietrze do endoskopów model URK oraz UTK	2	szt.								
25	Zawór woda/powietrze do endoskopów serii EG-2970K; EC-3870TLK; EG-3490K; EG-290KP	4	szt.								
26	Zaworki biopsyjne do endoskopów	20	szt.								
27	Butelka z przewodami do źródła światła	4	szt.								
28	Tester szczelności do endoskopów	1	szt.								
29	Adapter czyszczący do kanału woda/powietrze i kanału ssącego endoskopów serii 70; 80; 90	2	szt.								
30	Adapter czyszczący do kanału woda/powietrze endoskopów model URK i UTK	2	szt.								
31	Adapter czyszczący do kanału A/W, konektor do 30- 40- K-, W, 70K/80K/85K/90	2	szt.								
32	Żarówka kompatybilna ze źródłem światła EPK-700	1	szt.								
33	Żarówka kompatybilna ze źródłem światła EPK-100P	1	szt.								

34	Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych w tym: 1. szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230cm, śr. Każdej z główek 7mm, śr teflonowego cewnika 1,8mm. 2. szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5mm oraz 12mm		600	zestaw							
35	Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch przewodnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta, dwukanałowy. Jeden kanał zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym oznaczony dla odróżnienia swoistym kolorem.		4	szt.							
36	Stent samorozprężalny przelykowy, segmentowany, segmenty nitinolowe połączone płaszczem silikonowym oraz zaplecionymi nićmi nylonowymi: nitinolowy, całkowicie pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, w giętym zestawie do aplikacji o dł. 70 cm, śr. 8 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, śr. 20 mm, z kołnierzami o średnicy 30 mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem max. 0,035"		4	szt.							

37	Nóż do ESD, jednorazowego użytku, dł.narzędzia 2200 mm, średnica narzędzia 2,7 mm, nóż o dł. 2 mm, średnicy 0,3 mm zakończony dyskiem o średnicy 0,8 mm, po cofnięciu noża do cewnika jego aktywna część wystaje na 0,5 mm, rękojeść wyposażona w port Luer oraz przyłącze HF do koagulacji, możliwość znakowania śluzówki oraz hemostazy.		4	szt.							
38	Korek biopsyjny z portem Luer z zastawką do irygacji, jednorazowego użytku, sterylny, kompatybilny z endoskopami Olympus		5	szt.							
39	Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich Olympus. W jednym sterylnym opakowaniu: zawór biopsyjny, zawór ssący, zawór woda/powietrze, łącznik z zastawką do kanału woda/powietrze		5	zestaw							
40	Zestaw drenów do pompy Olympus OFP z nakrętką pasującą do butelek jednorazowych z wodą sterylną, nakrętka z 3 drenami: do kanału water-jet końcówka z łącznikiem z zaworem zwrotnym, dren z do CO2 zakończony portem Luer z kranikiem, dren z przyłączem do płukania optyki, zestaw kompatybilny z endoskopami Olympus		20	zestaw							
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:											

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- 1. Oferowana cena - 95 %**
- 2. Termin dostawy - 5 %**

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa Nr

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 - specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od-...-..... r. do-...-..... r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie ... dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.
2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. W zamówieniu podany będzie adres dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.
5. Wymagany termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: minimum 12 miesięcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy do bezpłatnego użyczenia generatora kompatybilnego z sondą z Zadania Nr 2 poz. 43 (*niniejszy zapis dotyczy Zadania Nr 2*).

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
 - b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
5. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:netto + ...% VAT = brutto
Słownie brutto:
2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,

- b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron umowy.
Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c i d.
7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
8. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku:
 - 1) zmiany numeru katalogowego produktu,
 - 2) jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego innej ilości wyrobów w poszczególnych pozycjach przedmiotu umowy, w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nieprzekroczenia ogólnej wartości zamówienia. Zmiany te nie wymagają podpisania aneksu.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku niezakończoności powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....

.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).
2. **należymy*** do grupy kapitałowej i **przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań

oświadczamy, że w stosunku do niego:

- 1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

** UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)*

- 2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji