



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) www. szpital.kutno.pl  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 18.04.2023 r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **SZWY CHIRURGICZNE I WOSK KOSTNY**

Nr postępowania: **ZP/10/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy Pakietu nr 11** - Wosk kostny POZ.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk pszczeli 72.63%, Wosk parafinowy - 14.87% , Palmiatynian izopropylowy - 12.50%  
**Zamawiający dopuszcza.**
2. **Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, poliglikolowe, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni?  
**Zgodnie z SWZ.**
3. **Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni?  
**Zamawiający dopuszcza.**
4. **Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
5. **Dotyczy Pakietu nr 5** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 43 dniach 60%, bez powleczenia antybakteryjnego – triclosanu?  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
6. **Dotyczy Pakietu nr 6** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 43 dniach 60%?  
**Zamawiający dopuszcza.**
7. **Dotyczy Pakietu nr 8** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
8. **Dotyczy Pakietu nr 9** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
9. **Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SWZ.**

10. **Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
11. **Dotyczy Pakietu nr 12** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu glikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 8-11 dniach 50%, po 7 dniach 65%, okres wchłaniania bez zmian?  
**Zgodnie z SWZ.**
12. **Dotyczy Pakietu nr14** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 70%, pozostałe parametry bez zmian?  
**Zgodnie z SWZ.**
13. **Dotyczy Pakietu nr 16** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 40%, po 28 dniach 5%, wchłaniający się całkowicie między 90-120 dniem od zaimplantowania?  
**Zgodnie z SWZ.**
14. **Dotyczy Pakietu 2, poz. 8, 9, 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości nici 75cm?  
**Zgodnie z SWZ.**
15. **Dotyczy Pakietu 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?  
**Zamawiający dopuszcza.**
16. **Dotyczy Pakietu 7** - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?  
**Zgodnie z SWZ.**
17. **Dotyczy Pakietu 7, poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o grubości „1”?  
**Zgodnie z SWZ.**
18. **Dotyczy Pakietu 7, poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 65mm?  
**Zgodnie z SWZ.**
19. **Dotyczy Pakietu 11, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?  
**Zamawiający dopuszcza.**
20. **Dotyczy Pakietu 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 90cm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
21. **Dotyczy Pakietu 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 2x20mm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
22. **Dotyczy Pakietu 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 2x25mm?  
**Zgodnie z SWZ.**
23. **Dotyczy Pakietu 13, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 36mm?  
**Zgodnie z SWZ.**

24. **Dotyczy Pakietu 14, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 36mm?  
**Zgodnie z SWZ.**
25. **Dotyczy Pakietu 14, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 90cm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
26. **Dotyczy Pakietu 19, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?  
**Zgodnie z SWZ.**
27. **Dotyczy Pakietu 11 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o następującym składzie:  
\* wosk pszczelej (83%),  
\* parafina stała (5%),  
\* palmitynian izopropylu (12%)?  
Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.  
**Zamawiający dopuszcza.**
28. **Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający dopuszcza szew chirurgiczny wykonany z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 -14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu po około 42 dniach, w miejsce szwu poliglikolowego, powlekanego glikonatem?  
**Zamawiający dopuszcza.**
29. **Dotyczy Pakietu nr 12** - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 dostarczenie próbek analogicznie do Pakietów Nr: 1, 2, 5, 7, 8, 13, 19 tj. po 1 sztuce z 3 pozycji, miarkując koszty i krótki tryb postępowania?  
**Zamawiający dopuszcza.**
30. **Dotyczy zapisów SWZ** - W związku z wymogiem złożenia do oferty próbek do oceny jakościowej zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 27.04.2023r. Czas ten pozwoli na skompletowanie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych i złożenie ich w terminie Zamawiającemu.  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
31. **Dotyczy Pakietu 5 pozycja 1 i 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły ½ koła okrągłej wzmocnionej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Zamawiający dopuszcza.**
32. **Dotyczy Pakietu 5 pozycja 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły ½ koła okrągłej wzmocnionej, długość nici 70cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
33. **Dotyczy Pakietu 5 pozycja 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 31mm, długość nici 70cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Zamawiający dopuszcza.**
34. **Dotyczy Pakietu 5 pozycja 4 i 5** - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 4 i 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Zamawiający dopuszcza.**
35. **Dotyczy Pakietu 5 pozycja 6-9** - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 6-9 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły ½ koła, okrągła, wzmocniona, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Zamawiający dopuszcza.**

36. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od zgłoszenia danej reklamacji” na „... od dnia uznania danej reklamacji”.

**Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

37. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru;**

**Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

b) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.**

**Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

Podpisał:

Prokurent	Prokurent
Kamil Krzewicki	Irena Dałek

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania