



WSzSL/FZ.381.66/24...⁴⁹⁸...2024

Legnica 20.08.2024 r.

Do wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH NA ODDZIALE UROLOGICZNYM
znak sprawy WSzSL/FZ-66/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływaniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Zapytanie 1 - Czy w Części 8 dla zachowania gwarancji na posiadany przez Zamawiającego pistolet Pro-Mag Ultra wymagane jest zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancyjnymi OWG zaoferowanie oryginalnych igieł biopsyjnych wyprodukowanych przez producenta ww. pistoletu Pro-Mag Ultra.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż urządzenie Zamawiającego - pistolet Pro-Mag Ultra jest poza okresem gwarancyjnym i nie jest wymagane zaoferowanie oryginalnych igieł biopsyjnych. Istotne jest, aby były one kompatybilne z ww. pistoletem.

Zapytanie 2 - Czy Zamawiający w Część 9 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 17,5G/20cm, skalowana co 1cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu, widoczny w RTG, typu pigtail, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock; sztywne, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm końcem typu J 0.038" 80cm; kranik oraz łącznik do worka na mocz. Rozmiary cewnika: CH8* oraz CH10*.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

Uwaga!

Udzielone niniejszym pismem odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Tomasz Uher
Dok. med. Tomasz Uher