



SPWZOZ/ZPZ-2.III-382/UE/4.3/2022/A.W.

Stargard, 28.12.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/UE/PN/D/2022 na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 45 pakietów.

Pytanie nr 1- dotyczy Pakietu nr 15:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (kateter typ Pigtail) – rozmiar 8F lub 10F/25cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 8F.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 35:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 35 cewników dializacyjnych w rozmiarach poz. 1 12F x 20cm i poz. 2 12F x 15cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy:

Zgodnie z art. 44 i 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych w oparciu o aktualny stan prawny tj. postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowy zapis w § 10 ust. 3 i 4.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

- przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- 4) jeżeli w 4 miesiącu od podpisania umowy lub późniejszym, suma zmian wartości miesięcznych wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem (miesiąc do miesiąca poprzedniego), wyniesie powyżej 5% w stosunku do miesiąca w którym podpisano umowę, która nie była wcześniej waloryzowana;
 - 5) jeżeli w okresie od poprzedniej waloryzacji upłynęło 3 miesiące i nastąpiła kolejna zmiana sumy wartości miesięcznych wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem (miesiąc do miesiąca poprzedniego), powyżej 5% w stosunku do miesiąca, w którym dokonano waloryzacji ceny dla ceny, która była wcześniej waloryzowana.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 dopuszczalna jest, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tym ustępie, mają wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 wynosi do 50% wynagrodzenia wskazanego w umowie.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów,

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm,

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, elastycznej osłony na kończynę o wymiarach 22x75 z 2 taśmami 9x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, elastycznej osłony na kończynę o wymiarach 30x120cm z 2 taśmami 9x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 43 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 43 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 39:

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego z nawilżaczem HEPA 13 wg opisu:

filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm²; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 35:

Prosimy o dopuszczenie cewników do dializy ostrej brandu ARROW wg opisu:

W poz. 1: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/20cm wykonane z poliuretanu , prowadnica stalowa 0,035"/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzało, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące,

W poz. 2: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z poliuretanu , prowadnica stalowa 0,035"/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości



wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dzieci, materiał PCV, z ramionami o długości 120cm, dodatkowe ramię dł. 120cm, worek oddechowy 1l, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dzieci, materiał PCV, z ramionami o długości 180cm, dodatkowe ramię dł. 60cm, worek oddechowy 2l, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 4:

Obwód oddechowy do respiratora Bennett dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnątrz, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 180 cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu oraz zatyczką, średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF, sterylne, czas stosowania 24h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, przestrzeń martwa 36 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, wirusowej >99,999%, złącze proste 22M/15F-22F/15M, reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:



Filtr bakteryjno-wirusowy HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, wirusowej >99,999%, reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 23:

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w pozycjach 1-4 zamknięte systemy z dwoma bocznymi otworami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1:

Czy w tej pozycji nastąpiła omyłka pisarska w opisie serwety włókninowej? Czy Zamawiający wymaga 1 x serwety włókninowej 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którego skład wchodzi 8, a nie 5 kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, natomiast zestaw nie posiada 3 kompresów z gazy bawełnianej 10 cm x 10 cm. W oferowanym zestawie serweta włókninowa nieprzylepna ma rozmiar 38cm x 45 cm +/- 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którego skład wchodzi o jeden tupfer więcej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wklucia centralnego, w którego skład wchodzi igłotrymacz typu Derf o długości 14cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1:

Czy podane rozmiary serwet w Zestawie do zabiegów otolaryngologicznych można uznać za minimalne?
Serwety o większych rozmiarach używacie Państwo na bloku operacyjnym od roku.

Odpowiedź: Tak, można uznać za minimalne.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie innej, bezpieczniejszej formy opakowania w zamian za papier krepowy tj. w serwetę narzędziową o rozmiarze 100 cm x 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2:

W związku z wycofaniem ze sprzedaży osłony na stopę o wymiarach 40cm x 22cm x 8cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę z dwuwarstwowej włókniny, barierowej, sterylnej, w rozmiarze 25cm x 80cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z SWZ, jednakże w którym serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 150 cm x 190 cm oraz w zamian za serwetę operacyjną samoprzylepną 175cm x 200cm jest serweta 200cm x 200cm?

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie możliwości podania wartości chłonności w mililitrach. Dla materiału podstawowego chłonność 156 ml, chłonność w miejscu padu 386 ml. Podane chłonności odpowiadają wartościom podanym w Kartach Danych Technicznych potwierdzając wymagania normy 13795 -1:2019.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej dwuwarstwowej przylepnej o wymiarze 75 x 90 cm, składającej się z dwóch części, z możliwością dostosowania średnicy otworu.

Gramatura włókniny min. 55g/m², odporność na penetrację płynów min 158 cm H₂O.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej dwuwarstwowej o wymiarze 75 x 90 cm, o średnicy przylepnego otworu 10 cm. Gramatura włókniny min. 55g/m², odporność na penetrację płynów min 158 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji barku o następującym składzie:



Zestaw do artroskopii stawu
barkowego III extra wzmocniony


Skład zestawu:

1 serweta na stółk narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stółk Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym z włokozy (10 x 60 cm)	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
1 osłona na kable video	13 x 250
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii o następującym składzie:



Zestaw do artroskopii IV

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta nieprzylepna	150 x 190
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245
1 osłona na kończyne	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 43, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończyne w rozmiarze 35cm x 80cm z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm pakowana oddzielnie, niezależnie od zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 43, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do cięcia cesarskiego, w którym serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego ma rozmiar 315cm x 250/200cm, otwór 19cm x 24cm z torbą na płyny. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 43, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do operacji kończyne o następującym składzie:



**Protect Plus Zestaw do operacji
dłoni/stopy III**

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	190 x 150
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145
2 ręczniki celulozowe	33 x 30
1 Protect Plus serweta do operacji dłoni/ stopy, otwór 3 cm	245 x 320
1 uchwyt Vekro	2 x 23
1 serweta PE	150 x 200

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 4 na następujące:

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procenta) niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 35:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w celu uzyskania ofert konkurencyjnych cenowo, stworzy zakres dla cewników ostrych w przedziale od 11-12F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie 11F, 12F.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 35:

Pytanie 2 Wykonawca zaproponował zwiększenie zakresu dla cewników ostrych, umożliwiając tym samym składanie ofert większej ilości wykonawców. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające, musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności, polityką zakupową



państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne Dlatego w przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający może wskazać granice równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie 11F, 12F.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 18 serwety o wymiarach 75x90 cm z centralnym otworem przylepnym o wymiarach 6x8 cm, zgodnie z normą EN-13795-1. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20. Papier o długości 21m został wycofany w 2008 roku przez producenta i nie występuje już na rynku. Nie jest więc możliwym dostarczenie papieru o długości 21m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2:

Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompatybilny.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3:

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Szerokość 50 mm z nadrukiem.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 9:

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Szerokość 50 mm z nadrukiem.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 10:

Prosimy o doprecyzowanie czy papier w ww. poz. ma być z nadrukiem czy gładki?



Odpowiedź: Papier z nadrukiem.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 31, poz. 10, 11:

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji elektrody jednorazowej EKG dla noworodka z kablem zakończonym wtykiem 1,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 31, poz. 18:

Prosimy o określenie wymaganego typu czujnika: klejowy czy bezklejowy (opaska z rzepem).

Odpowiedź: Czujnik klejowy.

Pytanie nr 44 – dotyczy projektu umowy §3 pkt. 12:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 3 ust. 12. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45 – dotyczy projektu umowy- §7 pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 pkt. 4 projektu umowy zamiast zwrotu „% wartości umowy, o której mowa w par 3 ust 4 niniejszej umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”.

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 7 worki stomijne pakowane po 10 szt., środek ochronny w postaci chusteczek po 30 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 47 – dotyczy treści SWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody na wystawianie faktury każdorazowo do złożonego zamówienia. Faktura zostaje wygenerowana w naszym systemie wraz z realizacją zamówienia, anulowanie wystawienia faktury powoduje anulowanie zamówienia. Z racji iż system jest międzynarodowy nie mamy możliwości jego modyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w pozycji 5 strzykawkę 20ml w opakowaniu po 50szt. – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy Pakietu nr 16, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w pozycji 6 Strzykawki jednorazowego użytku 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z pojedynczą skalą pomiarową, wcięcie na tłoku z czterech stron, opakowanie papier/folia po 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 – dotyczy Pakietu nr 16, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w pozycji 7 Strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml, do podaży leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer Lock z pojedynczą skalą pomiarową, wcięcie na tłoku z czterech stron. Opakowanie papier/folia, po 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 – dotyczy Pakietu nr 16, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 w pozycji 8 Strzykawkę trzyczęściową 100ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem, nasadką LUER, z pojedynczą skalą pomiarową, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, opakowanie blister-pack. Opakowanie papier/folia po 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



Pytanie nr 52 – dotyczy zapisów SWZ:

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 53 – dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 54 – dotyczy zapisów SWZ:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 55 – dotyczy zapisów SWZ:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.



Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 30, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 57 – dotyczy Pakietu nr 30, poz 1 i 2:

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 58 – dotyczy Pakietu nr 30 - Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy dotyczy zapisu w SWZ, Dział VII punkt 7, oraz załącznik nr 8 Umowa & 4 ust.3,7:

Prosimy o zmianę zapisu, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze. Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania. Prosimy o modyfikacje w tym zakresie formularza oferty.

Ponadto prosimy o odstąpienie od możliwości zamawiania przez Zamawiającego nie pełnych opakowań zbiorczych, ponieważ w § 4 ust. 9 Zamawiający wymaga, aby produkty były oryginalnie zapakowane, co jednocześnie nawzajem się wyklucza.

Odpowiedź: Mogą być dostarczane w pełnych opakowaniach.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 59 – dotyczy Pakietu nr 30 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dotyczy zapisu w SWZ, Dział VII punkt 7, oraz załącznik nr 8 Umowa & 4 ust.3,7:

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30, dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po:

1) 100 sztuk – Wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000. Producent Urlich GmbH&Co.KG rok produkcji 2018, wężyk pacjenta dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI, długość 250cm, produkt jednorazowego użytku, produkt powinien posiadać żeńskie złącze Luer lock, kapturek ochronny dla końca wężyka, męskie złącze Luer lock z pierwszym zaworem zwrotnym, drugi zawór zwrotny, szczelność max 20 bar, maksymalny czas użycia 12 godzin dla jednego pacjenta, objętość 12,5ml.

2) 10 sztuk – Wężyk pompy do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000. Producent Urlich GmbH&Co.KG rok produkcji 2018, wężyk pompy dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI, produkt jednorazowego użytku, produkt powinien posiadać nakłuwacz środka kontrastowego, nakłuwacza NaCl, nakłuwacza środka kontrastowego, krzyżaka, wężyk pompy dla pompy rolkowej, czujnik ciśnienia, filtr cząsteczkowy, męskie złącze Luer lock z zaworem zwrotnym, kapturek ochronny końca wężyka, szczelność max 20bar, maksymalny czas użycia 24 godziny dla wielu pacjentów, objętość 19,5ml.

Ze względów m.in. bezpieczeństwa i zachowania sterylności nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie).

Dlatego wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do wzoru umowy (§ 2): „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni.

Pytanie nr 60 – dotyczy wzoru umowy:

Prosimy zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 61 – dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby faktura była wystawiona w dniu wysyłki towaru i dostarczona w wersji pisemnej wraz z towarem, po każdym zamówieniu. Wykonawca dodatkowo dołączy do wysyłki dwa protokoły odbioru. Zamawiający, jeżeli nie stwierdzi wad ilościowych, odsyła podpisany protokół.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62 – dotyczy

Dotyczy zapisu SWZ, Dział VII punkt 8 oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa § 5 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako specyfikację techniczną dostawy zaakceptuje protokół dostawy, w którym zawarte będą następujące informacje: nazwa produktu, numer partii (LOT), data ważności, ilość dostarczonych opakowań, numer umowy oraz numer zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63 – dotyczy

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa § 3 ust. 15

W przypadku zmiany stawki VAT zmiana stawki podatku nie może powodować zmiany ceny.

Prosimy Zamawiającego o dodanie następującego punktu do projektu umowy:

„W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu nr 33, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną linię mikrobiologicznie czystą ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu nr 33, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny worek mikrobiologicznie czysty?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu nr 42:

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drenu o dł. 2m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu nr 41, poz. 5:

W związku z zakończeniem produkcji zestawu do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli.

Pytanie nr 68 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 3-9:

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 3-9:

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	200	1.80	45
17G	White	140	1.50	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 10:

Proszę o dopuszczenie zaworu:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 18,7 l/h, czyli 312ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem neutralnego toru przepływu.

Pytanie nr 71 - dotyczy Pakietu 30

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o rozdzielnie pakietu nr 30 postępowania oraz utworzenie z pozycji 1 i 2 dwóch osobnych pakietów. Podział zadania przełoży się na wygenerowanie przez Zamawiającego znaczących oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielnie Pakietu nr 30.

Pytanie nr 72 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalowa chirurgiczna 14cm (zamiast 12cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 - dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz 15cm (zamiast 12cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 75 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły zabezpieczone plastikową nakładką bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 45cm x 75cm (zamiast 50cm x 50cm) z przylepnym otworem 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną 50cm x 60cm (zamiast 50cm x 50cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem opakowania typu blister.

Pytanie nr 81 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 82 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 84 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną 50cm x 70cm (zamiast 45cm x 75cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły zabezpieczone plastikową nakładką bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 87 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo Hegar 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – dotyczy Pakietu 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem i miską nerkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 89 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 200cm z taśmą samoprzylepną wokół otworu „U” i z wbudowanymi organizatorami przewodów wykonaną z włókny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 250cm (zamiast 150cm x 90cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu „U” i z wbudowanymi organizatorami przewodów wykonaną z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o odporności na penetrację płynów w strefie wzmocnienia 197cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawinięty w dodatkową serwetę SMS (zamiast w papier krepowy)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami gazowymi 7,5cm x 7,5cm – 5szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy 150cm x 190cm ze wzmocnieniem 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm składaną teleskopowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę operacyjną samoprzylepną 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 200cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357



Pytanie nr 96 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę operacyjną samoprzylepną 75cm x 90cm ze wzmocnieniem o wym. 25cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę operacyjną samoprzylepną 75cm x 90cm ze wzmocnieniem o wym. 25cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazty 17-nitkowej (zamiast 20-nitkowej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 – dotyczy Pakietu 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – dotyczy Pakietu 11, pozycja 1-10

Czy zamawiający dopuści igły do nakłuć z ostrzem quinkce z prowadnicą jedynie w rozmiarze ch26?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 – dotyczy Pakietu 12, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z fep z 4 paskami rtg o przepływie 17 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 103 – dotyczy Pakietu 12, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z fep z 4 paskami rtg o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 – dotyczy Pakietu 12, pozycja 3-9

Czy zamawiający dopuści kaniulę bez zastawki antyzwrotnej, z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 – dotyczy Pakietu 12, pozycja 3-9

Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczną o rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4 "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106 – dotyczy Pakietu 13, pozycja 1-5

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową bez wzmocnienia na koniuszku, zastawka w kolorze oznaczającym rozmiar?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w rozmiarze 0,45x13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 109 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzeniem pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opak a'25 wraz z ich wyceną i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dwoma łącznikami luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 11-19

Czy Zamawiający dopuści nieprzezroczysty konektor?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 116 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w opak. Foliowym?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 25-28

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez linii rtg, bez zatyczki z powierzchnią niezmrożoną z 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 25-28

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 105cm z czterema otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 – dotyczy Pakietu 16 pozycja 47-48

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie powyższych pozycji co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 122- dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczuleń przewodowych wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporności na przenikanie płynów 188cm H₂O, w rozmiarze 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm, dodatkowo wyposażona w 4 przylepce na rogach serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 – dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm lub 7cm?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 124 – dotyczy Pakietu 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną z wycięciem U 8 x 85cm?

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 125 – dotyczy Pakietu 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op. 20 szt. WVTR 3500 g/m²/24 h. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 – dotyczy Pakietu 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. WVTR 3500 g/m²/24 h. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 – dotyczy Pakietu 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112 szt. WVTR 3500 g/m²/24 h. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125 g/m².



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 – dotyczy Pakietu 26, pozycja 2-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 129 – dotyczy Pakietu 26, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki bez kieszonki na kartę przekazania zwłok do chłodni? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130 – dotyczy Pakietu 26, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki z wytrzymałością do 160kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 – dotyczy Pakietu 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7L? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 – dotyczy Pakietu 32, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 – dotyczy Pakietu 32, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 – dotyczy Pakietu 32, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemnika 11000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 – dotyczy Pakietu 34, pozycja 1

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową, nieprzylepną 75cm x 90cm z otworem o śr. 10cm i rozcięciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 – dotyczy Pakietu 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z wodą destylowaną i gliceryną 2x po 10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 – dotyczy Pakietu 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm z przylepnym otworem zamiast bocznej krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138 – dotyczy Pakietu 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny 9cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 – dotyczy Pakietu 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140 – dotyczy Pakietu 43, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne wykonane z włókny typu spunlance?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 – dotyczy Pakietu 36, pozycja 1,4

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opak a'10 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 – dotyczy Pakietu 36, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków za opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 – dotyczy Pakietu 36, pozycja 2-3

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Czy Zamawiający dopuści woreczki 100ml w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 - dotyczy Pakietu 37, pozycja 4-11

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145 – dotyczy Pakietu 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o Średniej wielkości wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146 – dotyczy Pakietu 44

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 44 testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w biopłatach, bez dodatkowej ilości wody ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 147 – dotyczy Pakietu 44

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 44 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 – dotyczy Pakietu 44

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 44 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 149 – dotyczy pakietu 13 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w rozmiarach: 1, 1.5, 2, 2.5,

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



3, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiety, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 150 – dotyczy pakietu 31 poz. 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 22. Jako Autoryzowany Dystrybutor produktów firmy Masimo Corporation jesteśmy w stanie zaoferować Państwu czujniki w technologii Masimo SET w bardzo korzystnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 151 – dotyczy pakietu 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym kolankiem z portem do odsysania i bronchoskopii o długości 12 cm, złącza 22F-22M/15F, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 152 – dotyczy pakietu 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym kolankiem z portem do odsysania i bronchoskopii o długości 18 cm, złącza 22F-22M/15F, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153 – dotyczy pakietu 33 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, sterylnego, z polipropylenu, o długości dwóch ramion 200 cm, łącznika Y, łącznika kolankowego z portem luer, z rurą do worka o długości 150 cm, bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2 L oraz złączką prostą 22M-22M?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 154 – dotyczy pakietu 33 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dzieci, z polipropylenu, o długości dwóch ramion 200 cm, łącznika Y, łącznika kąтового z portem luer, z



rurą do worka o długości 150 cm, bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 1L oraz złączką prostą 22M-22M?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 155 – dotyczy pakietu 33 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego do respiratora Bennet dla dorosłych o długości 160 cm z trójnikiem Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF, z kapturkiem zabezpieczającym, sterylne, z czasem stosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 156 – dotyczy pakietu 33 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego jednorurowego do respiratora, wykonanego z PCV o gładkim świetle wewnątrz, z zastawką wydechową i dwoma liniami luer lock, w tym jedną do sterowania zastawką, drugą do monitorowania ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 157 – dotyczy pakietu 33 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie linii do monitorowania gazu oddechowego o długości 3 m złącza męskie- męskie, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 158 – dotyczy pakietu 33 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka oddechowego bezlateksowego jednorazowego użytku o pojemności 2 L mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159 – dotyczy pakietu 33 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego sterylne o minimalnej objętości oddechowej >150ml, przestrzeni martwej 42 ml, waga 23g, o skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99,998%, z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince, w pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 160 – dotyczy pakietu 33 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego sterylnego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o minimalnej objętości oddechowej >180ml, przestrzeni martwej 57 ml, waga 31g, o skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99,998%, z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince, w pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 161 – dotyczy pakietu 33 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią z centralnie umieszczonym portem tlenowym, zatraskowym portem do odsysania i bronchoskopii z zamykaną klapką, waga 8g, przestrzeń martwa 19 ml, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 162 – dotyczy pakietu 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego mechanicznego antybakteryjno-antywirusowego typu HEPA, o skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii > 99,999% z portem kapno, z możliwością zastosowania od strony pacjenta jak i maszyny, z minimalną objętością oddechową >200ml, złączami 22M/15F-22F/15M, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 163 – dotyczy pakietu 42 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu do nebulizacji z ustnikiem prostym przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 164 – dotyczy pakietu 42 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem o szybkości nebulizacji MMD 3,1 mikrona przy przepływie gazu nośnikowego 8L/min, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 165 – dotyczy pakietu 45

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%, kanister 4,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 166 – dotyczy pakietu 45

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 167 - dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów otolaryngologicznych, mającego w swym składzie serwetę główną o wymiarach 175 x 250 cm z otworem samoprzylepnym w kształcie trójkąta o boku 11 cm. Zestaw posiada dodatkowo w swym składzie serwetę na stolik Mayo, dwie taśmy samoprzylepne i ręcznik celulozowy. Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy. Pozostałe parametry w zakresie gramatury i odporności na przenikanie cieczy przewyższające wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 168 - dotyczy pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stopy typu bucik z folii polietylenowej o wym. 37 x 25 cm z dwoma paskami lepnyymi do fiksacji osłony. Opakowanie a'2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 169 - dotyczy pakietu 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet operacyjnych ze wzmocnieniem i z akcesoriami do dezynfekcji, mającego w swym składzie serwetę na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem 64 x 190 cm, serwetę Mayo złożoną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację oraz dwie serwety samoprzylepne 75 x 90 cm ze wzmocnieniem 20 x 50 cm. Serwety wykonane w części niewzmocnionej z laminatu PP+PE (zgodnie z wymogami SWZ) o gramaturze min. 67 g/m² przewyższającej wymogi SWZ. W części wzmocnionej łączna gramatura min. 160 g/m². Chłonność materiału podstawowego min.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

400%, chłonność w miejscu padu min. 470 %. Opakowanie jednostkowe worków polietylenowych z opaską Tyveck, zestawy do transportu pakowane podwójnie- worek polietylenowy oraz karton transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 170 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 0,9X25mm przepływ 36ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 171 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 1,1x32mm przepływ 61ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 1,3x32mm przepływ 105ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 1,3x45mm przepływ 100ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 1,5x45mm przepływ 142ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 1,7x45mm przepływ 200ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 176 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dożylną 2,1x45mm przepływ 305ml/min?

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 - dotyczy Pakietu 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zawór bezigłowy o przezroczystej obudowie z prostym torem przepływu, konstrukcja podzielnej membrany samouszczelniającej się, pozwala na wielokrotny dostęp. Trzonek silikonowy z gładką uszczelką umożliwiającą lepszą dezynfekcję i poprawiającą czas wysychania. Przezroczysty, prosty szlak silikonowy bez przestrzeni martwych, który pozwala wyraźnie widzieć drogę płynu, co ułatwia przepłukiwanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178 nr – dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 179 – dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 1 i 2 dopuści: Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył, dla noworodków i dzieci, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, bez portu. Kaniule bez wyjmowanego uchwyty, ze skrzydełkami ułatwiającymi wkłucie, cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu z 3 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Zaopatrzona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie folia plus papier klasy medycznej. Rozmiar:
Poz. 1 - 26G (fioletowa), 0,6 x 19 mm, przepływ 19 ml/min
Poz. 2 - 24G (żółta), 0,7 x 19 mm, przepływ 29 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 180 – dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 3-9 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykającym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG,



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia,
opakowanie folia plus papier klasy medycznej, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 - dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 183 – dotyczy wzoru umowy

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie obowiązkowych zapisów waloryzacyjnych do umowy, które są wymagane dla postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane, których długość przekracza 6 miesięcy zgodnie z art. 44 i 75 Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, poz. 2185.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowy zapis w § 10 ust. 3 i 4.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

kapitałowych, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy maksymalnie o 50% kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- 4) jeżeli w 4 miesiącu od podpisania umowy lub późniejszym, suma zmian wartości miesięcznych wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem (miesiąc do miesiąca poprzedniego), wyniesie powyżej 5% w stosunku do miesiąca w którym podpisano umowę, która nie była wcześniej waloryzowana;
- 5) jeżeli w okresie od poprzedniej waloryzacji upłynęło 3 miesiące i nastąpiła kolejna zmiana sumy wartości miesięcznych wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem (miesiąc do miesiąca poprzedniego), powyżej 5% w stosunku do miesiąca, w którym dokonano waloryzacji ceny dla ceny, która była wcześniej waloryzowana.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 dopuszczalna jest, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tym ustępie, mają wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 wynosi do 50% wynagrodzenia wskazanego w umowie.

Pytanie nr 184 – dotyczy par. 10 wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie możliwości zmian w umowie ze względu na ustawowe podniesienie lub obniżenie podatku VAT, w takim przypadku wartość netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulegnie wartość brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

W związku z wycofaniem kaniul produkowanych z teflonu, prosimy Zamawiającego w pakiecie 12, pozycja 1 o dopuszczenie: Kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty); dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi); pakowane po 50 sztuk w opakowaniu typu blister pack zabezpieczające przed utratą jałowości; rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 186 – dotyczy Pakietu 12 poz. 2

W związku z wycofaniem kaniul produkowanych z teflonu prosimy Zamawiającego w pakiecie 12, pozycja 2 o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu typu blister pack zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 187 – dotyczy Pakietu 12 Pozycja 3-9 .

Czy w pakiecie 12, w pozycjach 3-9 Zamawiający pod pojęciem „automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi” rozumie zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi” rozumie wyposażenie w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar.

Pytanie nr 188 – dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 3-9 dopuści opakowanie typu blister-pack zabezpieczający przed utratą jałowosci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189– dotyczy Pakietu 12

Czy Zamawiający w pakiecie 12, pozycje 3-9 wymaga dołączenia do oferty 3 opublikowanych badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność poliuretanu zmniejszającego ryzyko zakrzepowego zapalenia żył w stosunku do innych materiałów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 190 – dotyczy Pakietu 12

Czy w pakiecie 12 pozycje 1-9 Zamawiający wymaga tego samego producenta w każdej pozycji, co gwarantuje szczelność kaniul.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 191 - dotyczy par. 7 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówień w najmniejszym opakowaniu handlowym, które zagwarantuje, że opakowanie produktu nie zostanie uszkodzone w trakcie transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192 – dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 1-7, 10

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 193 – dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć typu Pencil-Point 26G, o dł. 120mm?

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108357



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 194 – dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G, o dł. 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 195 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuc dostępną z prowadnicą wyłącznie w rozmiarach 26G i 27G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 196 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nie posiadającą wzmocnionego koniuszka mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 197 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nie posiadającą znacznika głębokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 198 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z oznaczeniem na baloniku kontrolnym rozmiaru oraz nr LOT, natomiast na tubusie rurki występuje informacja o rozmiarze, wadze pacjenta i objętością wypełniającą mankiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562


KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową oznaczoną kolorem na zatyczce do zaworu (zdjęcie poglądowe poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 200 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 201 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kodowania kolorystycznego laryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści pakowaną osobno łyżkę oraz rękojeść?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą maskę twarzową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 204 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania posiadający suwak, który umożliwia zamknięcie i odseparowanie cewnika od obwodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 205 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z cewnikiem z 1 otworem głównym i 2 bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z kodowaną kolorystycznie obwódką łączącą elementy z rękawem ochronnym (zdjęcie poglądowe poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 1

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Czy Zamawiający dopuści łącznik o złączu respiratora 22F?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 208 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami o dł. 180cm i dodatkową rurą o dł. 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 209 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 210 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości ramion 160cm i dodatkową rurą o dł. 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 211 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany, rozciągliwy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 212 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z twardymi końcówkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty?

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 214 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści linię do próbkowania o średnicy 2,0x4,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 215 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą linię do próbkowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 216 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty worek oddechowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 217 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 35ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 218 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 219 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Pytanie nr 220 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z portem tlenowym o średnicy ok. 5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 221 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o objętości 200-1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222 – dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 223 – dotyczy Pakietu nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

- Jałowy: tak

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 224 - dotyczy Pakietu nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwody z dodatkową rurą 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 225 - dotyczy Pakietu nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwody z trójnikiem Y bez portów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226 - dotyczy Pakietu nr 33 poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści filtry o skuteczności p/wirusowej 99.999%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 227 - dotyczy Pakietu nr 33 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, o masie 4.5g, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla objętości oddechowej od 25 ml do 1000 ml z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 228 - dotyczy Pakietu nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci, nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 229 – dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 0,9 x 25 mm przepływ 36ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 230 – dotyczy Pakietu 12, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 1,1 x 32 mm przepływ 60 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 – dotyczy Pakietu 12, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 1,3 x 33 mm przepływ 90 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 232 – dotyczy Pakietu 12, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 1,3 x 45 mm przepływ 90 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 233 – dotyczy Pakietu 12, poz. 7



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 1,5 x45 mm przepływ 125 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 234 – dotyczy Pakietu 12, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 1,7 x45 mm przepływ 180 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 235 – dotyczy Pakietu 12, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego PTFE (widoczne w USG) z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi. Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiar 2,1 x45 mm przepływ 270 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 236 – dotyczy Pakietu 12, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez sformułowanie „zawór o neutralnym torze przepływu” ma na myśli zawór z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli zawór z neutralnym ciśnieniem.

Pytanie nr 237 – dotyczy Pakietu 12, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu w zaworze ma być widoczna na całej długości zaworu ?

Odpowiedź: Tak, ma być widoczna na całej długości.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



Pytanie nr 238 – dotyczy Pakietu 12, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma być w pełni przezroczysty (obudowa, membrana, bez elementów kolorowych) co umożliwi wzrokową kontrolę procesu przepływania?

Odpowiedź: Tak, ma być w pełni przezroczysty.

Pytanie nr 239 – dotyczy Pakietu 16, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 240 – dotyczy Pakietu 16, poz. 2,3,4,5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 241 – dotyczy Pakietu 16, poz. 2,3,4,5

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 242 – dotyczy Pakietu 16, poz. 2,3,4,5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności, w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 243 - dotyczy Pakietu 16, poz. 6,7

Prośba o dopuszczenie strzykawek do pomp pakowanych po 85 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 244 – dotyczy Pakietu 17, poz. 1



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 245 – dotyczy Pakietu 17, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma być wyposażony w bezigłowy, dezynfekowalny port, który zapobiega wyciekowi roztworu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 246 – dotyczy Pakietu 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet do barku o składzie:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm
- 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem
- 4x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1x serweta z foli PE typu U 137x193cm, przylepne wycięciem 15x60 cm +-1cm
- 1x serweta do operacji barku min. 260x400cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 45x70cm, posiada elastyczny otwór 9x10cm i zintegrowaną torbę na płyny z portem do ssaka oraz 3 uchwyty na przewody typu rzep

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.

Pytanie nr 247 – dotyczy Pakietu 19 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet do artroskopii:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm, bilaminat

1 x serwetanie przylepna 150x150 cm, bilaminat

1 x serweta do artroskopii 230x302 cm, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep.

Odpowiedź: Pakiet unieważniono.



Pytanie nr 248 – dotyczy Pakietu 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 101 x 228 cm +/- 3 cm, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 249 – dotyczy Pakietu 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 58 x 90 +/- 3 cm, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 250 – dotyczy Pakietu 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 45 x 61 +/- 3 cm, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 251 – dotyczy Pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów 4-warstwowych o wymaganym rozmiarze zgodnym z zapisami SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 252 – dotyczy Pakietu 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów w rozmiarze 90x180 cm (+/- 3 cm) z wkładem z rozdrobnionej celulozy, warstwa zewnętrzna wykonana z włókniny polipropylenowej, z nieprzemakalnym spodem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 253 – dotyczy Pakietu 43 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon w rozmiarze 36,5x72cm z taśmą lepłą 9x50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 254 – dotyczy Pakietu 43 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon w rozmiarze 30x122cm z taśmą lepłą 9x50 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 255 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem z polipropylenu
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrością zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270 \square min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 256 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół narzędziowy 120x140 cm 50 μ ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x taśma lepna 8x40cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270 \square z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 257 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm



-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360□ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 258 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje obłożenia ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym na kończynach pacjentki, które jest wykorzystywane przez operatorów do odkładanie narzędzi w trakcie zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 259 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis „serweta trójwarstwowa” oznacza że Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego z włókniny min. trójwarstwowej na całej powierzchni okrywającej pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 260 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy serweta okrywająca pacjentkę powinna mieć otwór operacyjny częściowo wypełniony folią chirurgiczną dzięki czemu obłożenie nie będzie się odklejać od skóry po wypłynięciu wód płodowych i zmniejszeniu rozmiarów brzucha.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 261 – dotyczy Pakietu 43 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ze względu na dużą ilość płynów przy zabiegach cięcia cesarskiego Zamawiający oczekuje serwet o dużej odporności na płyny <200 cmH2O.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 262 – dotyczy Pakietu 43 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

1 x taśma Lepna 9x50cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm

Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 263 – dotyczy Pakietu 43 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm

2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Φ 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 264 – dotyczy Pakietu 43 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50 μ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

1 x osłona na kończynę 38x73 +/-2 cm 2-warstwowa

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Φ 6 cm

Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 265 – dotyczy Pakietu 43 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, z folii PE 50 µm, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana teleskopowo

1x ręcznik chłonny 60x40 +/- 2cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1x serweta specjalistyczna do dużych zabiegów kończyny górnej 200x380cm +/-10cm ze zintegrowaną serwetą do obłożenia ramienia stołu pod kończynę górną 135x165cm +/-5cm z elastycznym otworem ϕ 3 cm otoczonym wzmocnieniem chłonnym 45x90cm +/-5cm oraz ze zintegrowanymi czterema podwójnymi uchwytami na przewody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 266 – dotyczy Pakietu 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 1-4 Zamawiający dopuści jako równoważny System zamknięty do odsysania dla dorosłych z cewnikiem posiadającym otwór główny i 2 otwory boczne o odpowiedniej budowie, zapewniający identyczną funkcjonalność i wydajność, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 267 – dotyczy Pakietu 33

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33, poz. 8 dopuści filtr z mniejszą, korzystniejszą przestrzenią martwą 20ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 268 – dotyczy Pakietu 33

Czy w związku z tym, iż niektórzy Zamawiający posługując się terminami: „martwa przestrzeń”, „objętość ściśliwa”, „objętość wewnętrzna” stosują je zamiennie, prosimy o sprecyzowanie czy w Pakiecie nr 33, poz. 9 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje martwej przestrzeni, czy też opisuje objętość wewnętrzną filtra do 70ml?

Przestrzeń martwa dla tej klasy filtrów wynosi od ok. 16-20ml maksymalnie 30ml, a w granicach 50-70ml to wartość objętości wewnętrznej filtra. Czy chodzi o przestrzeń martwą czy jednak o objętość wewnętrzną filtra?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.

Pytanie nr 269 – dotyczy Pakietu 13



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Czy w Pakiecie nr 13, poz. 1-5 Zamawiający dopuści jako równoważną Maskę krtniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, koniuszek mankieta o odpowiedniej sztywności zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na masce informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 00000017670
BDO:000108337

