



WSzSL.FZ.381./ 55/ 396/ 2024

Legnica 17.07.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY KARDIOWERTERÓW ICD VR, DR, CRT – D  
ORAZ REJESTRATORA EKG**

znak sprawy WSzSL/FZ-55/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 6 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ICD VR  
LP.8

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące bez koili pokrytych dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek, o udowodnionym działaniu klinicznym, ale z koilami pokrytymi opatentowaną powłoką zmniejszającą tarcie oraz mającą zminimalizować wrastanie tkanki?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

Pytanie 2

Część 7 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ICD DR  
LP.8

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące bez koili pokrytych dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek, o udowodnionym działaniu klinicznym, ale z koilami pokrytymi opatentowaną powłoką zmniejszającą tarcie oraz mającą zminimalizować wrastanie tkanki?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza propozycję wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

Uwaga:

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*