



## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO APARATURY MEDYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ PRZEZ FIRME GE MEDICAL SYSTEMS”

### Pytanie 1, dotyczące wzoru / projektu / projektowanych postanowień umowy - Odsyłanie wymienionych części zamiennych, § 4 ust. 8

Wykonawca wnosi o zmianę umowy, tak aby możliwe było odbieranie zużytych lub uszkodzonych części zamiennych, wymienionych w czasie naprawy, przez samego Wykonawcę, a nie wyłącznie ich wysyłanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca sugeruje rozwiązanie bardziej elastyczne, praktyczne i nie generujące dodatkowych kosztów, których oszacowanie jest trudne dla Wykonawcy. Należy zakładać, że najczęściej części zużyte lub uszkodzone będą mogły być odebrane przez samego Wykonawcę, który zdementował te części wykonując naprawę. Dlatego Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zmianę § 4 ust. 8 zdanie 2 tak aby otrzymało ono brzmienie:

„Zużyte lub uszkodzone części wymienione w czasie naprawy, wg wyboru Wykonawcy, Wykonawca odbierze samodzielnie na swój koszt lub zostaną one odesłane do Wykonawcy na jego koszt.”

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – wzór umowy w załączeniu.*

### Pytanie 2, dotyczące wzoru / projektu / projektowanych postanowień umowy - Niewliczanie czasu potencjalnych upgrade'ów do czasu przestoju, § 4 ust. 12

Umowa zawierana jest na długi okres 48 miesięcy. Strony powinny przewidzieć, że w tym okresie Zamawiający może potencjalnie, oprócz napraw, zlecać również wykonanie upgrade'u Sprzętu (jego modernizacji) w zakresie samych urządzeń jak i oprogramowania. Okres wykonywania takiego upgrade'u, zleconego przez Zamawiającego, również nie powinien wliczać się do czasu przestoju. Wykonawca wnosi o zmianę w § 4 ust. 12 zdanie ostatnie tak aby otrzymało ono brzmienie:

„Do czasu przestoju nie wlicza się czasu wykonywania przeglądów okresowych Sprzętu ani też czasu wykonywania zleconych odrębnie przez Zamawiającego upgrade'ów (modernizacji) Sprzętu w zakresie samych urządzeń jak i ich oprogramowania.”

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – wzór umowy w załączeniu.*

### Pytanie 3 dotyczące wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Czas na zgłoszenie naruszenia, §6 ust. 1 lit. a, b

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych

– może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie §6 ust. 1 lit. a, b:


„a) przekazania Administratorowi informacji (...) w ciągu 48 godzin”

„b) przygotowania w ciągu 48 godzin (...)”

**Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na powyższe. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

  
KIEROWNIK DZIAŁU  
Zapewnienia Zamówień Publicznych  
Romana Komora

  
Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji  
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska