

Kraków, dnia 23.05.2024 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie** nr zamówienia DZiK-DZP.2920.5.2024

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 – Zadanie nr 2 pozycja 36:

W opisie jest błąd , ponieważ końcówki o długości 59mm występują w objętości 1-300ul, Państwo piszą 1-200ul - tutaj końcówki występują o długości 50mm.

Proszę o wyjaśnienie i poprawienie tego błędu w formularzu.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuję pozycję 36 w Zadaniu nr 2, ma być:

Kończówka jałowa z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych **poj. 300μl**, kolor transparentny, dł. 59mm. Opakowanie kolorystyczne zielone, 10 pudełek po 96szt.

Pytanie 2 – Zadanie nr 2 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści końcówki oznaczone kolorem jasnoszarym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza końcówki oznaczone kolorem jasnoszarym.

Kanclerz
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dyrektor ds. majątku i inwestycji
mgr Marcin Gałan