

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481

17.04.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. IZP.2411.89.2024.MM: Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Działów Medycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 21 – pismo z dnia 16.04.2024 r, **było:**

Pytanie nr 21

Pakiet nr 2 poz. 13

Proszę o dopuszczenie kranika trójdrożnego

- ✓ Do regulacji przepływów podczas podawania płynów.
- ✓ Wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów (tłuszczy i chemioterapeutyków.)
- ✓ Objętość wypełnienia 0,32 ml, fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu i barwne oznaczenie linii (czerwone, niebieskie)
- ✓ Sterylny, niepirogenny, jednorazowego użycia.
- ✓ Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni.
- ✓ Wytrzymałość ciśnieniowa: do 5 Ba (nie przekraczać 5 Ba tj. 72,5 Psi)
- ✓ Przepływ 525±10 ml/min
- ✓ Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi
- ✓ Wyczuwalny i Optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki
- ✓ Obrót 360° (bez ograniczeń)
- ✓ Pakowany pojedynczo, opakowanie typu Tyvec
- ✓ Wolny od lateksu i ftalanów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

jest:

Pytanie nr 21

Pakiet nr 2 poz. 13

Proszę o dopuszczenie kranika trójdrożnego

- ✓ Do regulacji przepływów podczas podawania płynów.
- ✓ Wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów (tłuszczy i chemioterapeutyków.)
- ✓ Objętość wypełnienia 0,32 ml, fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu i barwne oznaczenie linii (czerwone, niebieskie)
- ✓ Sterylny, niepirogenny, jednorazowego użycia.
- ✓ Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni.
- ✓ Wytrzymałość ciśnieniowa: do 5 Ba (nie przekraczać 5 Ba tj. 72,5 Psi)
- ✓ Przepływ 525±10 ml/min
- ✓ Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi
- ✓ Wyczuwalny i Optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki
- ✓ Obrót 360° (bez ograniczeń)
- ✓ Pakowany pojedynczo, opakowanie typu Tyvec
- ✓ Wolny od lateksu i ftalanów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak