



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa materacy przeciwodleżynowych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 1, poz. 1


czy w zakresie punktu 4 zestawienia parametrów technicznych Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac, w którym tryby pracy zmiennociśnieniowy, statyczny z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach i stałego niskiego ciśnienia są uruchamiane jednym przyciskiem, a maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po 20 minutach – osobnym przyciskiem? Każdy z trybów jest oznaczony osobną diodą oraz piktogramem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych


Magdalena Adamczyk

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszak