

Konin, 07.07.2020r.

WSZ-EP-22/686/2020

Wg rozdzielnika**Wyjaśnienia do SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę urządzeń wszczepialnych do elektroterapii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-22/2020).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

1) Pytanie do pak.11 poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2) Pytanie do pak. 11 poz.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością ustawienia PVARP manualnie w zakresie 175-600 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3) Pytanie do pak. 11 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z okresem refrakcji przedsionkowej ustawianym automatycznie w zakresie 300-775 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4) Pytanie dot. wzoru umowy zał.4 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 5 poprzez dodanie zapisu regulującego zużywanie urządzeń ze składu konsygnacyjnego począwszy od tych z najkrótszą datą przydatności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5) Pytanie dot. wzoru umowy zał.4 do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie ich wysokości w § 7 wg poniższej propozycji:

1) za nieterminową dostawę w wysokości 2% -proponowane 1% - wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% - proponowane 1% - wartości brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, w wysokości 15%- proponowane 10%- wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6) Pytanie dot. wzoru umowy zał.4 do SIWZ

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie ust. 6 z § 1 albowiem zapis ten jest rażąco niezgodny z prawem. Ewentualnie składamy alternatywny wniosek, aby asortyment opisany w tym punkcie został wydzielony do osobnej części (pakietu) i aby stał się on przedmiotem normalnej dostawy podlegającej wycenie, w przeciwieństwie do tego jaki jest obecny opis przedmiotu zamówienia w tym fragmencie, tj. aby przymuszać wykonawców do świadczeń nieodpłatnych, które de facto muszą zostać „nieformalnie” kosztowo zryczałtowane w innych elementach przedmiotu zamówienia. Wyrażanie zgody na nasz wniosek (zapytanie) doprowadzi niniejsze postępowanie do stanu zgodności z prawem w tym przepisami prawnopodatkowymi oraz przepisami w zakresie zamówień publicznych albowiem obecne zapisy wymuszają na wykonawcy dokonywanie czynności pozornych tj. oferowania świadczeń rzekomo nieodpłatnych lub przerzucania kosztów asortymentów typu garsonki, gogle etc. w koszty wyrobów medycznych, które nie pozostają w związku z zasadniczym przedmiotem zamówienia!

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7) Pytanie dot. wzoru umowy zał.4 do SIWZ

Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wszczepialnych składamy zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaakceptowanie wzoru umowy używania, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania? Umowa gwarantuje serwis, naprawę w ramach obowiązującej umowy przetargowej oraz określa zasady używania sprzętu oraz wynika z obowiązków według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.